

Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)	
Název VZ:	Obvazový materiál pro Nemocnice Plzeňského kraje - 3. vyhlášení
Část VZ:	Část 2 - Tampony stáčené - nesterilní
název dodavatele:	PANEP s.r.o.
IČO/DIČ:	25550250/CZ25550250
sídlo:	Brněnská 1246, 665 01 Rosice
osoba oprávněná jednat za dodavatele:	

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku stáčených tamponů nesterilních, které jsou předmětem plnění této části 2 veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr v cm) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Tampony nesterilní bez RTG nitě

Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem	Max. obsah 1 balíčku = měrná jednotka:	Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
Tampon z gázy, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 15x15 cm	1 000 ks	180 000							05003	PANEP s.r.o.
Tampon z gázy, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 19x19 cm	1 000 ks	730 000							05004	PANEP s.r.o.

Tampon z gázy, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 30x30 cm	1000 ks	650 000						05005	PANEP s.r.o.
Tampon z gázy, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 40x40 cm, velikost 7, gyn. tampon	1000 ks	90 000						05007	PANEP s.r.o.
Tampon z gázy, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 50x50 cm, gyn. tampon	1000 ks	90 000						05002	PANEP s.r.o.
Cena celkem					782 810,00 Kč	900 231,50 Kč			

Tampony nesterilní s RTG nití

Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem	Max. obsah 1 balíčku= měrná jednotka	Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednací číslo	Výrobce
Tampon z gázy s RTG nití, 100% bavlna, vazba min 17n, rozměr 9x9 cm	1 000 ks	56 000							05301	PANEP s.r.o.
Cena celkem					12 880,00 Kč	14 812,00 Kč				

Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení):	Cena v Kč bez DPH:	795 690,00 Kč
	DPH v Kč :	119 353,50 Kč
	Cena v Kč včetně DPH:	915 043,50 Kč

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Tampony stáčené (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.	ANO
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy	ANO
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ANO
Pro všechny kategorie - rozměrová tolerance +/- 10%	ANO
Pevnost tamponu při manipulaci	ANO
Celistvost tamponu bez volných nití	ANO

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Rosicích dne2020

.....
podpis oprávněného

Mgr. R

