

Název veřejné zakázky: **Lůžka nemocniční vč. příslušenství, matrace antidekubitní pasivní, stolky k nemocničním lůžkům**

Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-031044

Evidenční číslo zadavatele: 46/2020

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřena dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednatel: Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČO: 00159816
DIČ: CZ00159816
bank. spojení: Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu: 71138621/0710
SWIFT: CNBACZPP
IBAN: CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Prodávající: **PROMA REHA, s.r.o.**

zápis v OR: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7945
sídlo: Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice
jednatel: [REDAKCE], vedoucí obchodu pro ČR
IČO: 63219107
DIČ: CZ63219107
bank. spojení: Moneta Money Bank a.s.
č. účtu: 213005809/0600
IBAN: CZ43 0600 0000 0002 1300 5809
SWIFT: AGBACZPP

II.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je rámcová úprava podmínek dodávek zdravotnických technologií prodávajícím kupujícím.

III.

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se vztahuje na dodávky zdravotnických technologií – **Lůžka nemocniční vč. příslušenství, matrace antidekubitní pasivní, stolky k nemocničním lůžkům** uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboží“), které prodávající bude dodávat po dobu účinnosti této smlouvy kupujícím.
2. Každá uskutečněná dodávka zboží uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy je samostatnou kupní smlouvou dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která je uzavřena okamžikem převzetí zboží kupujícím v místě plnění. Převzetím se pro účely této smlouvy rozumí podpis předávacího protokolu kupujícího dle čl. V odst. 6, této smlouvy.

3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží v množství, jakosti a druhovém složení podle objednávek kupujícího učiněných v souladu s podmínkami této smlouvy. Množství zboží je pevné a nepřekročitelné.
4. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu v souladu s podmínkami sjednanými touto smlouvou.
5. Předmětem této smlouvy je taktéž doprava zboží na místo plnění a veškeré další činnosti podmiňující uvedení zboží do provozu a jeho řádnou funkčnost, a to zejména: instalace, uvedení do provozu, vstupní revize, včetně instruktáže ke zdravotnickému prostředku, seznámení kupujícího s riziky spojenými s jeho používáním dle požadavků právních předpisů a odstranění vzniklých odpadů a obalů.

IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje za každou uskutečněnou dodávku zboží zaplatit kupní cenu dle ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Úhrada kupní ceny bude kupujícím provedena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po podpisu předávacího protokolu dle čl. V. odst. 6, této smlouvy. Faktura je splatná takto: 30 dnů po splnění dodávky a obdržení faktury kupujícím. Závazek splatnosti je splněn odesláním částky z účtu kupujícího na účet prodávajícího.
3. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené příslušnými právními předpisy včetně čísla smlouvy kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat tyto náležitosti, je kupující oprávněn, aniž by se dostal do prodlení, tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu s uvedením důvodu k opravě či doplnění. V takovém případě začne doručením opravené (doplněné) faktury kupujícímu běžet nová lhůta splatnosti a to v délce stanovené čl. IV. odst. 2, této smlouvy. V případě, že má prodávající s kupujícím uzavřenou více než jednu smlouvu, je prodávající povinen vystavovat příslušné faktury ke každé takovéto smlouvě samostatně. Pokud tak neučiní a fakturuje na jedné faktuře z více smluv, je kupující oprávněn postupovat v souladu s tímto odstavcem a takovouto fakturu prodávajícímu vrátit.
4. Kupní cena uvedená v příloze č. 1, této smlouvy, je za kompletní dodávku daného kusu zboží a je v ní zahrnuta dodávka zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství, dále doprava, instalace, uvedení do provozu včetně instruktáže k příslušnému zdravotnickému prostředku a záznamu o ní včetně seznámení se s riziky spojenými s jeho používáním, odstranění vzniklých odpadů a obalů, převjímací zkouška, vstupní revize, clo, kursově rozdíly, obal, doklady ke zboží, záruka dle čl. VII, této smlouvy a veškeré další náklady související s realizací dodávky zboží. Celková kupní cena bez DPH je nejvýše přípustná, DPH bude prodávající účtovat v aktuální výši. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou stanoveny jako nejvýše přípustné a prodávající je kupujícímu garantuje po celou dobu platnosti této smlouvy.
5. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že prodávající je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších (dále jen „ZDPH“), je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.
6. Pokud číslo účtu prodávajícího uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený v zahraničí ve smyslu § 109/2/b, je kupující oprávněn část kupní ceny odpovídající dani z přidané hodnoty z každé fakturované platby na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109 a) ZDPH.

Stejný postup bude aplikován při naplnění podmínek ručení dle §109/1 ZDPH, tedy kdy se kupující dozví, že

- a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacená,
- b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
- c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody

7. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto odstavcem je úhrada zdanitelného plnění prodávajícímu bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu, resp. řádné splnění dluhu kupujícím, dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a prodávajícímu nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči kupujícímu, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.
8. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než oznámený účet ve smyslu § 96 ZDPH, kupující je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli oznámený účet prodávajícího. Úhrada platby na kterýkoli oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy.

V.

Doba, místo a způsob plnění

1. Dodávky zboží dle čl. III. této smlouvy budou probíhat průběžně na základě písemných objednávek kupujícího učiněných dopisem, faxem nebo e-mailem. V případě, že objednávka přesáhne svou hodnotou částku 50.000,- Kč bez DPH, musí být tato učiněna písemně a kupující je jí povinen zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů obdobně jako samotnou smlouvu dle čl. IX. odst. 16., této smlouvy.

Za kupujícího je oprávněno objednávat jeho pracoviště: Obchodní úsek - Oddělení nákupu a aukcí, [redacted], tel.: [redacted].

Všechny objednávky učiněné dle této smlouvy budou adresovány na adresu PROMA REHA, s.r.o., Riegrova 342, 552 03 Česká Skalice, kontaktní osoba [redacted], tel [redacted], e-mail: [redacted].

Změny všech oprávněných a kontaktních osob jakožto adres uvedených v tomto odstavci je možné provést doporučeným dopisem adresovaným do sídla druhé smluvní strany. Změna nabývá účinnosti dnem doručení.

2. Místem plnění je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, konkrétní místo pak bude určeno v příslušné objednávce nebo jej může specifikovat zaměstnanec pracoviště oprávněného objednatel (čl. V. odst. 1) nebo zaměstnanec pověřeného pracoviště uvedeného v čl. IX. odst. 12, této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží do místa plnění ve lhůtě 8 týdnů od odeslání objednávky kupujícím v souladu s čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem zboží a že na jím převáděném zboží neváznou ke dni podpisu smlouvy žádné dluhy ani jiné právní vady a že žádným právním úkonem nezatížil ani nepředal zboží ve prospěch třetích osob. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.
5. Prodávající je povinen předat kupujícímu nejpozději společně s dodávkou zboží veškerou dokumentaci vztahující se ke zboží, která je potřebná pro nakládání se zbožím a pro jeho provoz nebo kterou vyžadují příslušné právní předpisy a české a evropské technické normy, zejména pak prohlášení o shodě

dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů, dva návody k použití v českém jazyce (z toho 1x na elektronickém nosiči dat), certifikát CE, technická dokumentace, pokyny pro údržbu, servisní knížka, apod.

6. Nebezpečí za škodu na zboží a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, kterým se pro účely této smlouvy rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu kupujícího na základě převzetí a prohlídky kompletního předmětu plnění uvedeného v čl. III., této smlouvy, alespoň jedním z pověřených zástupců prodávajícího uvedeného čl. IX. odst. 13, této smlouvy a alespoň jednoho zaměstnance pověřeného pracoviště kupujícího uvedené v čl. IX. odst. 12, této smlouvy. Prodávající prokazatelně uvědomí o datu dodávky zboží pověřené pracoviště kupujícího uvedené v čl. IX. odst. 12, této smlouvy, alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
7. Kupující není povinen zboží převzít, zejména pokud prodávající nedodá zboží řádně a včas, v objednaném množství nebo druhovém složení, pokud zboží nebude v předepsané kvalitě a jakosti nebo bude zboží poškozené, rozbité nebo prodávající nedodá doklady nutné k převzetí a řádnému užívání zboží nebo řádně zboží neinstaluje, neuvede do provozu atd.. Nepřevzetím zboží dle tohoto odstavce není kupující v prodlení. Prodávající má v takovém případě povinnost dodat bez zbytečného odkladu zboží nové, v souladu s objednávkou kupujícího. Nárok kupujícího na smluvní pokutu a náhradu škody v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží není tímto ustanovením dotčen.
8. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží je způsobilé k užití v souladu s jeho určením a že zboží odpovídá všem požadavkům obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. V případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen plnit předmět této smlouvy rovněž v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a příslušnou nabídkou prodávajícího.
9. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení z používání zboží, které prodávající dodal kupujícímu, je prodávající povinen toto zboží od kupujícího odebrat zpět na vlastní náklady a cenu tohoto zboží kupujícímu uhradit, případně po dohodě s kupujícím dodat zboží náhradní.
10. V případě, že je tato smlouva uzavřena na základě veřejné zakázky dle z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen plnit předmět této smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami příslušné veřejné zakázky a příslušnou nabídkou prodávajícího.

VI.

Sankční ujednání

1. Nedodrží-li prodávající lhůtu stanovenou pro dodání zboží dle článku V. odst. 3. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny bez DPH zpožděné dodávky za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody, včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu, není tímto ustanovením dotčen.
2. Nedodrží-li kupující lhůtu splatnosti kupní ceny dle článku IV. odst. 2. této smlouvy, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,01 % z nezaplacené části kupní ceny bez DPH dodaného zboží za každý započatý den prodlení.

VII.

Odpovědnost za vady zboží a záruka

1. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruční lhůtu v trvání 36 měsíců (na zálohové baterie lůžek nemocničních záruka v trvání 24 měsíců). Záruční lhůta počíná běžet okamžikem podpisu předávacího protokolu.

2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis a revize dodaného zboží, které zahrnují odbornou údržbu, opravy a revize stanovené zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodání potřebných náhradních dílů, opotřebovaných či jinak znehodnocených součástí zboží, provádění veškerých činností stanovených nebo doporučených výrobcem jako jsou preventivní prohlídky, bezpečnostně technické kontroly, pravidelné kontroly elektrické bezpečnosti zdravotnických prostředků dle ČSN EN 62 353 minimálně 1x ročně (v periodě 12 měsíců) na všechny typy lůžek, které jsou předmětem této smlouvy a minimálně 1x za dva roky (v periodě 24 měsíců) na stolky k nemocničním lůžkům. Dále kalibrační a validační prohlídky, preventivní údržbové práce, včetně výměny náhradních dílů spotřebního charakteru či předepsaného spotřebního materiálu. Zajištění opakovaného metrologického ověření vah není v záruční lhůtě ze strany kupujícího požadováno (váha bude mít při dodávce prvotní ověření). Záruka se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí.
3. Prodávající je povinen odstranit vady zboží v záruční době na základě doručené reklamace do 48 hodin nebude-li třeba použít náhradní díly a do 5 dnů s použitím náhradního dílu. Záruční opravy zahájí prodávající nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. Reklamací může být uplatněna i elektronickou formou. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu k odstranění vady prodávajícímu splnit, může být písemně dohodnuta přiměřená delší lhůta. Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní zboží a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
5. Prodávající se zavazuje na základě požadavku (objednávky) kupujícího provádět po celou dobu životnosti zboží za úhradu pozáruční servis zboží včetně preventivních prohlídek ve lhůtách stanovených pro záruční servis; na pozáruční servis se vztahují ustanovení o sankcích uvedených v čl. VII. této smlouvy obdobně.

VIII.

Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v případě povinnosti kupujícího zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a to nezávisle na větě první, tohoto odstavce.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.
3. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Tuto smlouvu lze ukončit též písemnou dohodou smluvních stran.

IX.

Ostatní ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje sortiment zboží dodávaného na základě této smlouvy a ceny tohoto zboží bez DPH a s DPH.
2. Prodávající není výhradním dodavatelem zboží uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy kupujícímu; kupující si vyhrazuje právo nakupovat zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy i od jiných dodavatelů.
3. Kupující není povinen odebrat od prodávajícího zboží v množství uvedeném v poptávce.
4. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou primárně řešit smírnou cestou.

5. Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád dohodly, že místně příslušným soudem je Městský soud v Brně.
6. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
7. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
8. Prodávající souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu.
9. Touto smlouvou se ruší veškerá předchozí písemná a ústní ujednání mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy.
10. Prodávající poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této smlouvy. Tuto povinnost zajistí prodávající i u subdodavatelů, kteří se podílí na realizaci této smlouvy.
11. Prodávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
12. Kupující pověřil jednáním v technických záležitostech při plnění této smlouvy své pracoviště: OÚ – Odbor zdravotnické techniky, tel. [REDACTED], [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
13. Prodávající pověřil realizací dodávek tyto své zaměstnance: [REDACTED], mobil [REDACTED], e-mail: [REDACTED] a [REDACTED], mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].
14. Ke změně pověřených pracovníků nebo jiných kontaktních údajů postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem.
15. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
16. Přesahuje-li předpokládaná hodnota plnění této smlouvy po dobu jejího trvání částku 50.000,- Kč bez DPH, je kupující jako státní příspěvková organizace povinen tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi smluvními stranami touto smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv nezveřejňují. Zveřejnění se zavazuje provést kupující bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o kupní smlouvě, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření této smlouvy užijí výhradně písemnou formu a že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: příloha č. 1 – seznam zboží s cenami.

V České Skalici dne 14. 12. 2020

V Brně dne 30. 12. 2020

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

.....
[redacted]
Vedoucí obchodu pro ČR
PROMA REHA, s.r.o.

.....
Ing. Vlastimil Vajdák
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

příloha č. 1 – seznam zboží s cenami

Počet [ks]	Název	Cena / ks po slevě [Kč]	Cena celkem bez DPH [Kč]	Sazba DPH [%]	Cena DPH [Kč]	Cena CELKEM vč. DPH [Kč]
1	Lůžko Geneo dle konfigurace	27 314,00	27 314,00	15	4 097,10	31 411,10
1	Matrace Bohemia Clinic, 200x85x14, potah SAFR	2 584,00	2 584,00	15	387,60	2 971,60
1	Hrazda	339,00	339,00	15	50,85	389,85
1	Hrazdička	60,00	60,00	15	9,00	69,00
1	Infuzní stojan teleskopický, hliníkový, 4x háček	330,00	330,00	15	49,50	379,50
1	Držák močové láhve	175,00	175,00	15	26,25	201,25
1	Držák sáčků na moč	30,00	30,00	15	4,50	34,50
1	Přenosný držák na 2ks holí	194,00	194,00	15	29,10	223,10
1	Teplotka A4 na výšku/šířku s klipem	155,00	155,00	15	23,25	178,25
1	Lůžko PLE-N85-T, zkrácené	29 942,00	29 942,00	15	4 491,30	34 433,30
1	Matrace Bohemia Clinic, 200x85x14, potah SAFR	2 584,00	2 584,00	15	387,60	2 971,60
1	Hrazda	339,00	339,00	15	50,85	389,85
1	Hrazdička	60,00	60,00	15	9,00	69,00
1	Infuzní stojan teleskopický, hliníkový, 4x háček	330,00	330,00	15	49,50	379,50
1	Držák močové láhve	175,00	175,00	15	26,25	201,25
1	Držák sáčků na moč	30,00	30,00	15	4,50	34,50
1	Přenosný držák na 2ks holí	194,00	194,00	15	29,10	223,10
1	Teplotka A4 na výšku/šířku s klipem	155,00	155,00	15	23,25	178,25
1	Lůžko INVENT	47 419,00	47 419,00	15	7 112,85	54 531,85
1	Matrace Bohemia Clinic, 200x85x14, potah SAFR	2 584,00	2 584,00	15	387,60	2 971,60
1	Hrazda	339,00	339,00	15	50,85	389,85
1	Hrazdička	60,00	60,00	15	9,00	69,00
1	Infuzní stojan teleskopický, hliníkový, 4x háček	330,00	330,00	15	49,50	379,50
1	Držák močové láhve	175,00	175,00	15	26,25	201,25
1	Držák sáčků na moč	30,00	30,00	15	4,50	34,50
1	Přenosný držák na 2ks holí	194,00	194,00	15	29,10	223,10
1	Teplotka A4 na výšku/šířku s klipem	155,00	155,00	15	23,25	178,25
1	Lůžko VISION TOP	81 999,00	81 999,00	15	12 299,85	94 298,85
1	Matrace Bohemia Clinic, 200x90x14, potah SAFR	2 584,00	2 584,00	15	387,60	2 971,60
1	Vážicí systém	18 000,00	18 000,00	15	2 700,00	20 700,00
1	Hrazda	339,00	339,00	15	50,85	389,85
1	Hrazdička	60,00	60,00	15	9,00	69,00
1	Infuzní stojan teleskopický, hliníkový, 4x háček	330,00	330,00	15	49,50	379,50
1	Držák močové láhve	175,00	175,00	15	26,25	201,25
1	Držák sáčků na moč	30,00	30,00	15	4,50	34,50
1	Přenosný držák na 2ks holí	194,00	194,00	15	29,10	223,10
1	Polička na monitor (držák monitoru)	830,00	830,00	15	124,50	954,50
1	Teplotka A4 na výšku/šířku s klipem	155,00	155,00	15	23,25	178,25
1	Matrace Bohemia Clinic, 200x85/90x14, potah SAFR	2 584,00	2 584,00	15	387,60	2 971,60
1	Noční stolek NS-21-O, držák ručníků, korpus RAL 9016, šuplík + dvířka RAL.....	7 050,00	7 050,00	21	1 480,50	8 530,50

Lůžko nemocniční na standardní oddělení vč. matrace a příslušenství

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: GENE0

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 72°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, pomocí hřebene, 25°

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg

Autoregrese zádového dílu 10cm

Autoregrese stehenního dílu 8cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovatelnými polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, Trendelenburgova poloha, atd.)

Záložní baterie

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných vyjímatelných plastových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou

Možnost odejmutí zábran bez použití náradí

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha: 200 x 85 cm

Vnější rozměry: 215 x 97cm

Zdvih ložné plochy: 37 – 82cm

Elektrický TR/ATR 16°/ 16°

Bezpečné provozní zatížení lůžka: 250 kg

Příslušenství:

- Hrazda + hrazdička
- Infuzní stojan teleskopický
- Držák močové láhve
- Držák urologických sáčků
- Přenosný držák na 2ks holí

- Závěsný držák na dokumentaci - teplotka plastová A4



Pasivní antidekubitní matrace Clinic

Riziko vzniku dekubitů III. (střední riziko)

Prořezy matrace pro lepší rozložení tlaku pacienta na matraci

Výška jádra 14 cm, studená pěna RP 4236, 42 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa

3 anatomických zóny (hlava, trup, nohy)

Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost

Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku

Optimální antidekubitní účinek u pacientů do 200 kg (nosnost)

Rozměr 200x85x14cm

Potah SAFR – lehce snímatelný, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, vyvažovací na 95°C, zip krytý okapnicí, proti zatékáním nečistot do jádra matrace, voděodolnost 2000 mm vodního sloupce, antibakteriální úprava potahu, dezinfikovatelný běžnými prostředky, atestace nehořlavosti CRIB 7 a CRIB 5



Příslušenství:

Hrazda +hrazdička



Infuzní stojan

- hliníkový, 4x háček
- teleskopický



Držák sáčků na moč



Přenosný držák 2ks holí



Teplotka A4



Držák nádoby na moč



Lůžko nemocniční na standardní oddělení zkrácené vč. matrace a příslušenství

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: PLE-N85-T

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52

Stabilní, jednoduše čistitelná páková konstrukce lůžka

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Elektrický zdvih ložné plochy (zdvihový mechanismus pod ložnou plochou)

Polohování zádového dílu elektrické, 73°

Polohování nožního dílu elektrické, 40°

Polohování lýtkového dílu mechanické, pomocí hřebene, 25°

Elektrický Trendelenburg / Antitrendelenburg

Autoregrese zádového dílu 12cm

Autoregrese stehenního dílu 6cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s polohami (CPR, poloha kardiackého křesla, Tr/ATr poloha)

Záložní baterie

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm (při zkráceném lůžku)

4x univerzální držák příslušenství (hrazda, infuzní stojan) - hlavová a nožní část

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Čtyřdílná ložná plocha z dobře čistitelných neodnímatelných kovových lamel

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Kompaktní jednodílné ¾ postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s bezpečným mechanismem zajištění zábran pod ložnou plochou

Možnost odejmutí zábran bez použití náradí

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Ložná plocha: 200 x 85 cm / při zkrácení 190 x 85cm

Vnější rozměry: 215 x 97 cm / při zkrácení 205 x 97cm

Zdvih ložné plochy: 38,5 – 80 cm

Elektrický TR/ATR 16°/ 16°

Bezpečné provozní zatížení lůžka: 250 kg



Pasivní antidekubitní matrace Clinic

Riziko vzniku dekubitů III. (střední riziko)

Prořezy matrace pro lepší rozložení tlaku pacienta na matraci

Výška jádra 14 cm, studená pěna RP 4236, 42 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa

3 anatomických zóny (hlava, trup, nohy)

Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost

Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku

Optimální antidekubitní účinek u pacientů do 200 kg (nosnost)

Rozměr 200x85x14cm

Potah SAFR – lehce snímatelný, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, vyvažovací na 95°C, zip krytý okapnicí, proti zatékáním nečistot do jádra matrace, voděodolnost 2000 mm vodního sloupce, antibakteriální úprava potahu, dezinfikovatelný běžnými prostředky, atestace nehořlavosti CRIB 7 a CRIB 5



Příslušenství:

Hrazda +hrazdička



Infuzní stojan

- hliníkový, 4x háček
- teleskopický



Držák sáčků na moč



Přenosný držák 2ks holí



Teplotka A4



Držák nádoby na moč



Lůžko nemocniční akutní péči vč. matrace a příslušenství

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: INVENT

Lůžko splňující normu ČSN EN 60601-2-52

Podvozek – stabilní 2 sloupová konstrukce

Plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace - 2x plastový pedál

Kolečka uložená pod ložnou plochou, nepřesahující půdorys lůžka

Zádový díl a stehenní díl polohovatelné pomocí elektromotoru

Lýtkový díl polohovatelný mechanicky – pomocí hřebenu

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR - polohování elektrické

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7,5 cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm

Záložní baterie

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z odnímatelných plastových dílů

Ruční (pacientský) ovladač s možností uzamčení poloh a nastavení náklonů lůžka

Sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s polohami (CPR, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, TR/ATR poloha)

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks) - plastová

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Police na lůžkoviny

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice plastové dělené (sada 4ks) sahající od čela k čelu s eliminací skřípných míst, ochranou proti náhodnému spuštění a s tlumeným spouštěním

Integrované ovládače v zábranách z vnitřní i vnější strany s ochranou proti nechtěnému polohování

Kovová konstrukce lůžka lakována polyesterovými práškovými barvami: RAL 9016 bílá

Barevný výplň čel dle vzorníku

Maximální vnější rozměry lůžka: 222 x 100 cm

Rozměr ložné plochy: 200 x 85 cm

Výška ložné plochy bez matrace: 40 - 80 cm

Maximální úhel Trendelenburg: 16°

Maximální úhel Antitrendelenburg: 16°

Bezpečné provozní zatížení lůžka: 250 kg



Pasivní antidekubitní matrace Clinic

Riziko vzniku dekubitů III. (střední riziko)

Prořezy matrace pro lepší rozložení tlaku pacienta na matraci

Výška jádra 14 cm, studená pěna RP 4236, 42 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa

3 anatomických zóny (hlava, trup, nohy)

Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost

Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku

Optimální antidekubitní účinek u pacientů do 200 kg (nosnost)

Rozměr 200x85x14cm

Potah SAFR – lehce snímatelný, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, vyvažovací na 95°C, zip krytý okapnicí, proti zatékáním nečistot do jádra matrace, voděodolnost 2000 mm vodního sloupce, antibakteriální úprava potahu, dezinfikovatelný běžnými prostředky, atestace nehořlavosti CRIB 7 a CRIB 5



Příslušenství:

Hrazda +hrazdička



Infuzní stojan

- hliníkový, 4x háček
- teleskopický



Držák sáčků na moč



Přenosný držák 2ks holí



Teplotka A4



Držák nádoby na moč



Lůžko nemocniční pro intenzivní péči – RTG transparentní vč. matrace a příslušenství

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: VISION (TOP)

Shoda lůžka s normou ČSN EN 60601-2-52 v platném znění

Stabilní podvozek - 3 sloupová konstrukce

Plastový kryt podvozku

Kolečka 150 mm - plastová, antistatické provedení, centrální brzda + směrová aretace – 4x plastový pedál 5. kolečko

Zádový díl, stehenní díl a lýtkový polohovatelné pomocí elektromotoru

Zdvih ložné plochy, funkce TR/ATR a laterální náklon - polohování elektrické

Autoregrese - zádový díl 14 cm, stehenní díl 7 cm

Mechanické CPR zádového dílu dostupné z obou stran lůžka

Nožní pedál - 7 funkcí (zdvih nahoru/dolu, CPR, vyšetřovací poloha, LAT pravý/levý, aktivace)

Podsvětlení podvozku

Zvuková signalizace připojení lůžka k el. síti při odbrzděných kolech

Integrované prodloužení ložné plochy 1 x 200 mm pomocí elektromotoru

Záložní baterie

2x univerzální držák příslušenství - hlavová část

2x univerzální držák příslušenství - nožní část

Čtyřdílná ložná plocha z HPL - všechny díly rentgenovatelné (od zádového po pánevní díl ložné plochy)

Možnost použití C-ramene

Držák RTG kazety pod ložnou plochou - zakládání z boku (nelze jako volitelné příslušenství, držák RTG kazety je vždy součástí lůžka)

Pacientský ovládací panel na vnitřní straně obou hlavových postranic s možností ovládní základních poloh lůžka s možností uzamčení funkcí

Sesterský ovládací panel na vnější straně obou hlavových postranic s ochranou proti nechtěnému polohování

Centrální sesterský panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s polohami (CPR poloha, vyšetřovací poloha, poloha kardiackého křesla, TR/ATR poloha, mobilizační poloha, atd.) + ovládní vázícího systému

Integrovaný vázící systém s možností vážení pacienta v absolutním a diferenčním režimu a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, ukládání naměřených hodnot do paměti, váživost 300kg, s přesností 0,5kg (volitelná konfigurace)

Nárazová kolečka v rozích lůžka (sada 4 ks)

Prodloužení lýtkového dílu

Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu

Eurolišty (2ks) + plastový háček (6ks)

Snadno čistitelná celoplastová čela, vyjímatelná

Úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel

Postranice plastové dělené (sada 4ks) sahající od čela k čelu s eliminací skřípných míst, ochranou proti náhodnému spuštění a s tlumeným spouštěním

Integrované ukazatele náklonu v postranicích

Barevný výplň čel a zábran dle vzorníku

Konstrukce lůžka RAL 9016 bílá

Maximální vnější rozměry lůžka:	222 x 105 cm
Rozměr ložné plochy:	200 x 90 cm
Výška ložné plochy bez matrace:	44 - 84 cm
Výška zábran nad ložnou plochou:	45 cm
Maximální úhel Trendelenburg:	16°
Maximální úhel Antitrendelenburg:	14°
Oboustranný laterální náklon:	30° / 30°
Bezpečné pracovní zatížení lůžka:	300 kg



Pasivní antidekubitní matrace Clinic

Riziko vzniku dekubitů III. (střední riziko)

Prořezy matrace pro lepší rozložení tlaku pacienta na matraci

Výška jádra 14 cm, studená pěna RP 4236, 42 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa

3 anatomických zóny (hlava, trup, nohy)

Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost

Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku

Optimální antidekubitní účinek u pacientů do 200 kg (nosnost)

Rozměr 200x90x14cm

Potah SAFR – lehce snímatelný, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, vyvažovací na 95°C, zip krytý okapnicí, proti zatékáním nečistot do jádra matrace, voděodolnost 2000 mm vodního sloupce, antibakteriální úprava potahu, dezinfikovatelný běžnými prostředky, atestace nehořlavosti CRIB 7 a CRIB 5



Příslušenství:

Hrazda +hrazdička



Infuzní stojan

- hliníkový, 4x háček
- teleskopický



Držák sáčků na moč



Přenosný držák 2ks holí



Teplotka A4



Držák nádoby na moč



Polička na monitor



Matrace antidekubitní pasivní

Výrobce: LB BOHEMIA, s. r. o.

Typ: CLINIC

Pasivní antidekubitní matrace

Riziko vzniku dekubitů III. (střední riziko)

Prořezy matrace pro lepší rozložení tlaku pacienta na matraci

Výška jádra 14 cm, studená pěna RP 4236, 42 kg/m³, odpor proti stlačení 3,6 kPa

3 anatomických zóny (hlava, trup, nohy)

Výborná cirkulace vzduchu a par, tvarová stálost a pružnost

Na spodní straně prořezy pro lepší polohování matrace na lůžku

Optimální antidekubitní účinek u pacientů do 200 kg (nosnost)

Rozměr 200x85x14cm / 200x90x14cm

Potah SAFR – lehce snímatelný, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, vyvažovací na 95°C, zip krytý okapnicí, proti zatékáním nečistot do jádra matrace, voděodolnost 2000 mm vodního sloupce, antibakteriální úprava potahu, dezinfikovatelný běžnými prostředky, atestace nehořlavosti CRIB 7 a CRIB 5.

**Stolek k nemocničnímu lůžku**

Výrobce: PROMA REHA, s.r.o.

Typ: NS-21-O

Oboustranné kovové provedení

Stolek lakován práškovými vypalovacími barvami

Plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice s automatickou aretací

Jídelní deska vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 3 pozicích

Zdvíhací mechanismus jídelní desky integrovaný do korpusu stolku

Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem z vysoce odolného plastu

Plastová vložka zásuvky z ABS

Uvnitř stolku prostor pro nápojovou PET láhev

Provedení stolku - zásuvka, nika, skříňka

Zásuvka s pojistkou proti nechtěnému vypadnutí

Prostor - polička pro obuv ve spodní části stolku

Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek

Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm

Držák ručníků

Korpus RAL 9016 bílá

Možnost volby barevného provedení zásuvky a dvířek

Š x H x V: 57 x 50 x 90 cm

Rozměr jídelní desky: 56 x 35cm

Zdvih jídelní desky: 80 – 110cm

Nosnost jídelní desky: 10kg



Ilustrační foto