

Technická specifikace poptávaného zařízení

Kombinovaný přístroj pro elektroterapii (2 ks)	
Účel použití: Síťový přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii, magnetoterapii a laserovou terapii s vakuovou jednotkou. Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína	
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota
kombinovaný terapeutický přístroj pro elektroterapii, ultrazvukovou terapii, laserovou terapii, magnetoterapii s vakuovou jednotkou	splňuje BTL-5818SLM COMBI https://www.btl.cz/produkty-fyzioterapie-kombinovana-terapie-btl-5000-elektro-ultrazvuk-laser-magnetoterapie-btl-5818slm-combi
ovládání přes dotykový displej o velikosti min. 5,7"	barevný dotykový, vel. 5,7"
uživatelé definované protokoly	splňuje
paměť na protokoly – min. 30 pozic	min. 150 pozic
možnost ukládání databáze pacientů do přístroje	splňuje
obrázková a terapeutická encyklopedie	splňuje
možnost rozšíření o další terapie	splňuje
současné připojení dvou ultrazvukových hlavice o velikosti 1 cm ² a min. 4 cm ²	splňuje velikost hlavice 1 cm² a 5 cm²
ultrazvuková frekvence 1 a 3 MHz / kontinuální a pulzní režim	nosná frekvence 1 a 3 MHz / kontinuální a pulzní režim
vodotěsné ultrazvukové hlavice pro subakvální aplikaci	splňuje
1 nezávislý kanál magnetoterapie	splňuje
cílené magnetické pole (ochrana obsluhy před magnetickým zářením)	splňuje
kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem	splňuje
možnost připojení k PC	splňuje

stolek s úložným prostorem, pojízdný, brzditelný	splňuje
Příslušenství: návleky elektrody ultrazvukové hlavice držák ultrazvukových hlavice a laserové sondy patientský kabel min. 2 ks sada fixačních pásů pro upevnění elektrod síťový kabel prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory	4 ks návleků na elektrody 4 ks elektrod 7x5cm 1 ks ultrazvukové hlavice 5 cm ² 1 ks ultrazvukové hlavice 1 cm ² 1 ks držáku UZ hlavice a laserové sondy 2 ks patientských kabelů sada fixačních pásů (různé velikosti) síťový kabel prodlužovací kabel pro mag. aplikátory
Magnetické aplikátory	
lehátko pro magnetoterapii vč. aplikátoru o průměru min. 70 cm ○ podhlavní polštář ○ šířka – bez aplikátoru min. 55 cm	splňuje lehátko vč. posuvného solenoidu Ø 70cm - podhlavní polštář - šířka bez aplikátoru je 55 cm
1 ks aplikátor pro lokální aplikace min. 13 x 13 cm	aplikátor disk, 13x13cm
1 ks aplikátor pro dvoustranné aplikace 2 x (min. 13 x 13 cm)	aplikátor double disk 2x (13 x 13 cm)
1 ks aplikátor pro páteřní a další podélné aplikace min. 60 x 25 cm	lineární aplikátor 60 x 25 cm
1 ks aplikátor pro končetinové aplikace o průměru min. 30 cm	solenoid, průměr 30 cm
1 ks aplikátor pro páteřní a kyčelní aplikace o průměru min. 60 cm	solenoid, průměr 60 cm
Laserové aplikátory	
laserová sonda výkon min. 830nm/400 mW	infračervená laserová sonda 830 nm/400 mW
laserová sprcha	kombinovaná laserová sprcha 4x50mW/685 nm + 4x400mW/830nm
2 ks ochranné brýle	2 ks ochranných brýlí
držák laserové sprchy a laserové sondy	nastavitelný držák sprchy a sondy
Vakuová jednotka	
vakuová jednotka pro elektroléčbu	splňuje

dva nezávislé kanály	splňuje
kontinuální a pulzní režim	splňuje
kontrola vakua	splňuje
tichý a výkonný systém	splňuje
vakuové elektrody – možnost volby rozměrů 60 mm, 30 mm a 90 mm	splňuje Ø30, 60 a 90 mm
Příslušenství: propojovací kabely pro elektroterapii kabely pro připojení elektrod návleky kabely pro připojení vakuových elektrod 4x vakuová elektroda 60mm adaptér	2 ks propojovacích kabelů 2 páry kabelů pro připojení elektrod 4 ks návleků (houbiček) 2 páry kabelů pro připojení vak. elektrod 4 ks vakuových elektrod 60 mm adaptér
zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE	splňuje

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů **uvedením hodnoty** parametru, u ostatních slovem **splňuje**, zároveň **uvede odkaz** na přiložený nebo výrobcem schválený veřejně **přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola**)

- * *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*