

Technická specifikace poptávaného zařízení

Vířivá vana na horní končetiny (1 ks)	
Účel použití: Vířivá vana využívající kombinaci účinků tepla a mechanického účinku vířící vody k léčbě porážových stavů, onemocnění a operací horních končetin.	
Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína	
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota
vana určená pro vířivou lázeň horních končetin	splňuje BTL-3000 ZETA 20
min. 10 vířivých trysek s přivzdušením	splňuje 10 vířivých trysek
možnost regulace výkonu vířivé masáže	splňuje
ukazatel teploty vody	splňuje
elektronické ovládání s časovačem	splňuje
směšovací baterie	splňuje
funkce kolísání intenzity masáže	splňuje
možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže	splňuje
antibakteriální akrylátový skelet vany	splňuje
užitný objem min. 25 l	splňuje 25 l
hladinové čidlo	splňuje
židle ke končetinové vaně	splňuje
napájení 230V/50Hz	splňuje
zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE	splňuje
instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany	splňuje

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů **uvedením hodnoty** parametru, u ostatních slovem **splňuje, zároveň uvede odkaz** na příložený nebo výrobcem schválený veřejně **přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola**)

Vířivá vana na dolní končetiny (1 ks)	
Účel použití: Vířivá vana využívající kombinaci účinků tepla a mechanického účinku vířící vody k léčbě porážkových stavů, onemocnění a operací dolních končetin	
Obor návazné péče: rehabilitační a fyzikální medicína	
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota
vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin, beder a kyčlí	splňuje BTL-3000 THETA 20
antibakteriální akrylátový skelet vany	splňuje
2 výšky hladiny vody – dva nezávislé okruhy masáže pro napuštění dvou různých objemů vody	splňuje
min. 12 vodních trysek	splňuje 12 vodních trysek
vířivé trysky na plošky nohou	splňuje
možnost regulace intenzity vířivé masáže	splňuje
teplotní čidlo	splňuje
hladinové čidlo	splňuje
ovládání a nastavení času terapie	splňuje
automatické napuštění vany	splňuje
oplachová sprcha	splňuje
užitný objem vany max. 165 l	splňuje 140 l
2-stupňové laminátové schůdky	splňuje
napájení 230V/50Hz	splňuje
zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek a musí být označeno značkou shody CE	splňuje

instalační výkres s vyznačenými vývody pro napojení dodávané vany	splňuje
---	---------

Pozn.: ve sloupci „Účastníkem nabízená hodnota“ doplní účastník všechny řádky: u číselných údajů **uvedením hodnoty** parametru, u ostatních slovem **splňuje, zároveň uvede odkaz** na příložený nebo výrobcem schválený veřejně **přístupný dokument - zdroj, strana, kapitola**)

- * *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*