

Příloha č 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)	
Název VZ:	Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Plzeňského kraje
Část VZ:	Část 1 - Stříkačky injekční dvoudílné
název dodavatele:	Becton Dickinson Czechia, s.r.o.
IČO/DIČ:	25142135/CZ25142135
sídlo:	Křenova 438/1, 162 00 Praha 6
osoba oprávněná zastupovat dodavatele:	Ing. Mgr. Tomáš Látal, zmocněnec na základě plné moci

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dvoudílných injekčních stříkaček, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednávací číslo, výrobce atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Stříkačky injekční dvoudílné

Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem	konus	Měrná jednotka = 1 ks	Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
Injekční stříkačka 2ml	centrický	1 ks			21%	261,760.00 Kč	316,729.60 Kč	BD Discardit S2 2ML	100	300928	Becton Dickinson S.A. Carretera de Mequinenza
Injekční stříkačka 5ml	excentrický	1 ks			21%	584,272.00 Kč	706,969.12 Kč	BD Discardit S2 5ML	100	309050	Becton Dickinson S.A. Carretera de Mequinenza
Injekční stříkačka 10ml	excentrický	1 ks			21%	730,368.00 Kč	883,745.28 Kč	BD Discardit S2 10ML	100	309110	Becton Dickinson S.A. Carretera de Mequinenza
Injekční stříkačka 20ml	excentrický	1 ks			21%	596,772.00 Kč	722,094.12 Kč	BD Discardit S2 20ML	80	300296	Becton Dickinson S.A. Carretera de Mequinenza

Cena celkem	2,173,172.00 Kč	2,629,538.12 Kč	
--------------------	------------------------	------------------------	--

Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení):	Cena v Kč bez DPH:	2,173,172.00 Kč
	DPH v Kč :	456,366.12 Kč
	Cena v Kč včetně DPH:	2,629,538.12 Kč

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Stříkačky injekční dvoudílné (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ano
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.	ano
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy	ano
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ano
bez PVC, sterilní, nesmyvatelná dobře čitelná stupnice	ano
dokonalá těsnost tuhého, neohybného a nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu	ano
minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu	ano
stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly)	ano

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Praze dne 21.10.2020



podpis oprávněné osoby za účastníka
Ing. Mgr. Tomáš Látal, zmocněnec na základě plné moci