

Formulář technických specifikací dodávky pro: Pasivní antidekubitní matrace

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26365804

Pasivní gelová antidekubitní matrace – riziko IV		88 ks
Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota Splněno ANO/NE
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
Obchodní název a typové označení		CliniCare30
Výrobce		LINET spol. s r.o.
Jádro matrace		
jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a gelové pěny (Geltex, apod.) pro vynikající rozložení tlaku, velmi dobrou prodyšnost a dlouhou životnost matrace	ano	ANO
jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka	ano	ANO
nosnost	min. 230 kg	ANO, 230 kg
Nosná část jádra		
ze studené PUR pěny o hustotě	min. 40 kg/m ³	ANO, 46kg/m ³
ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008	* 170 N	ANO, 170N
*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N		
pěna se sníženou hořlavostí	min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
Zesílené boky jádra		
ze studené PUR pěny o hustotě	min. 50 kg/m ³	ANO, 50kg/m ³
ze studené PUR pěny s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008	* 210 N	ANO, 210N
*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N		
pěna se sníženou hořlavostí	min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
Povrch jádra		
celém povrchu jádra (mimo vyztužené boky) gelová pěna (Geltex, apod.)	vrstva min. 50 mm	ANO, 50mm
gelová pěna o hustotě	min. 50 kg/m ³	ANO, 52kg/m ³
gelová pěna s odporem proti stlačení – vyjádřen jako ILD 40 % dle EN ISO 2439: 2008	* 80 N	ANO, 80N
*Zadavatel v tomto případě připouští toleranci ± 10 N		
pěna se sníženou hořlavostí	min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
Potah matrace		
velmi snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze tří stran (270°) s ochrannou chlopní proti znečištění	ano	ANO, 270°
paropropustný a voděodolný	ano	ANO
spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra – kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené	ano	ANO
materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný	ano	ANO
na potahu transportní madla pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci s matrací	ano	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: Pasivní antidekubitní matrace

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26365804

potah se sníženou hořlavostí	min. CRIB 7	ANO, CRIB 7
Počty, rozměry a kompatibilita		
9 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Multicare (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
20 ks rozměr 208x96x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza 3XC (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
10 ks rozměr 208x88x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza de Luxe (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
42 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
7 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO

Pasivní antidekubitní matrace – riziko III		469 ks
Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota Splněno ANO/NE
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže		
Obchodní název a typové označení		PrimaCare10
Výrobce		LINET spol. s r.o.
Jádro matrace		
jádro matrace ze studené PUR pěny s velmi dobrým rozložením tlaku, prodyšností a dlouhou životností matrace	ano	ANO
na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru, s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra	min. 4 zóny (hlava, tělo, paty a okraje matrace)	ANO
nosnost	min. 200 kg	ANO, 200 kg
ze studené PUR pěny o hustotě	min. 40 kg/m ³	ANO, 41kg/m ³
pěna se sníženou hořlavostí	min. CRIB 5	ANO, CRIB 5
Potah matrace		
snadno snímatelný - tj. zip minimálně ze dvou stran (180°) s ochrannou chlopní proti znečištění	ano	ANO, 180°
paropropustný a voděodolný	ano	ANO

Formulář technických specifikací dodávky pro: Pasivní antidekubitní matrace

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 26365804

materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný	ano	ANO
potah se sníženou hořlavostí	min. CRIB 7	ANO, CRIB 7
Počty, rozměry a kompatibilita		
275 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Eleganza Smart (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
36 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Novos (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
90 ks rozměr 200x86x14cm, matrace schválená výrobcem lůžka pro použití na lůžko Calma (výrobce LINET) v souladu s jeho návodem na použití	ano	ANO
57 ks rozměr 195x90x14cm	ano	ANO
10 ks rozměr 170x70x14cm	ano	ANO
1 ks rozměr 170x80x14cm	ano	ANO

Podpis a razítko účastníka zadávacího řízení

Datum

V Želevčicích