

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Technické podmínky

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah $\pm 10\%$, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

Všeobecné požadavky:

Sekvenční kompresní systém – 1 ks


Minimální technické požadavky:

Zadavatelem požadované parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“)
Požadovaný přístroj	
Sekvenční kompresní systém pro přerušované pneumatické stlačování za účelem zvýšení průtoku krve v žilách a zabránění vzniku hluboké žilní trombózy a plicní embolie u rizikových pacientů.	A
Základní parametry	
Systém sestávající z řídicí jednotky s kompresorem, systému hadic a kompresních návleků na končetiny.	A
Systém určený ke kontinuálnímu použití při operaci a předoperační i pooperační péči.	A
Komprese po celé délce DK od kotníků až po třísla.	A
Řídicí jednotka vyhodnocuje a automaticky nastavuje optimální tlak komprese pro maximalizaci krevního průtoku.	A
Detekce opětovného naplnění žil.	A
Jednorázové kompresní návleky.	A
Sterilní kompresní návleky pro nasazování během výkonů v ortopedické chirurgii.	A
Přenosný bateriový přístroj, výdrž na baterii až 8 hodin.	A
Řídicí jednotka na zavěšení na čelo nebo postraní nemocničního lůžka pomocí integrovaných držáků.	A
Součástí dodávky: - 1 pár stehenních návleků.	A
Ostatní	
Napájení 230V/50Hz	A
V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.	A

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek – Technické podmínky

Záruka 24 měsíců.	A
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	A

- * *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*



Aspironix s. r. o.
Hradčanské nám. 12/60, 118 00 Praha 1
DIČ: CZ29040736 IČ: 29040736
www.aspironix.com