



Příloha č. 2 – Technické podmínky zboží požadované kupujícím

Všeobecné požadavky: vyšetřovací lampa stropní – 1 ks

Minimální technické požadavky:

Zadavatelem požadované parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“
Požadovaný systém	
Stropní vyšetřovací svítidlo LED.	Mach LED 130F stropní
Základní parametry	
Svítidlo umístěné na stropním závěsu s kloubem – 1 rameno.	A
Výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení – rameno otočné o 360°.	A
Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1m min. 60 000 lx.	70 000 lx
Regulace průměru světelného pole ve vzdálenosti 1m min. 180 mm až 250 mm.	150 mm – 210 mm
Homogenní světelné pole.	A
Intenzita osvětlení nastavitelná v rozmezí min. 30–100% .	50 – 100%
Pracovní rozsah osvětlení min. 900 – 1500 mm	700-1400 mm
Rozsah teploty chromatičnosti: minimálně 4 300°K.	4 500° K
Index podání barev Ra min. 90.	95
Maximální redukce stínů, včetně stínů barevných.	A
Ovládání svítidla na závěsu/korpusu svítidla.	A
Snadné čištění a dezinfekce svítidel běžnými dezinfekčními prostředky.	A
Uzavřený korpus svítidla s hladkým povrchem.	A
Krycí sklo odolné proti poškrábání.	A
Životnost světelného zdroje alespoň 40 000 h.	60 000 h
Světlo splňuje elektrickou bezpečnost podle IEC 60601-2-41.	A
V rámci dodávky jsou 2 resterilizovatelné rukojeti ke každému svítidlu.	A
Hmotnost svítidla se závěsem max. 22 kg.	18 kg
Napájení 230 V / 50 Hz.	A
Světlá výška místnosti je 3100 mm, avšak jedná se o rozměr po sádkartonový pohled, na který se nedá kotvit. Tento sádkartonový pohled je podvěšen ca 700 mm od betonového stropu. Světlá výška od podlahy po pevný strop činí ca 3800 mm.	
V rámci dodávky bude: - kontrola stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků ve stávajících prostorách, - kotvící prvky potřebné pro ukotvení do stropní konstrukce, - ukotvení do stropní konstrukce, - instalace zapojení vyšetřovacích svítidel.	
Ostatní	
V ceně dodávky je dále zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,	A



- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.	
Záruka 24 měsíců.	A
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	A