

Příloha č. 1 - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů

Pokyny k vyplnění tabulky: Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel) Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)

Přístroj	Název přístroje	Typ přístroje, výrobce přístroje	Výrobní číslo	Inventurní číslo	Inventurní úsek	NS	Cena za servisní úkon vč. DPH [Kč]	Servisní úkon se provádí výhradně na Objednávku	Typ servisního úkonu	Interval [měsíce], tj. lhůta, ve které je Poskytovatel povinen daný servisní úkon provést	Datum zařazení/vyřazení
Přístroj 1	Dezinfektor podložních mis	MEIKO TOPIC 20					2 400 Kč	Ne	BTK	1x za 12 měsíců	
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
Přístroj 2								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
Přístroj 3								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
Přístroj 4								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
Přístroj 5								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
Přístroj 6								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
Přístroj 7								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	EL revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		