

## **Příloha č. 1 – Specifikace zboží**

Mobilní ultrazvukový systém Venue – 5 ks

Mobilní celotělový digitální ultrazvukový systém s aktivními módy: **B-mód, M-mód, anatomický M-mód, barevný směrový (CFM) Doppler, citlivý výkonový (PDI) Doppler, pulzní (PWD) Doppler, kontinuální (CW) Doppler, tkáňový Doppler (TDI), harmonické (THI) zobrazení na všech sondách, kompaundní zobrazení CrossXBeam, SRI -systém redukující ultrazvukové spekle**

**Širokopásmová konvexní abdominální sonda C1-5-RS**

Frekvenční rozsah: 1.5. - 6.0. MHz

**Širokopásmová lineární sonda L4-12t-RS**

Frekvenční rozsah: 4.0. - 12.0. MHz

Lineární sonda programovatelnými tlačítky (4 tlačítka) – možnost ovládat přístroj pomocí sondy

**Širokopásmová sektorová kardiologická sonda 3Sc-RS**

Frekvenční rozsah: 1.6. - 4.5. MHz

**DICOM – síťové připojení k PACS**

**Needle – mód pro zobrazení jehly**