

Příloha č. 2A

Dílní skupina 03

Kód SÚRO	Druh měřidla	Měřená veličina	Kvalita záření	Geometrie, podmínky měření	Požadovaný doklad	Druh stanoveného měřidla dle Vyhl. č. 345/2002 Sb.	Další závazné požadavky zadavatele
A 13	měřidlo pro stanovení objemové aktivity radonu (okamžitá hodnota, časový průběh, integrální měření)	objemová aktivity radonu ve vzduchu			KL + POO	8.4	úřední značka na měřidle
A 14	měřidlo pro stanovení ekvivalentní objemové aktivity radonu (okamžitá hodnota, časový průběh, integrální měření)	ekvivalentní objemová aktivity radonu ve vzduchu			KL + POO	8.4	úřední značka na měřidle

Vysvětlivky:

OL - ověřovací list

KL - kalibrační list

POO - potvrzení o ověření

POO* - potvrzení o ověření včetně údaje o aktivitě použitého etalonu a o její nejistotě

POM - protokol o měření

POK - potvrzení o kalibraci