

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  $\pm 10\%$ , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

**Všeobecné požadavky:****Systém ohřívání pacienta pro operační sály – 2 ks****Minimální technické požadavky:**

| Zadavatelem požadované parametry   | Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“                        |
|--|---|
| <b>Požadovaný přístroj</b>   |   |
| Systém ohřívání pacienta pro operační sály na operační stoly s matrací a příkrývkou.   | HotDog Warming, výrobce: Augustine Surgical Inc., USA, distribuce: Dahlhausen CZ, spol. s r. o.   |
| <b>Řídicí jednotka</b>   |   |
| Řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, mobilní.  | A   |
| Uchycení na infuzní stojan, eurolištu nebo položení na rovnou plochu.  | A   |
| Minimálně 2 samostatně regulovatelné výstupy s možností souběžného provozu.  | A, 3 vstupy: možnost připojit 2 příkrývky a 1 matraci najednou  |
| Displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu. Indikace dosažení nastavené teploty.  | A   |
| Rozsah nastavení teplot pro matraci a příkrývku min. 37 až 39°C.   | A, Matrace 35°C až 39°C, příkrývka 37°C až 43°C   |
| Krok nastavení teploty 1°C.  | A   |
| Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému.   | A   |
| Automatické přerušování vyhřívání při překročení zadané teploty nebo při poruše systému.   | A   |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch.  | A   |
| <b>Matrace a příkrývka</b>   |   |
| Výhřevné části s topnými vlákny pro rovnoměrný ohřev v celé ploše.   | A, tkaný vodivý polymer s ochrannou polymerní vrstvou   |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, opakované použití.   | A   |
| Bezpečné stejnosměrné napájení z řídicí jednotky.  | A, 48V  |
| Teplotní čidla v každé samostatné části.   | A   |
| RTG transparentní.   | A   |
| Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ks ohřívací matrace na operační stůl celotělová (délka min. 125 cm)</li> <li>- 1ks ohřívací příkrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm)</li> <li>- propojovací kabel řídicí jednotky a matrace (1ks) a příkrývky (1ks)</li> </ul> | U102 - Hot Dog ohřívací matrace, 127 cm x 50 cm, 1,5 kg<br>B105 - Hot Dog multifunkční příkrývka 51 cm x 91 cm (2 panely), 1,4 kg<br>Propojovací kabely A101 a A112 |
| Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech.  | A, ZP třídy IIb   |

| Ostatní   |   |
|---|---|
| Napájení 230V/50Hz  | A |
| V ceně dodávky je zahrnuto:<br>- doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu,<br>- předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení,<br>- instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy,<br>- kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje,<br>- protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod. | A |
| Záruka 24 měsíců.   | A |
| V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.   | A |

- \* *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*