

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah  $\pm 10\%$ , pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.

**Všeobecné požadavky:****Systém ohřívání pacienta pro operační sály – 4 ks****Minimální technické požadavky:**

Zadavatelem požadované parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky – u číselných údajů hodnotu, u ostatních slovo „splňuje (A)“ nebo „nesplňuje (N)“
<b>Požadovaný přístroj</b>	
Systém ohřívání pacienta pro operační sály na operační stoly s matrací a příkrývkou.	HotDog Warming, výrobce: Augustine Surgical Inc., USA, distribuce: Dahlhausen CZ, spol.s r.o.
<b>Řídicí jednotka</b>	
Řízená mikroprocesorem, kompaktních rozměrů, mobilní.	A
Uchycení na infuzní stojan, eurolištu nebo položení na rovnou plochu.	A
Minimálně 2 samostatně regulovatelné výstupy s možností souběžného provozu.	A, 3 vstupy: možnost připojit 2 příkrývky a 1 matraci najednou
Displej zobrazující nastavenou a aktuální teplotu. Indikace dosažení nastavené teploty.	A
Rozsah nastavení teplot pro matraci a příkrývku min. 37 až 39°C.	A, Matrace 35°C až 39°C, příkrývka 37°C až 43°C
Krok nastavení teploty 1°C.	A
Kontrola a regulace teploty systému pomocí teplotních čidel v každé části systému.	A
Automatické přerušování vyhřívání při překročení zadané teploty nebo při poruše systému.	A
Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch.	A
<b>Matrace a příkrývka</b>	
Výhřevné části s topnými vlákny pro rovnoměrný ohřev v celé ploše.	A, tkaný vodivý polymer s ochrannou polymerní vrstvou
Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch, opakované použití.	A
Bezpečné stejnosměrné napájení z řídicí jednotky.	A, 48V
Teplotní čidla v každé samostatné části.	A
RTG transparentní.	A
Součástí dodávky: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ks ohřívací matrace na operační stůl celotělová (délka min. 125 cm)</li> <li>- 1ks ohřívací příkrývka multifunkční (2 panely 50x90 cm)</li> <li>- propojovací kabel řídicí jednotky a matrace (1ks) a příkrývky (1ks)</li> </ul>	U102 - Hot Dog ohřívací matrace, 127 cm x 50 cm x 127 cm, 1,5 kg B105 - Hot Dog multifunkční příkrývka 51 cm x 91 cm (2 panely), 1,4 kg Propojovací kabely A101 a A112
Systém a jeho součásti schválené jako zdravotnický prostředek pro použití na operačních sálech.	A, ZP třídy IIb

Ostatní	
Napájení 230V/50Hz	A
V ceně dodávky je zahrnuto: - doprava na místo plnění, instalace, uvedení do provozu, - předvedení přístroje, provedení funkční zkoušky dodaného zařízení, - instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (platí pro ZP třídy IIb a III, a tam, kde to stanovil výrobce), případně zaškolení obsluhy, - kompletní přístrojové vybavení s potřebným příslušenstvím/spotřebním materiálem pro okamžitý provoz přístroje, - protokoly z provedených revizí, funkčních zkoušek apod.	A
Záruka 24 měsíců.	A
V rámci záruky bude prováděna bezplatně pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle z. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	A

- \* *Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.*