

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Cenová nabídka
- Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky latexových vyšetřovacích rukavic
- Příloha č. 3 - Šablona pro dodavatele SZM
- Příloha č. 4 - Technický list

Příloha č. 1

Cenová nabídka *(vytvoří prodávající)*

Příloha č. 2

Technická specifikace předmětu plnění – požadavky na dílčí dodávky latexových vyšetřovacích rukavic *(vyplněná příloha č. 2 výzvy)*

Příloha č. 3

Šablona pro dodavatele SZM *(vyplněná příloha č. 3 výzvy)*

Příloha č. 4

Technický list *(předloží prodávající)*

Příloha č. 1. - nabídka

Název	poptáváno MJ za ROK	nabídková cena za 1 ks v Kč bez DPH
6201 Rukavice vyš. latex.nepud.S evercare		
6202 Rukavice vyš. latex.nepud.M evercare		
6203 Rukavice vyš. latex.nepud.L evercare	413000	0,689
6204 Rukavice vyš. latex.nepud.XL evercare		
210277S Rukavice vyš. latex.pudr.S selefa		
210277M Rukavice vyš. latex.pudr.M selefa		
210277L Rukavice vyš. latex.pudr.L selefa	139000	0,689
210277XL Rukavice vyš. latex.pudr.XL selefa		



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 801 589, fax: 566 801 609,
e-mail: sylva.klementova@nnm.cz, web: www.nnm.cz

Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sídlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Latexové vyšetřovací rukavice
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/17

- 1.1 **Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – latexových vyšetřovacích rukavic včetně dopravy do místa plnění.**
- 1.2 Všeobecně zadavatel požaduje rukavice, které jsou vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 minut, např. odběry krve a biologického materiálu a pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí.
- 1.3 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:
 - se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. „268/2014 Sb.“)
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.4 Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
- 1.5 Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky prošla nejvýše 1/3 expirační doby. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 z vyznačené expirační doby, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a za sníženou cenu.



1.6 **Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění**

Požadované měřitelné parametry uchazeč prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem s barevným vyznačením požadovaných hodnot (např. zvýrazňovačem).

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (např. strana v nabídce)
<u>Vyšetřovací rukavice latexové nesterilní – základní požadavky</u>					
1.	materiál - latex	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
2.	nesterilní	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
3.	bez pudru/s pudrem (do sloupečku „reálná hodnota“ uvést, který druh uchazeč nabízí – možno uvést oba druhy)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	bez pudru/s pudrem.	Technický list výrobku
4.	pravolevé	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
5.	velikost S, M, L, XL	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
6.	primární balení maximálně 200 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
7.	sekundární balení maximálně 2000 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano.	Technický list výrobku
8.	výrobek splňuje normu EU 89/686/EEC kat. III pro osobní ochranné prostředky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
9.	výrobek splňuje normu EU 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
10.	výrobek splňuje normu ČSN EN 374/1	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
11.	výrobek splňuje normu ČSN EN 455/1-3	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
12.	propustnost - hodnota AQL je rovna nebo	požadováno	absolutní, dále nehodnocený	ano	Technický list výrobku



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 801 589, fax: 566 801 609,
e-mail: sylva.klementova@nnm.cz, web: www.nnm.cz

	menší než 1,5		parametr		
13.	síla minimálně 6 N	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
14.	délka min. 240 mm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
15.	snadné odebírání rukavic z primárního obalu (papírové krabičky)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky – velikost otvoru
16.	snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
17.	minimální skladovatelnost 2 roky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	Technický list výrobku
<u>Povinné informace na primárním balení rukavic:</u>					
18.	jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky
19.	určení rukavice a její velikost	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky
20.	označení CE	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky
21.	odpovídající piktogramy doprovázené relevantní úrovní výkonnosti s odkazem na normu EN	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky
22.	odkaz na to, kde získat informace	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	viz. podklad pro zhotovení krabičky

1.7 **Ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky nad rámec
vymezený výše v tabulce**

- dostatečná tloušťka a pevnost v tahu
- kvalitní vnější a vnitřní povrch rukavice
- kvalitní manžeta
- dostatečná pružnost
- anatomický tvar
- dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 801 589, fax: 566 801 609,
e-mail: sylva.klementova@nnm.cz, web: www.nnm.cz

Zadavatel bude úroveň splnění shora uvedených požadavků posuzovat v rámci testování vzorků /podrobnosti k testování viz výzva – zadávací podmínky čl. II odst. 3) písm. c).

1.8 **OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI**

Ke každému nabízenému typu rukavic uchazeč předloží prohlášení o shodě a technický list dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Další dokumentaci, jako např. výsledky testování norem či výsledky posledních zkoušek, předloží uchazeč na vyžádání zadavatele.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Červeném Kostelci dne 13. 2. 2017

Ing.]

Product Data Sheet

Gloves



Powder-free examination gloves

Latex

REF 6200–6204


Page 1 (3)

Revision date: 08.08.2014, rev 3

Printed: 13.8.2014

Sizes	REF	Colour code
XS	6200	■
S	6201	■
M	6202	■
L	6203	■
XL	6204	■

Colour: Off-white
Overall length: 240 mm
As per EN455: 2



Raw material:

REACH regulations:

Natural rubber latex

The products covered by this data sheet do not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances, including any of the Substances of Very High Concern (SVHC) as listed in the latest available version of the Candidate List published by European Chemicals Agency (ECHA).

AQL 1,5

Freedom of holes:

As per EN 422: 2

Wall thickness:

Measured single wall mm

Palm

min. 0.09

Finger

min. 0.10

Force at break (N):

As per EN 422: 2

≥ 6,0

Before accelerated ageing

≥ 6,0

After accelerated ageing

Leachable proteins:


In accordance with EN 455:3 using Modified Lowry Protein Assay

Features:

Powder-free ambidextrous textured latex glove with rolled rim. Inner coated for easy donning. Practical protection for a wide range of applications. The product contains natural latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. The product contains dithiocarbamates – not to be used in case of hypersensitivity to these substances.

Product Data Sheet

Gloves



Powder-free examination gloves

Latex

REF 6200-6204

Page 2 (3)

Revision date: 08.08.2014, rev 3

Printed: 13.8.2014

Food handling:

Approved for use in food industry. Not recommended for use 3% acetic acid (vinegar).

Shelf life:

5 years

As per EN 455:4

Pack count:

100 pcs/box, 10 dispensers (= 1000 pcs)/transport carton

Sales unit:

Transport carton (10 dispensers of 100 pcs)

Dispenser box

Cellulose, 225 x 125 x 75 mm

Transport carton:

Cellulose, 385 x 258 x 235 mm

Compliance with legal requirements:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

Compliance with

EN455

product standards:

Quality standards:

The product is manufactured in compliance with ISO 13485

Label information:

In accordance with EN ISO 15223-1, EN 980 and EN 1041

Storage

recommendation:

Recommended storage in clean, dry space in ambient temperature. Products should be protected from direct sunlight, other intensive light sources and ozone.

Disposal

recommendation:

Follow local instructions

Risk if reused:

The product is single use. If reused, the performance of product may deteriorate and cross contamination may occur.

Barcode

Dispenser

Transport carton

Size XS, REF 6200

6438129311396 6200 dispenser

6438129511390 6200 carton



6 438129 311396



6 438129 511390

Size S, REF 6201

6438129311402 6201 dispenser

6438129511406 6201 carton



6 438129 311402



6 438129 511406

Product Data Sheet

Gloves



Powder-free examination gloves

Latex

REF 6200–6204

Page 3 (3)

Revision date: 08.08.2014, rev 3

Printed: 13.8.2014

Size M, REF 6202

6438129311419 6202 dispenser



6 438129 311419


6438129511413 6202 carton



6 438129 511413

Size L, REF 6203

6438129311426 6203 dispenser



6 438129 311426

6438129511420 6203 carton



6 438129 511420

Size XL, REF 6204

6438129311433 6204 dispenser



6 438129 311433

6438129511437 6204 carton



6 438129 511437

Technický list výrobku

Rukavice



Nepudrované vyšetřovací rukavice, latexové

REF 6200-6204

Datum revize: 8. 8. 2014, rev. 3

Strana 1 (3)

Vytlačeno: 13. 8. 2014

Velikost i	Referenční číslo	Barevný kód	
XS	6200		
S	6201		
M	6202		
L	6203		
XL	6204		

Barva: Celková délka: (dle EN455:2)	bělavá 240 mm
Surovina:	Přírodní gumový latex
Předpisy REACH:	Žádný z výrobků uvedených v technickém listu neobsahuje rakovinotvorné, mutagenní ani toxické látky ani žádné látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) uvedené v nejnovější dostupné verzi kandidátského seznamu (Candidate List) vydaném Evropskou chemickou agenturou (ECHA).
Bariérový test (test na nepřítomnost mikrootvorů) dle EN422:2:	AQL 1,5
Tloušťka stěny: Měřena jednotlivá stěna (mm) Dlaň Prst	min. 0,09 min 0,10
Síla při roztržení (N): (dle EN422:2)	≥ 6,0 před urychleným stárnutím ≥ 6,0 po urychleném stárnutí
Vyluhovatelné bílkoviny:	V souladu s EN 455:3 při použití modifikované Lowryho metody pro stanovení koncentrace proteinů (bílkovin) v testovaném vzorku
Charakteristika:	Nepudrovaná, prstová obouruká latexová rukavice s rolovaným okrajem a s vnitřním potahem pro snadné navléknutí. Praktická ochrana při nejrůznějších činnostech. Výrobek obsahuje přírodní latex, který může způsobovat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Výrobek obsahuje diithiokarbamáty - nepoužívat v případech přecitlivělosti na tyto látky.



Nepudrované vyšetřovací rukavice, latexové
REF 6200-6204

Datum revize: 8. 8. 2014, rev. 3


Strana 2 (3)
Vytlačeno: 13. 8. 2014

Bezpečnost při manipulaci s potravinami	Schváleno pro použití v potravinářství. Nedoporučuje se použití ve styku s 3% kyselinou octovou (octem).
Skladovatelnost (dle EN455:4):	5 let
Počet v balení:	100 ks v krabici, 10 krabic (= 1000 ks) v přepravním kartonu
Prodejní jednotka:	Přepravní karton (10 zásobníkových krabic po 100 kusech)
Zásobníková krabice:	Celulóza, 225 x 125 x 75 mm
Přepravní karton:	Celulóza, 385 x 258 x 235 mm
Shoda se zákonnými požadavky:	Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, třída I
Shoda s normami:	EN455
Kvalitativní normy:	Výrobek je vyroben v souladu s ISO13485
Informace na etiketě:	V souladu s EN ISO 15223-1, EN 980 a EN 1041
Doporučené skladování:	Doporučeno skladovat na čistém a suchém místě při teplotě okolí. Výrobek musí být chráněn před přímým slunečním světlem, jinými zdroji intenzivního světla a ozonem.
Doporučení pro likvidaci:	Řiďte se místními předpisy
Riziko při opětovném použití:	Výrobek je určen na jedno použití. Při opětovném použití se mohou vlastnosti výrobku zhoršit a může dojít ke křížové kontaminaci.

Čárkový kód
(Size = velikost)

Size XS, REF 6200

6438129311396 6200 dispenser



6 438129 311396

Přepravní karton

6438129511390 6200 carton



6 438129 511390

Size S, REF 6201

6438129311402 6201 dispenser



6 438129 311402

6438129511406 6201 carton



6 438129 511406

Product Data Sheet

Gloves



Powdered examination gloves Latex REF 210277 XS, S, M, L, XL

Page 1 (3)

Version: 08.08.2014, rev 2

Printed: 8.8.2014

Sizes	REF
XS	210277XS
S	210277S
M	210277M
L	210277L
XL	210277XL

Colour: Off-white
Overall length: 240 mm
As per EN455: 2

Raw material:
REACH regulations:

Freedom of holes:
Wall thickness:
Measured single wall mm
Palm
Finger
Force at break (N):

Leachable proteins:
Powder:
Features:

Food handling:

Shelf life:
As per EN 455:4



Natural rubber latex

The products covered by this data sheet do not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances, including any of the Substances of Very High Concern (SVHC) as listed in the latest available version of the Candidate List published by European Chemicals Agency (ECHA).
AQL 1,5

min 0,08
min 0,09

≥ 6,0 Before accelerated ageing
≥ 6,0 After accelerated ageing

In accordance with EN 455:3 using Modified Lowry Protein Assay
Absorbable cornstarch USPXX1
Powdered ambidextrous smooth latex glove with rolled rim. Practical protection for a wide range of applications. The product contains natural latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. The product contains dithiocarbamates – not to be used in case of hypersensitivity to these substances.
Approved for use in food industry. Not recommended for use 3% acetic acid (vinegar).

5 years

Technický list výrobku

Rukavice



Nepudrované vyšetřovací rukavice, latexové
REF 6200-6204

Datum revize: 8. 8. 2014, rev. 3

Strana 3 (3)

Vytištěno: 13. 8. 2014

Čárkový kód (Size = velikost)

Zásobníková krabice

Přepravní karton

Size M, REF 6202

6438129311419 6202 dispenser



6 438129 311419

6438129511413 6202 carton



6 438129 511413


Size L, REF 6203

6438129311426 6203 dispenser



6 438129 311426

6438129511420 6203 carton



6 438129 511420

Size XL, REF 6204

6438129311433 6204 dispenser



6 438129 311433

6438129511437 6204 carton



6 438129 511437

OneMed Group Oy
Address: Metsälantie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland

Phone +358 20 786 0800
www.onemed.com

Domicile Helsinki
Business ID 2036040-1

ONEMED

3 (3)

Jako tlumočník a překladatel jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. října 1993, č.j. 2880/93 stvrzuji, že tento překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tento překladatelský úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3480/15 deníku.
Identifikační číslo: 11591684

Product Data Sheet

Gloves



Powdered examination gloves

Latex


REF 210277 XS, S, M, L, XL

Page 1 (3)

Version: 08.08.2014, rev 2

Printed: 8.8.2014

Sizes	REF
XS	210277XS
S	210277S
M	210277M
L	210277L
XL	210277XL



Colour: Off-white
Overall length: 240 mm
As per EN455: 2

Raw material:
REACH regulations:

Freedom of holes:
Wall thickness:
Measured single wall mm
Palm
Finger
Force at break (N):

Leachable proteins:
Powder:
Features:

Food handling:

Shelf life:
As per EN 455:4

Natural rubber latex

The products covered by this data sheet do not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances, including any of the Substances of Very High Concern (SVHC) as listed in the latest available version of the Candidate List published by European Chemicals Agency (ECHA).
AQL 1,5

min 0,08
min 0,09
≥ 6,0 Before accelerated ageing
≥ 6,0 After accelerated ageing

In accordance with EN 455:3 using Modified Lowry Protein Assay
Absorbable cornstarch USPXX1
Powdered ambidextrous smooth latex glove with rolled rim. Practical protection for a wide range of applications. The product contains natural latex which may cause allergic reactions including anaphylactic shock. The product contains dithiocarbamates – not to be used in case of hypersensitivity to these substances.
Approved for use in food industry. Not recommended for use 3% acetic acid (vinegar).

5 years

Product Data Sheet

Gloves



Powdered examination gloves

Page 2 (3)

Latex

REF 210277 XS, S, M, L, XL

Version: 08.08.2014, rev 2

Printed: 8.8.2014

Pack count:

100 pcs/box, 10 dispensers (= 1000 pcs)/transport carton

Sales unit:

Transport carton (10 dispensers of 100 pcs)

Dispenser box:

Cellulose, 235 x 125 x 75 mm

Transport carton:

Cellulose, 390 x 258 x 245 mm

Compliance with legal requirements:

Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class I

Compliance with product standards:

EN 455

Quality standards:

The product is manufactured in compliance with EN ISO 13485

Label information:

In accordance with EN ISO 15223-1, EN 980 and EN 1041

Storage recommendation:

Recommended storage in clean, dry space in ambient temperature. Products should be protected from direct sunlight, other intensive light sources and ozone

Disposal recommendation:

Follow local instructions

Risk if reused:

The product is single use. If reused, the performance of product may deteriorate and cross contamination may occur.

Barcode**Dispenser****Transport carton****Size XS, REF 210277XS**


6438129350319 210277XS dispenser



6438129550313 210277XS carton

**Size S, REF 210277S**

6438129350326 210277S dispenser



6438129550320 210277S carton

**Size M, REF 210277M**

6438129350333 210277M dispenser



6438129550337 210277M carton



Product Data Sheet

Gloves



Powdered examination gloves

Latex

REF 210277 XS, S, M, L, XL

Page 3 (3)

Version: 08.08.2014, rev 2

Printed: 8.8.2014

Size L, REF 210277L

6438129350340 210277L dispenser



6 438129 350340

6438129550344 210277L carton



6 438129 550344

Size XL, REF 210277XL

6438129350357 210277XL dispenser



6 438129 350357

6438129550351 210277XL carton



6 438129 550351

OneMed Group Oy
Address: Metsäläntie 20
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland

Phone +358 20 785 8800
www.onemed.com

Domicile Helsinki
Business ID 2039640-1

ONEMED

Překlad z angličtiny

Technický list výrobku

Rukavice



Pudrované vyšetřovací rukavice,
latexové

REF 210277 XS, S, M, L, XL

Strana 1 (3)

Verze: 08. 08. 2014, rev. 2

Vytištěno: 8. 8. 2014

Velikosti	Referenční čísla	
XS	210277XS	
S	210277S	
M	210277M	
L	210277L	
XL	210277XL	

Barva:	bělavá
Celková délka: (dle EN455:2)	240 mm
Surovina:	Přírodní gumový latex
Předpisy REACH:	Žádný z výrobků uvedených v technickém listu neobsahuje rakovinotvorné, mutagenní ani toxické látky ani žádné látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) uvedené v nejnovější dostupné verzi kandidátského seznamu (Candidate List) vydaném Evropskou chemickou agenturou (ECHA).
Bariérový test (test na nepřítomnost mikrotvorů)	AQL 1,5
Tloušťka stěny: Měřena jednotlivá stěna (mm) Dlaň Prst	min. 0,08 min 0,09
Síla při roztržení (N):	≥ 6,0 před urychleným stárnutím ≥ 6,0 po urychleném stárnutí
Vyluhovatelné bílkoviny:	V souladu s EN 455:3 při použití modifikované Lowryho metody pro stanovení koncentrace proteinů (bílkovin) v testovaném vzorku
Pudr:	Absorbovatelný kukuřičný škrob
Charakteristika:	Nepudrovaná obouřuká hladká latexová rukavice s rolovaným okrajem. Praktická ochrana při nejrůznějších činnostech. Výrobek obsahuje přírodní latex, který může způsobovat alergické reakce včetně anafylaktického šoku. Výrobek obsahuje diethiokarbamáty - nepoužívat v případech přecitlivělosti na tyto látky.

Technický list výrobku

Rukavice



Pudrované vyšetřovací rukavice,
latexové
REF 210277 XS, S, M, L, XL

Strana 2 (3)

Verze: 08. 08. 2014, rev. 2

Vytištěno: 8. 8. 2014

Bezpečnost při manipulaci s potravinami	Schváleno pro použití v potravinářství. Nedoporučuje se použití ve styku s 3% kyselinou octovou (octem).
Skladovatelnost (dle EN455:4):	5 let
Počet v balení:	100 ks v krabici, 10 zásobníkových krabic (= 1000 ks) v přepravním kartonu
Prodejní jednotka:	Přepravní karton (10 zásobníkových krabic po 100 kusech)
Zásobníková krabice:	Celulóza, 235 x 125 x 75 mm
Přepravní karton:	Celulóza, 390 x 258 x 245 mm
Shoda se zákonnými požadavky:	Směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, třída I
Shoda s výrobními normami:	EN455
Kvalitativní normy:	Výrobek je vyroben v souladu s ISO13485
Informace na etiketě:	V souladu s EN ISO 15223-1, EN 980 a EN 1041
Doporučené skladování:	Doporučeno skladovat na čistém a suchém místě při teplotě okolí. Výrobek musí být chráněn před přímým slunečním světlem, jinými zdroji intenzivního světla a ozonem.
Doporučení pro likvidaci:	Rid'te se místními předpisy
Riziko při opětovném použití:	Výrobek je určen na jedno použití. Při opětovném použití se mohou vlastnosti výrobku zhoršit a může dojít ke křížové kontaminaci.

Čárkový kód (Size = velikost)

Size XS, REF 210277XS

Zásobníková krabice

Přepravní karton

6438129350319 210277XS dispenser



6 438129 350319

6438129550313 210277XS carton



6 438129 550313

Size S, REF 210277S

6438129350326 210277S dispenser



6 438129 350326

6438129550320 210277S carton



6 438129 550320

Size M, REF 210277M

6438129350333 210277M dispenser



6 438129 350333

6438129550337 210277M carton



6 438129 550337

OneMed Group Oy
Address: Metsälantie 10
Postal Address: P.O. Box 10
FI-00321 Helsinki, Finland

Phone: +358 20 756 6600
www.onemed.com

Dominic Helsinki
Business ID: 2026640-1

ONEMED

Technický list výrobku

Rukavice



Pudrované vyšetřovací rukavice,
 latexové
 REF 210277 XS, S, M, L, XL

Strana 3 (3)

Verze: 08. 08. 2014, rev. 2

Vytištěno: 8. 8. 2014

Čárkový kód (Size = velikost)	Zásobníková krabice	Přepavní karton
Size L, REF 210277L	6438129350340 210277L dispenser 6 438129 350340	6438129350344 210277L carton 6 438129 350344
Size XL, REF 210277XL	6438129350357 210277XL dispenser 6 438129 350357	6438129350351 210277XL carton 6 438129 350351

OneMed Group Oy
 Address: Metsälantie 20
 Postal Address: P.O. Box 10
 FI-00321 Helsinki, Finland

Phone +358 20 786 0600
 www.onemed.com

Domicile Helsinki
 Business ID 2039640-1

ONEMED

3 (3)

Jako tlumočník a překladatel jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím
 Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. října 1993, č.j. 2880/93 stvrzuji, že
 tento překlad souhlasí s textem připojené listiny.
 Tento překladatelský úkon je zapsán pod pořadovým číslem 3527/16 deníku.
 Identifikační číslo: 11591684

an Mouch