

Formulář technických specifikací dodávky pro: EKG

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IC: 26365804

Specifikace dodávky	Požadovaná hodnota	Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE
EKG	1 ks	
V rámci veřejné zakázky bude soutěžen 1ks EKG pro oddělení ambulance Kardiocentra v KV, KKN a.s.		
Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže.		
Obchodní název a typové označení přístroje		
Výrobce přístroje		
Základní požadavky na přístroj		
Klidové EKG se záznamem a tiskem všech 12ti svodů	ano	ano
Napájení z el. sítě 230V/50 Hz a zároveň akumulátorový provoz bez nutnosti připojení k el. síti	ano	ano
Automatický záznam, manuální záznam a záznam rytmu	ano	ano
Proměření (intervaly, osy) a interpretace EKG křivky včetně detekce arytmií	ano	ano
Detekce kardiostimulátoru	ano	ano
Ochrana proti defibrilaci	ano	ano
Frekvenční rozsah měření vstupního EKG signálu	min. rozsahu 0,05 Hz – 250 Hz	ano, 0.01~300Hz
Filtr rušení el. sítě 50 Hz	ano	ano
Vzorkovací frekvence	min. 10 kHz	ano, 16 kHz
Integrovaný barevný dotykový displej s úhlopříčkou	min.15"	ano, 15", 1024×768 multicolor LCD
Možnosti vytvoření uživatelských účtů s nastavitelnou úrovní práv pro daného uživatele	ano	ano
Alfanumerická klávesnice, voděodolné provedení	ano	ano
Maximální srdeční frekvence	300 tepů/minutu	ano, 300 tepů/minutu
Minimální srdeční frekvence	30 tepů/minutu	ano, 30 tepů/minutu
Jmenovitá kontrola kontaktů elektrod	ano	ano
Integrovaná termotiskárna s následujícími parametry: - Tisk na termopapír, skládaný, formát A4 (šíře 210 mm) - Rychlost posuvu alespoň 25 a 50 mm/s - Citlivost 2,5; 5; 10; 20 mm/mV	ano	ano
Možnost propojení s PC a export dat	ano	ano
Interface: Ethernet (RJ-45), USB, VGA konektor – možnost připojení na externí zobrazovací jednotku	ano	ano
WiFi modul – pro napojení na NIS (nemocniční informační systém)	ano	ano
EKG musí komunikovat s Worklistem a musí umět zasílat pracovat s	ano	ano

Formulář technických specifikací dodávky pro: EKG

Název zadavatele: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
IC: 26365804

rozhraním DICOM		
Rozšiřitelnost o čtečku čárových kódů pro zadávání patientských dat nebo již jako součást	ano	ano
Umístění na stabilní vozík s pevným uchycením přístroje, součástí vozíku: • Rameno pro uchycení patientských svodů • Kolečka s aretací • Košík/police na příslušenství 1 nebo 2 zásuvky	ano	ano
Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu	ano	ano

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.*

V Ústí nad Labem, dne 12.01.2021

Za uchazeče:

Martin Liška
jednatel