

Příloha č. 1 Kupní smlouvy - Technická specifikace + technický list

Účastník (název, IČO, sídlo): Medicontur CZ s.r.o., Viniční 84, 615 00 Brno, IČ: 02400758

VZ s názvem: "Nitrooční čočky pro operaci katarakty - část 2: Nitrooční čočka jednoduková 1"

Označení produktu:

640AD

MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY	ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA
Filtr - UV	ano
Haptická část - one piece	ano
Tvar haptiky - 4 bodová fixace	ano
Optický design model - asférická monofokální	ano
Dioptrie - 0 - 30 D	0.00 do +35.0
Průměr optiky - 5,6 - 6,2 mm v závislosti na síle čočky	6.0mm
Délka čočky - 10,5 - 11 mm v závislosti na síle čočky	ano
Refrakční index - 1,4 - 1,6	1.46
Rozměr incize - max. 1,8 mm	1.6-1.8mm
Materiál: hydrofilní odolný	ano

ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY NAD RÁMEC MIN. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA ANO/NE
Typ okraje - ostrý zadní, 360 st.	ano

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V Brně dne 5.1.2021

Ing.
Miroslava
Chládková

Digitálně podepsal
Ing. Miroslava
Chládková
Datum: 2021.01.05
12:18:18 +01'00'

.....
Razítko a podpis účastníka