

Objednávka 2600124130

Datum objednávky 17.02.2021

Vyhotovuje: [REDACTED]

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Masarykova nemocnice v Ústí n.Lab., o.z.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

FOMEI s.r.o.
U libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

Vaše číslo dodavatele u nás
1000765

Termín dodávky: **03.03.2021**

Dodávka pro Radiol.klin.

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

Pol.	Materiál	Označení		
	Obj.množství	Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus	Oprava přístroje-dodání baterií 72.116,00	72.116,00

Objednáváme u Vás provedení výměny baterií do přístroje " RTG PŘÍSTROJ MOBILNÍ FUJIFILM FDR GO" umístěný na infekčním oddělení - budova I, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Výrobní číslo: MPE09CB56006 Inventurní číslo: 210003071

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Částka je zadána na základě cenové nabídky č.: ZAK21A00071 ze dne 13.02.2021

Celk.hodn. s DPH CZK

72.116,00

Schválil.....

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněn.

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena. Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: 25488627 DIČ: CZ25488627

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

Nabídka ZAK21A00071

Číslo dokladu: ZAK21A00071
Referent: [REDACTED]

Datum: 13.02.2021
Datum platnosti: 15.03.2021

Dodavatel:

FOMEI s.r.o.

U Libeňského pivovaru 2015/10
180 00 Praha 8

IČ: 46504869, DIČ: CZ46504869

Tel: + [REDACTED] Fax: + [REDACTED]

e-mail: i [REDACTED]
[REDACTED]

Platební údaje:

Způsob úhrady: Faktura 14 dnů

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0

Splatnost dní: 14

Číslo účtu: [REDACTED] / [REDACTED]

Odběratel:

NMASUL

Krajská zdravotní a.s.

NMASU
L

Sociální péče 3316/12A
401 13 ÚSTÍ nad LABEM

IČ: 25488627, DIČ: CZ25488627

Tel: [REDACTED]

Obchodní údaje:

Doprava: Fomei

Sleva: 0%

Na základě provedné prohlídky a vaší poptávky vám zasíláme nabídku na dodávku dvou náhradních baterií pro detektor FUJI D-EVOII a provedení pravidelné servisní prohlídky. Vaši objednávku zašlete na e-mail r [REDACTED]

Kód produktu	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	Sazba	DPH	Cena celkem
WFXDEV2_BAT	DEVO2 baterie detektoru	2 ks	21 600,00	43 200,00	21%	9 072,00	52 272,00
PRACRTG_D	Sazba práce pro digitální a rentgenové systémy Kč/hod.	1 H	1 500,00	1 500,00	21%	315,00	1 815,00

Pokračování na straně 2

Vystavil:

Strana 1 z 2

Nabídka ZAK21A00071

SP_RTG_FUJI_F
DRGO

Servisní prohlídka mobilního
skiagrafického RTG přístroje

1 ks

14 900,00

14 900,00

21%

3 129,00

18 029,00

Servisní prohlídka skiagrafického kompletu níže uvedených typů v intervalu 6 měsíců:

CELKOVÁ KONTROLA :

Bezpečnostní značky a výrobní štítek

Povrchová úprava

Kryt přístroje a rentgenky

Únik oleje z monobloku

Kabely a konektory

Spojovací prvky (přítomnost a dotažení)

MECHANICKÁ KONTROLA :

Parkovací poloha ramene (stabilita, zablokování a odblokování)

Pohyb ramene (vyvážení a plynulost)

Zavěšení a upevnění jednotlivých částí (monoblok, kolimátor)

Vyvážení a pohyb monobloku a kolimátoru

Pohyb přístroje a koleček

Brzdy

ELEKTRICKÁ KONTROLA :

Ovládací panel a kontrolky

Klávesy a tlačítka

Akustické signály

Funkce kolimátoru (žárovka a kontrola času)

Rozběh rentgenky

KONTROLA ZÁŘENÍ :

Zaměření záření (světelného a X-ray)

Parametry X-ray záření

Funkčnost DAP metru

BEZPEČNOST PŘÍSTROJE :

Kontrola pospojení GROUND

Kontrola jističe

Pronikání proudu do země a na kryt přístroje

OVLÁDACÍ KONZOLE:

Kontrola chybového logu

DIGITÁLNÍ DETEKTOR:

Kontrola celistvosti detektoru

Kontrola LED indikátorů

Kontrola snímku na výskyt artefaktů

Prohlídka může zahrnovat další úkony podle stavu zařízení.


Celkem:

4 mj

59 600,00

12 516,00

72 116,00



Vystavil:

[Redacted signature]

Strana 2 z 2