

Přeček Martin

From: kotek@ibiotech.cz
Sent: čtvrtek 11. února 2021 12:29
To: Přeček Martin
Subject: RE: oprava druhého polyscience chileru

Dobrý den Vážený pane doktore,
Cena za výměnu motoru s pumpou (jedná se o komplet) je 68200 bez DPH.
Dle vyjádření od výrobce je přístroj vyrobený na zakázku pro vaši aplikaci.

Pokud s cenou ta opravu souhlasíte, objednáám u výrobce nový díl a zašlu Vám oficiální objednávku.

Děkuji

V úctě

Lubomír Kotek

+420 731 426 039
kotek@ibiotech.cz

BioTech a.s.
Služeb 4
108 00 Praha 10

+420 272 701 739
www.ibiotech.cz



From: Přeček Martin [mailto:Martin.Precek@eli-beams.eu]
Sent: Monday, February 08, 2021 10:26 AM
To: kotek@ibiotech.cz
Cc: Svoboda Zdeněk; Wolf Adam
Subject: oprava druhého polyscience chileru

Dobrý den, pane Kotek,

Jak jsem se dohodli telefonicky minulý týden, píšu Vám email: Mohl byste se, prosím, tento týden stavit kvůli odvezení druhého porouchaného polyscience chilleru (říkáme mu "Evo 45") na inspekci a opravu?

Jak jste viděl na návštěvě v lednu u nás, tento chiller má nejspíš porouchané čerpadlo, které způsobuje nadměrný hluk při provozu (viz obrázky níže).

Jedná se o **vodou** chlazený chiller:

Model: **6750TG5CWR93**
240V, 50Hz, 10.4A, 1 fáze
Seriové číslo: **4B14A0590**

S pozdravem,

Martin PŘEČEK

Scientist

Institute of Physics (FZU) of the Academy of Sciences of the Czech Republic
ELI Beamlines laser center, Department of Structural Dynamics
Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany, Czech Republic
Office: O.2.06 , office-phone: (+420) 266 051 361 , cellphone: (+420) 737 435 401



