

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Upgrade plicních ventilátorů 3ks - oddělení ARIM			
upgrade plicního ventilátoru - GE CARESCAPE R860 - výr. číslo CBRV01871			
dvouúrovňová tlaková ventilace s garantovaným objemem	ANO	ANO	
funkční reziduální kapacita plic - FRC	ANO	ANO	
upgrade plicního ventilátoru - GE CARESCAPE R860 - výr. číslo CBRV01870			
měření dynamiky plic	ANO	ANO	
funkční reziduální kapacita plic - FRC	ANO	ANO	
upgrade plicního ventilátoru - GE CARESCAPE R860 - výr. číslo CBRV01869			
měření dynamiky plic	ANO	ANO	
funkční reziduální kapacita plic - FRC	ANO	ANO	
Plynový modul - měření koncentrace ventilovaných plynů a kalolimetrie (modul musí být přenositelný ke všem ostatním uvedeným upgradeovaným plicním ventilátorům (tj. CBRV01870 a CBRV01871)	ANO	ANO	

POZNÁMKA: Uvedené požadavky na modernizaci jsou stanoveny funkcemi jednotlivých prvků výše a jsou to požadavky minimální. Dodavatel může nabídnout upgrade s lepšími prvky. Zadavatel přitom dále připouští nabídnout i jiné rovnocenné řešení, které bude mít shodné nebo lepší parametry či funkce než prvky výše a zabezpečí nové funkce jednotlivých plicních ventilátorů.

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze, dne 16.02.2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel