

**Smlouva o výpůjčce  
č. 141/19/část 2**

uzavřená podle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
mezi:

**ROCHE s. r. o.**

se sídlem Sokolovská 685/136f, Praha 8 Karlín, 186 00  
zastoupená [REDACTED]  
IČO: 49617052  
DIČ: CZ49617052  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka  
13202  
(dále také jako „**půjčitel**“)

a

**Fakultní nemocnice v Motole**

státní příspěvková organizace  
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol  
zastoupená: [REDACTED]  
IČO: 00064203, DIČ: CZ00064203  
(dále také jako „**vypůjčitel**“)

(půjčitel a vypůjčitel společně dále také jako „**smluvní strany**“)

obě smluvní strany prohlašují, že mají právní osobnost a po vzájemném projednání a shodě uzavřely  
níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o výpůjčce v tomto znění  
(dále také jako „**smlouva**“):

Tato smlouva se uzavírá v návaznosti na veřejnou zakázku č. 141/19/2 pod názvem :

**FN Motol - Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické  
analyzáto-ry a bezplatné zapůjčení plně automatických analyzáto-  
rů**

**I.  
Předmět smlouvy**

- 1.1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčitelu  
imunochemický analyzáto-  
r [REDACTED] dle instalačního protokolu.  
(dále také jako „**Předmět výpůjčky**“) a zavazuje se mu umožnit bezplatné dočasné užívání  
Předmětu výpůjčky k zajištění řádného plnění jeho úkolů. Bližší technická specifikace předmětu  
výpůjčky a počet kusů je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. [REDACTED]
- 1.2. Předmět výpůjčky bude užíván Ústavem lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN  
Motol a sloužit k poskytování širokého spektra vyšetření sloužících k diagnostice a kontrole léčby  
ve všech medicínských oborech v rámci Fakultní nemocnice v Motole.
- 1.3. Součástí smluvního plnění je i poskytování bezplatných servisních služeb půjčitelem vypůjčitelu po  
celou dobu výpůjčky ve vztahu k Předmětu výpůjčky za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 1.4. Smluvní strany konstatují a půjčitel se podpisem této smlouvy zavazuje dodržovat i ty povinnosti,  
které touto smlouvou nejsou případně výslovně upraveny, jsou však obsaženy v zadávací  
dokumentaci veřejné zakázky realizované vypůjčitelem pod názvem „**FN Motol - Dodávky  
souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzáto-ry a bezplatné  
zapůjčení plně automatických analyzáto-  
rů**“ na základě jejíhož výsledku je tato smlouva o  
výpůjčce uzavírána.

- 1.5. Půjčitel se zavazuje dodat Předmět výpůjčky do 4 týdnů od podpisu této smlouvy (dále také jako „**lhůta dodání**“).

Vypůjčitel si vyhrazuje právo posunout, resp. prodloužit lhůtu dodání Předmětu výpůjčky z důvodů vzniklých na straně vypůjčitele (např. stavební nepřipravenost) a to formou písemného dodatku v souladu s článkem IV. odstavec 4.1 této smlouvy a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Půjčitel je povinen v tomto poskytnout potřebnou součinnost vypůjčiteli. S výše uvedeným vyslovuje půjčitel podpisem této smlouvy souhlas.

## II.

### Práva a povinnosti smluvních stran, podmínky servisu

- 2.1. Půjčitel prohlašuje, že vypůjčený Předmět výpůjčky je způsobilý k řádnému užívání a jeho technický stav odpovídá příslušným normám a předpisům. Vypůjčitel vypůjčený Předmět výpůjčky přijímá.
- 2.2. Půjčitel se zavazuje zajistit na vlastní náklady pojištění Předmětu výpůjčky.
- 2.3. Výpůjčka je bezúplatná a vypůjčitel není oprávněn přenechat vypůjčený Předmět výpůjčky třetí osobě.
- 2.4. Vypůjčitel se zavazuje ponechat na vypůjčeném Předmětu výpůjčky všechny popisky, štítky, sériová čísla a podobná označení.
- 2.5. Předáním Předmětu výpůjčky se rozumí jeho doprava, umístění v prostorách vypůjčitele na pracovišti uvedeném v čl. I. odst. 1.2 smlouvy dle pokynů vypůjčitele, uvedení do provozu, provedení instruktáže, bezplatného zaškolení zaměstnanců určených vypůjčitelem, kteří budou Předmět výpůjčky obsluhovat a předání návodu k použití v české verzi. O provedeném zaškolení a instruktáži je půjčitel povinen vypůjčiteli předat písemný protokol (zprávu).
- 2.6. Při předání Předmětu výpůjčky dále půjčitel vypůjčiteli předá prohlášení o shodě a prokáže označení zboží (tedy Předmětu výpůjčky) značkou CE, vše v rozsahu vyžadovaném k předmětu plnění právními předpisy, zejména pak zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a v souladu se směrnicí 98/79/EC.
- 2.7. Zatají-li půjčitel vypůjčiteli vadu vypůjčeného Předmětu výpůjčky, nepředá-li vypůjčiteli potřebné doklady k vypůjčenému Předmětu výpůjčky, nebo neseznámí-li vypůjčitele s provozními pokyny k řádnému užívání vypůjčeného Předmětu výpůjčky a v důsledku tohoto vznikne vypůjčiteli škoda, je půjčitel povinen tuto nahradit vypůjčiteli v plné výši. Ztěžuje-li vada zásadním způsobem užívání Předmětu výpůjčky nebo znemožňuje-li zcela užívání, může vypůjčitel vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby.
- 2.8. Vypůjčitel se zavazuje informovat půjčitele o jakémkoli poškození Předmětu výpůjčky bez zbytečného odkladu po okamžiku, kdy se o poškození dozvěděl.
- 2.9. **Údržba a opravy.** Půjčitel svým nákladem zajistí veškeré opravy a údržbu vypůjčeného Předmětu výpůjčky, a to včetně nákladů půjčitele spojené s přepravou servisního technika. Pokud se jedná o zdravotnický prostředek, zajistí půjčitel svým nákladem veškeré opravy, odbornou údržbu a příp. revize vypůjčeného Předmětu výpůjčky, a to v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., zdravotnických prostředcích, v platném znění.
- 2.10. Půjčitel je povinen provádět pravidelnou údržbu Předmětu výpůjčky, a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnou normou a výrobcem včetně provádění veškerých kontrol, kalibrací, validací či podobných úkonů vyžadovaných k provozu zařízení příslušnými předpisy, normami či doporučeními výrobce, zejména pak bezpečnostně technických kontrol včetně elektrovizí.
- 2.11. Pravidelnou údržbu provádí půjčitel bez vyzvání. Plánované odstávky Předmětu výpůjčky nezbytné pro zajištění preventivní údržby, kalibrací, validací, nezbytných bezpečnostně technických kontrol, apod. ze strany půjčitele nepřesáhnou 3 pracovní dny v roce; jejich konkrétní termíny budou dohodnuty s předstihem alespoň 14 dní. Příslušné protokoly o těchto úkonech je půjčitel povinen doručit vypůjčiteli nejdéle do 14 dní ode dne jejich provedení. V ostatním platí

pro provádění pravidelné údržby přístrojového vybavení stejné podmínky jako pro ostatní případy poskytování servisu.

2.12. Půjčitel je plně odpovědný za veškeré škody vzniklé vypůjčitelu či třetí osobě vadou (vadami) předmětu výpůjčky, které zatajil, vadou či neúplností předané dokumentace k předmětu výpůjčky.

2.13. Vypůjčitel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě výskytu více jak tří stejných poruch po dobu trvání záruční doby přístroje i celé doby výpůjčky. Pokud vypůjčitel neuplatní právo na odstoupení od smlouvy, ačkoliv bude splněna podmínka uvedená ve větě první tohoto odstavce, pak je půjčitel povinen provést výměnu přístroje za nový přístroj, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy vypůjčitele k výměně přístroje.

2.14. **Servis.** Po celou dobu trvání výpůjčky je půjčitel povinen zdarma zajišťovat autorizovaný servis v rámci České republiky (plně servisní pokrytí včetně všech náhradních dílů), revize a odbornou údržbu dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích na Předmětu výpůjčky.

V rámci realizace servisu je půjčitel povinen bezplatně odstraňovat vady a poruchy na Předmětu výpůjčky na základě telefonického oznámení vypůjčitele servisnímu technikovi půjčitele a následného oznámení vypůjčitele na email: [redacted]. V případě, že bude nutné zajistit dle povahy vady výměnu Předmětu výpůjčky, tato musí být realizována tak, aby užívání Předmětu výpůjčky v rozsahu a za podmínek dle této smlouvy, jakož i s ohledem na účel užívání, nebylo žádným způsobem ohroženo.

2.15. Půjčitel prohlašuje, že se pracovníci provádějící servis, revize a odbornou údržbu podrobí školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u vypůjčitele, a to před prvním zahájením práce, a pak v ročních intervalech, popř. před zahájením práce, pokud v uplynulém roce nebylo školení realizováno.

2.16. Vypůjčitel se zavazuje:

- (i) Předmět výpůjčky řádně užívat v souladu s účelem, ke kterému je určen a který byl sjednán, příp. způsobem přiměřeným jeho povaze;
- (ii) chránit Předmět výpůjčky před poškozením, ztrátou, nebo zničením;
- (iii) informovat půjčitele o jakékoli vadě či poruše Předmětu výpůjčky;
- (iv) při ukončení výpůjčky Předmět výpůjčky vrátit půjčiteli vysušený a dekontaminovaný a ve stejném stavu, v jakém ho převzal (s přihlédnutím k běžnému opotřebení), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.18 Servisní technici půjčitele, kteří budou odstraňovat vady a poruchy dle odstavce 2.15 výše:

- i) [redacted]
- ii) [redacted]

V případě změn osob servisních techniků v průběhu trvání této smlouvy je půjčitel povinen vypůjčitelu neprodleně oznámit tyto změny na email: [redacted] nebo [redacted]

### III.

#### Doba užívání, mlčenlivost

3.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, a to po dobu platnosti kupní smlouvy na dodávky reagentů a spotřebního materiálu s postupným plněním, která je uzavírána současně s touto smlouvou o výpůjčce.

3.2. Půjčitel může požádat o vrácení Předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby užívání dle odst. 3.1. výše pouze v případě, že vypůjčitel užívá Předmět výpůjčky v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou a nezjedná nápravu ani ve lhůtě 10 dní od doručení půjčitelovy písemné výzvy k nápravě závadného stavu.



3.3. Vypůjčitel je oprávněn smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Vypověď je účinná dnem doručení vypovědi druhé smluvní straně.

- 3.4. Půjčitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě této smlouvy, včetně jednání před uzavřením této smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle této smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků vypůjčitele, o kterých se půjčitel v souvislosti se svou činností pro vypůjčitele dozví nebo dostane do kontaktu, dále veškeré informace, které jsou jako důvěrné označeny anebo jsou takového charakteru, že mohou v případě zveřejnění přivodit kterékoliv smluvní straně újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Ustanovení tohoto článku se vztahují jak na období trvání této smlouvy, tak na období po jejím ukončení.
- 3.5. Půjčitel podpisem této smlouvy přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.


#### IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit jen výslovným písemným ujednáním, jež podepíše oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž taková změna nebo doplnění musí mít formu očíslovaného dodatku.
- 4.2. Závazky z této smlouvy se řídí právem České republiky.
- 4.3. Půjčitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a jejích náležitostí vypůjčitelem za účelem splnění povinností uložených mu platnou a účinnou právní úpravou, a to zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru“), a dále pokyny a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky.
- 4.4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění, všech jejích náležitostí vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí, v registru smluv.
- 4.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4.6. Případné spory smluvních stran budou řešeny smírnou cestou a v případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky.
- 4.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují smluvní strany svým podpisem.
- 4.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž vypůjčitel obdrží jedno vyhotovení a půjčitel jedno vyhotovení.
- 4.9. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti v souladu se zákonem o registru smluv.
- 4.10. Přílohy smlouvy:           Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu plnění  
  Příloha č. 2 - Seznam kontaktů

V Praze dne .....

  
vypůjčitel  


V ..... dne .....

  
půjčitel  


### Technická specifikace předmětu plnění

#### 2. část zakázky - Dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro imunochemické analyzáto- ry a bezplatné zapůjčení 2 kusů plně automatizovaných analyzáto- rů k zajištění analyz na principu měření elektrochemiluminiscence

<b>Název firmy:</b>	<b>Fakultní nemocnice v Motole</b>
<b>Adresa:</b>	V Úvalu 84, Praha 150 06
<b>IČO:</b>	.....
<b>DIČ:</b>	.....
<b>Kontaktní osoba:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>e-mail:</b>	

**Tabulka 1: Vypůjčitelem požadované spektrum analytů**

Spektrum analytů
Cyfra 21-1
CA 72-4
NSE
S100
PSA
FPSA
Vitamin B12
a-TG
a-TPO
PTH statim
Tyreoglobulin
TRAK
CTs (b-crosslaps)
N-MID Osteokalcin
Parathormon
C-peptid
Insulin
Dheas
Estradiol

Spektrum analytů
Kalcitonin
Foláty
P1NP

**Tabulka 2: Závazné požadavky vypůjčitele – obecné**

Obecné požadavky
Předmětem plnění VZ jsou 2 kusy nových analyzátoři, nerepasovaných, nezastavených, nezatížených leasingem ani jinými právními vadami a neporušující žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.
Kromě vlastního dodání diagnostik a dále analyzátoři dodavatel rovněž zajistí: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopravu předmětu plnění (pro účely této zadávací dokumentace také „zboží“) do sídla vypůjčitele (kupujícího)</li> <li>• pojištění spojené s dodávkou zboží; veškeré poplatky spojené s dovozem zboží, cla, daně, dovozní a vývozní přírážky, licenční a veškeré další poplatky spojené s dodávkou zboží až do jeho funkčního předání v místě plnění</li> <li>• technické dokumentace včetně prohlášení o shodě, uživatelské příručky v českém jazyce.</li> </ul>
Diagnostika a analyzátoři splňují podmínky správné laboratorní praxe (SLP) v klinických laboratořích a podmínky použití v České republice v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, zejména ustanovení zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích či jeho příslušných prováděcích předpisů.
Analyzátoři i diagnostika jsou uzpůsobeny k maximálnímu využití standardizovaných automatizovaných postupů.
Dodávka analyzátoři, instalace a zaškolení obsluhy na náklady dodavatele (instruktáž dle § 22 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, instalace a uvedení zařízení do provozu, vč. prověření bezchybné funkčnosti zařízení a zkušební provoz po nezbytně nutnou dobu).
Zajištění instalace analyzátoři na náklady dodavatele podle zásad SLP v klinických laboratořích a provedení dokumentované instalační kvalifikace, jejíž součástí bude potřebná validace.

**Tabulka 3: Závazné požadavky na diagnostika**

Požadavky na diagnostika
Vypůjčitel požaduje CE, IVD – shoda s požadavky 98/79/EC.
Součástí dodávky jsou veškeré doklady požadované právními předpisy ČR, odborná instalace a zaškolení obsluhy.
Kompletní nabídka požadovaných diagnostik potřebných k laboratorním vyšetřením uvedených v Tabulce č. 1 této Přílohy č. 2.
Dodávka zahrnuje veškerá diagnostika nezbytná ke kompletnímu provedení požadovaných vyšetření dle předpokládaného počtu stanovení
Diagnostika/sady reagensů musí být způsobilá pro použití s dodávaným typem analyzátoři dle platných legislativních požadavků.
Dodací lhůty diagnostik maximálně 5 pracovních dnů od data objednávky, pokud nebude dohodnuto jinak.
V případě akutního požadavku expresní dodání do 24 hod po telefonické objednávce (platí pouze pro pracovní dny). Po telefonické objednávce bude zaslána objednávka i v písemné formě.
Exspirace diagnostik/sad reagensů musí být v den dodání na pracoviště vypůjčitele minimálně 6 měsíců

<b>Požadavky na diagnostika</b>
Diagnostika musí umožnit identifikaci použitého materiálu čárovými kódy
Dodavatel ručí za dodržení přepravních podmínek po dobu přepravy k zákazníkovi.
Veškerá diagnostika mají návody a bezpečnostní listy v českém jazyce.

1. Převážná část zboží je vypůjčitelem považována za diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (IVD) ve smyslu Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, které vyžaduje, aby vyhovovaly všem platným souvisejícím právním předpisům. Realizované věcné plnění musí vyhovět kvalitativním požadavkům potřebným pro akreditaci laboratorních pracovišť.
2. Vypůjčitel vyžaduje zajistit povinnost VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SÚKLu se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění - např. náhrady škody v případě poškození pacienta atd., viz zákon č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

#### **Tabulka 4: Závazné požadavky na analyzátoři**

Vypůjčené analyzátoři musí splňovat veškeré požadavky kladené zákonnými předpisy České republiky a všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Musí zajistit analýzu uvedeného spektra analytů v plném rozsahu, kompatibilitu metod z hlediska analytického systému, spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolních materiálů. **Součástí dodávky musí být též i nový záložní napájecí zdroj UPS takový, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků.**

Analyzátoři musí být v rámci dodávky připojit do stávajícího laboratorního informačního systému STEINER vypůjčitele s možností vzdálené podpory. Analyzátoři musí oboustranně komunikovat s laboratorním informačním systémem.

Požadovaný systém pro interní kontrolu kvality musí splňovat:

- hladiny kontrolních vzorků pro jednotlivé analyty musí být v normálních a patologických hladinách
- kontrolní vzorky musí být komutabilní s matricí reálných vzorků.

<b>Požadavky na analyzátoři</b>
Podmínky nařízení vlády ČR 453/2004 Sb.
2 kusy - nových (nerepasovaných) vysokokapacitních plně automatických analyzátoři, certifikovaných (včetně ovládacího SW) , s možností zapojení do linky.
Vyšetření celého spektra analytů uvedených v Tabulce č.1: Spektrum analytů
Princip měření analyzátoři – elektrochemiluminiscence
Analýza vzorků různého biologického materiálu (plazma, sérum, punktát).
Musí být vybaven jednotným typem stojáneků pro kalibrátory, kontroly, vzorky a také pro různé typy vzorkových zkumavek.
Možnost vkládání a vyjímání vzorků během provozu bez nutnosti jeho zastavení a přerušení právě probíhající analýzy.

<b>Požadavky na analyzátoři</b>
Musí pracovat v režimu "random access" pro heterogenní imunoanalýzu.
Výkon analyzátoři minimálně 170 testů/hod.
Chlazený prostor pro reagentie
Musí obsahovat min. 25 pozic pro reagentie na palubě
Možnost doplnění a odstranění špiček a kyvet za chodu.
Možnost statimových vyšetření, předřazení statimového vzorku bez přerušení analýzy vzorku rutinních.
Kontrola přístroje pomocí programu dálkové správy
Součástí je integrovaná čtečka čárových kódů , tiskárna a PC
Identifikace vzorku pomocí čárového kódu
Identifikace reagentií, kontrol a kalibrátorů pomocí čárového kódu.
Připojení analyzátoři do stávajícího laboratorního informačního systému, obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem, možnost vzdálené podpory.
Integrovaný systém kontroly kvality včetně grafického i početního vyhodnocení
Automatická údržba a inicializace.
Rozsah diagnostik je v souladu s požadavky na výše uvedené spektrum analytů.
Splnění požadavků ISO 15189 – dohledatelnost identifikace a úkonů obsluhy analyzátoři, identifikace a dohledatelnost použitých reagentií pro měření jednotlivých vzorků, kalibrační procesy v souladu s požadavky ISO 15189, databáze výsledků, záloha primárních dat.
Nový záložní zdroj pro udržení chodu celého systému v případě výpadku elektrického proudu tak, aby došlo k bezpečnému uložení analýzy včetně uložení výsledků.
Při předání dodat prohlášení o shodě v listinné i elektronické podobě
Návod k obsluze v českém jazyce v elektronické podobě – při předání i v tištěné formě.
Bezúplatné napojení analyzátoři na stávající laboratorní informační systém vypůjčitele

**Tabulka 5: Závazné požadavky vypůjčitele na servis**

<b>Požadavky na servis, servisní podmínky</b>
Autorizovaný servis v České republice, provedený osobami oprávněnými výrobcem, předložení certifikátu.
Půjčitel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na techniky komunikujícími v ČJ s certifikátem na dané zařízení pro konzultace a hlášení závad.
Půjčitel uvede vypůjčiteli telefonní spojení na aplikačního specialistu komunikujícího v ČJ s certifikátem pro dodané zařízení pro jeho aplikační podporu.
HOT-LINE servis.
Servisní služby budou zajišťovány 24 hod denně po dobu 7 dnů v týdnu, s uvedením porouchaného analyzátoři do provozu nejpozději do 3 hodin od nahlášení poruchy, pokud nebude dohodnuto jinak.
Počet/rok periodických kontrol dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění a plnění zákona 505/1990 Sb. O metrologii v platném znění a jejich úhrada dodavatelem.



### Požadavky na servis, servisní podmínky

Garance servisu a verifikace přístroje, a jejich úhrada dodavatelem během celé doby výpůjčky, a to včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu měněného při těchto kontrolách.

Garance záručního servisu včetně náhradních dílů po celou dobu plnění předmětu VZ.

Provedení zaškolení obsluhy analyzátoři včetně protokolu o zaškolení + oprávnění vyškolených pracovníků školit další zaměstnance.

**Datum:**

.....  
**Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za půjčitele**

Příloha č. 2 - Seznam kontaktů

Technici a aplikační specialisté	Certifikát
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano
	Ano