

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

Kupující: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Se sídlem: Korunní 98, 101 00 Praha 10
IČ: 00638927
DIČ: CZ00638927
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 2
Číslo účtu: xxxxxx
Datová schránka: 2ya36ee
Zastoupená: MUDr. Petrem Kolouchem, MBA, ředitelem
Příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou, nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jako „**Kupující**“)

a

Prodávající: CHEIRÓN a.s.
Se sídlem: Ulrychova 2260/13, 162 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 27094987
DIČ: CZ27094987
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxxxxx
Datová schránka: yv9dd2k
Jednající: Ing. Jitkou Stromeckou, prokuristou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8964

(dále jako „**Prodávající**“)

uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“), která je výsledkem nadlimitní veřejné zakázky dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zadané v otevřeném řízení, s názvem „Monitor a defibrilátor“ s evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek: Z2020-040414.

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto Smlouvou a za podmínek v ní sjednaných zavazuje na základě Objednávky dodávat Kupujícímu až 30 kusů přístrojů - transportního monitoru/defibrilátoru/kardiostimulátoru včetně držáku a příslušenství typu/označení: Monitor s tiskárnou Corpuls3 vč. příslušenství (dále jen „Zboží“). Podrobná specifikace Zboží je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- 1.2. Prodávající se dále zavazuje společně s dílčími dodávkami Zboží realizovanými na základě této Smlouvy poskytnout Kupujícímu:
 - dopravu do místa plnění (předání Zboží);
 - balné pro Zboží.
- 1.3. Kupující se zavazuje Zboží dodané v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou převzít a zaplatit za ně kupní cenu sjednanou v čl. 2 Smlouvy.
- 1.4. Tato Smlouva nezakládá závazek Kupujícího odebírat od Prodávajícího jakékoli množství Zboží. Kupující bude určovat konkrétní množství dílčích dodávek Zboží dle svých aktuálních potřeb a je povinen odebrat pouze takové množství Zboží, které si u Prodávajícího objednal.

2. Kupní cena

2.1. Kupní cena 1 kusu Zboží dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy činí:

Cena bez DPH	369.600,00 Kč
DPH	77.616,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	447.216,00 Kč

(slovy: čtyřistačtyřicet sedm tisíc dvě stě šestnáct korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

2.2. Celková kupní cena za 30 kusů Zboží dle čl. 1 odst. 1.1. Smlouvy činí:

Cena bez DPH	11.088.000,00 Kč
DPH	2.328.480,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	13.416.480,00 Kč

(slovy: třináct milionů čtyřista šestnáct tisíc čtyřista osmdesát korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

2.3. Kupní cena dle odst. 2.1. a 2.2. tohoto článku Smlouvy bez DPH je cenou konečnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré přímé a nepřímé náklady Prodávajícího související s realizací dodávky Zboží dle této Smlouvy (tj. za výrobu Zboží, za dopravu Zboží do místa plnění včetně složení v místě plnění, balné, celní či jiné přírážky a případné další náklady potřebné k realizaci předmětu plnění). Součástí nákladů za předmět plnění bude i dodání návodu k použití v českém jazyce a komentovaný návod na obsluhu (komentované seznámení s obsluhou přístroje při prvním dodání Zboží).

2.4. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů. Cenu včetně DPH lze měnit pouze v případě, že v průběhu realizace dodávky Zboží dojde ke změnám daňových nebo jiných legislativních předpisů, které mají vliv na cenu. V důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě uzavírat dodatek.

3. Platební a fakturační podmínky

3.1. Kupní cenu jednotlivých objednaných dílčích dodávek Zboží stanovenou dle čl. 2 odst. 2.1. této Smlouvy včetně DPH se Kupující zavazuje uhradit na základě faktury/daňového dokladu vystavené Prodávajícím vždy po dodání objednaného Zboží a jeho převzetí Kupujícím. Přílohou faktury bude vždy kopie dodacího listu podepsaná pověřenou kontaktní osobou Kupujícího.

3.2. Faktura vystavená Prodávajícím je splatná na účet Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Kupující si vyhrazuje právo v případě dodání Zboží od 18. 12. 2020 do 28. 2. 2021 možnost prodloužit lhůtu splatnosti faktury až na 60 kalendářních dnů v závislosti na schválení čerpání finančních prostředků na kupní cenu Zboží a Prodávající se zavazuje toto prodloužení lhůty splatnosti akceptovat. Případně-li doba splatnosti na den pracovního klidu (tzn. na státní svátek nebo ostatní svátek, sobotu či neděli) nebo na den, který není bankovním pracovním dnem, posouvá se doba splatnosti na nejbližší následující pracovní den.

3.3. Došlá faktura musí nejen splňovat všechny zákonné náležitosti, ale musí obsahovat ve vztahu k plnění věcně správné údaje s rozepsanými jednotlivými položkami Zboží a musí na ní být uvedeno číslo této Smlouvy a číslo příslušné Objednávky. Faktura musí být neprodleně po vystavení doručena na adresu: Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, 101 00 Praha 10. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonných nebo v této Smlouvě sjednaných náležitostí, nebo nebude obsahovat věcně správné údaje, má Kupující právo vrátit ji zpět Prodávajícímu k opravě. Oprávněným vrácením faktury se ruší původní lhůta její splatnosti a dnem vystavení opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

3.4. Kupující připouští vystavení elektronické faktury Prodávajícím, jejíž forma musí být v souladu s evropským standardem elektronické faktury. Faktura musí být zaslána na e-mailovou adresu podatelna@zzshmp.cz.

3.5. K vyrovnání závazku Kupujícího dojde odepsáním příslušné částky z jeho účtu ve prospěch účtu Prodávajícího.

4. Doba a místo plnění

- 4.1. Zboží bude dodáno vždy nejpozději do 12 týdnů od přijetí Kupujícím zaslané Objednávky Prodávajícím. Zboží bude dodáno v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 15:30 hod. Upřesnění termínu dodání Prodávající sdělí telefonicky nebo elektronicky kontaktní osobě Kupujícího uvedené v čl. 6 odst. 6.7. této Smlouvy.
- 4.2. Místem plnění (předání Zboží) je pracoviště Kupujícího na adrese Nad Malým mýtem 1402/2, Praha 4 – Braník.

5. Dodací podmínky

- 5.1. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží na základě písemných Objednávek Kupujícího učiněných e-mailem na adresu: obchod@cheiron.eu nebo poštou na adresu: Republikánská 45, 312 00 Plzeň. Objedávka bude obsahovat požadovaný typ/označení a množství Zboží, jednotkovou cenu a celkovou cenu dílčího plnění. Přijetí Objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů, zpětně potvrdit (elektronicky). Pokud bude Objedávka Prodávajícím potvrzena v době trvání této Smlouvy, bude Zboží Kupujícímu dodáno za jednotkové ceny dle této Smlouvy bez ohledu na to, kdy bude dodáno. Prodávajícím přijatá Objedávka je dílčí smlouvou na dodávky dle čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy.
- 5.2. Kupující se zavazuje v případě, že Zboží bylo v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou dodáno řádně a včas, stvrdit jeho převzetí podpisem na dodacím listě. Každá ze smluvních stran si ponechá jeden oběma smluvními stranami podepsaný dodací list. Kupující si Zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédne a ověří jeho typ/označení a množství. Dodané Zboží dle Objednávky, které vykazuje při převzetí vady, není Kupující povinen převzít. Tuto skutečnost, jakož i přesný důvod odepření převzetí Zboží zástupce Kupujícího písemně zaznamená na dodacím listě. Zboží se v případě vad považuje za nedodané, pokud Kupující odmítl Zboží převzít pro jeho vady.
- 5.3. Zboží dodané Prodávajícím musí splňovat požadavky na jakost, neporušenost balení a řádné označení dle platných právních předpisů. Prodávající bude na daňovém dokladu (faktuře) deklarovat „Prohlášení o shodě“ k dodanému Zboží. Prodávající je povinen dodat Zboží Kupujícímu řádně a vhodně zabalené tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození, balení Zboží však nesmí jakkoli omezit právo Kupujícího si Zboží před potvrzením jeho převzetí na dodacím listě prohlédnout, či ověřit jeho typ/označení, množství a kvalitu.
- 5.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Kupující není povinen převzít od Prodávajícího Zboží, které nespĺňuje některý z požadavků uvedených v předchozích odstavcích.
- 5.5. Vlastnické právo ke Zboží a nebezpečí škody na Zboží přejde dnem, kdy Kupující potvrdí jeho převzetí na dodacím listě. Kupující ve smyslu § 27 odst. 6 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nabyvá Zboží do vlastnictví svého zřizovatele.

6. Vady Zboží a záruční podmínky

- 6.1. Prodávající odpovídá za vady Zboží v době jeho předání a v záruční době. Vady Zboží budou posuzovány podle § 2099 až 2112 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, nestanoví-li tato Smlouva v souladu s tímto zákonem jinak.
- 6.2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, a to po dobu 24 měsíců. Záruka na sadu akumulátorů s garantovanou životností, která je součástí dodávky, je 12 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím a prodlužuje se o dobu opravy/výměny Zboží.
- 6.3. Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Při uplatnění reklamace (písemně nebo elektronicky) je Kupující povinen uvést, v čem spatřuje vadnost dodaného Zboží.
- 6.4. Nástup na řešení reklamace v záruční době je do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace (oznámení o vadě Zboží) kontaktními osobami Kupujícího. V případě závažnějších záručních oprav, vyžadujících objednání náhradních dílů, bude nástup na záruční opravu dle domluvy s kontaktní osobou Kupujícího.

Pokud bude nutné přístroj odvézt z pracoviště Kupujícího do servisního místa Prodávajícího a/nebo oprava bude trvat více než 2 pracovní dny, Prodávající bezplatně zapůjčí Kupujícímu náhradní přístroj po dobu trvání opravy, nebude-li v konkrétním případě záruční opravy sjednáno kontaktními osobami smluvních stran jinak. Prodávající bude mít pro tuto potřebu alespoň 1 kus přístroje stejných nebo lepších technických parametrů jako Zboží. Veškeré výdaje za poštovné či dopravu v souvislosti s reklamací jdou k tíži Prodávajícího.

- 6.5. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech Prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 6.6. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- 6.7. Za Kupujícího jsou zmocněny objednávat a přebírat dílčí dodávky Zboží a vyřizovat reklamace tyto osoby:

xxxxxx

Za Prodávajícího je kontaktní osoba/osoby:

xxxxxx

V případě změny kontaktní osoby nebo změny jiných kontaktních údajů bude tato skutečnost neprodleně a prokazatelně sdělena druhé smluvní straně.

7. Smluvní pokuty

- 7.1. V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Kupujícímu Zboží dle této Smlouvy a Objednávky, tj. řádně, včas v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy, bez vad a na sjednané místo plnění, může Kupující uplatnit vůči Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny příslušného dílčího plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. V případě nedodržení termínu nástupu na řešení reklamace Zboží nebo neposkytnutí náhradního přístroje po dobu trvání opravy, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 6.4. této Smlouvy, může Kupující požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 400 Kč (slovy: čtyřista korun českých) za každý započatý den prodlení v každém jednotlivém případě.
- 7.3. V případě, že Prodávající nedodrží termín pro přijetí Objednávky zaslané Kupujícím uvedený v čl. 5 odst. 5.1. této Smlouvy, může Kupující požadovat po Prodávajícím smluvní pokutu ve výši 300 Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý i započatý den prodlení v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.
- 7.4. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením faktury v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy může Prodávající uplatnit vůči Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 3 % dlužné částky bez DPH. Smluvní pokuta nahrazuje úrok z prodlení.
- 7.5. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení. Uplatněné smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst na pohledávku Prodávajícího na kupní cenu dle této Smlouvy, splatnou i nesplatnou, současnou i v budoucnu vzniklou. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím zaplacením není dotčen nárok Kupujícího na náhradu majetkové újmy v plné výši ani na odstoupení od této Smlouvy.

8. Vyšší moc

- 8.1. Smluvní strany neodpovídají za porušení svých povinností dle této Smlouvy, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost - zásahem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné smluvní strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle této Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, teroristický útok apod.). Plnění se nepovažuje za nemožné, jestliže je ho

možno provést za ztížených podmínek, s většími náklady nebo až po sjednaném čase. Jestliže události vyšší moci nastanou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události vyšší moci, a není-li oznámení učiněno písemnou formou, je rovněž povinna bezodkladně takové oznámení písemnou formou doplnit. Termín plnění příslušného závazku se v takovém případě prodlužuje o dobu trvání vyšší moci, smluvní strana, která se odvolává na vyšší moc, je však povinna provést veškerá opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby její závazky dle této Smlouvy nebo dílčí smlouvy (Objednávky) mohly být náležitě plněny.

9. Trvání a ukončení Smlouvy

- 9.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 2 roky ode dne nabytí její účinnosti. Před tímto termínem Smlouva zaniká v případě, že objem plnění ze Smlouvy dosáhne celkové výše dle čl. 2 odst. 2.2. této Smlouvy.
- 9.2. Smlouvu je možné ukončit odstoupením jedné ze smluvních stran v případě porušení Smlouvy druhou smluvní stranou dle podmínek zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, přičemž za podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím, kdy je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě, tj. doručením oznámení o odstoupení, se považuje skutečnost, že Prodávající opakovaně poruší své povinnosti stanovené touto Smlouvou, a to že (nejméně dvakrát) nedodá Zboží v termínech uvedených v čl. 4 odst. 4.1. této Smlouvy, dodá Zboží, které neodpovídá specifikaci dle Objednávky, dodá Zboží, které pro jeho vady Kupující nepřevzal, a/nebo Zboží neodpovídá jakosti. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno do sídla druhé smluvní strany.
- 9.3. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu rovněž písemnou dohodou nebo vypovědět písemnou formou i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména o smlouvě kupní (§ 2079 a násl.), v platném znění, jakožto i dalšími právními předpisy České republiky.
- 10.2. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Kupující má právo na změnu závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to na změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
- 10.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.4. Kupující má povinnost podle ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit smlouvu (plný text) s Prodávajícím včetně jejích změn a dodatků na svém profilu zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Kupující. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 10.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 10.6. Smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, že rozumí jejímu obsahu a s tímto obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10.8. Nedílnou součástí Smlouvy je její příloha:

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění (Zboží)

V Praze dne: 9. 3. 2021

V Praze dne: 9. 3. 2021

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
MUDr. Petr Kolouch, MBA, ředitel
Zdravotnická záchraná služba hl. m. Prahy

.....
Ing. Jitka Stromecká, prokurista
CHEIRÓN a.s.

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (ZBOŽÍ)

k veřejné zakázce zahájené dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), v nadlimitním otevřeném řízení, pod názvem

„Monitor a defibrilátor“

Název/označení zboží - přístroje: Monitor/defibrilátor/kardiostimulátor Corpuls3 SLIM

Výrobce zboží: GS Elektromedizinische Geräte G.Stemple GmbH, Německo

Povinné (kupujícím požadované) min. technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje (zboží)	Nabízené zboží požadovanou min. technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce)
Transportní monitor/defibrilátor/kardiostimulátor	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Transportní monitor/defibrilátor/kardiostimulátor modulárního systému především určený do režimu PNP (RV,RZP,RLP,LZS).
Bifázická technologie výboje, možnost regulace energie výboje, možnost připojení velkoplošných nalepovacích elektrod vč. kardiostimulace	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Bifázická pravouhlá technologie defibrilačního výboje s možností regulace energie a podání výboje přes velkoplošné nalepovací elektrody v dospělé a dětské velikosti vč. možnosti zevní kardiostimulace (FIX, DEMAN, OVERDRIVE).
Přehledná barevná obrazovka/displej s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek i za přímého slunečního osvětlení a velikostí symbolů vyhovujících pro práci v terénu	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Barevný displej o velikosti 8,4" s vysokým rozlišením (640x480 pixelů), transflektivním podsvícením a tvrzeného skla pro dobrou viditelnost za ztížených světelných podmínek a přímého slunečního osvětlení, možnost inverze displeje. Dostatečně velké symboly.
Dětské a dospělé nalepovací defibrilační elektrody (dodání min. po 1 balení) uvedené v číselníku SÚKL	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Multifunkční defibrilační/stimulační elektrody dospělé do 200 J a dětské do 100 J, které jsou zalistované v číselníku SÚKL.
Bez pádel (tzn. dodání přístroje je požadováno bez pádel)	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Defibrilace pouze přes nalepovací elektrody, tedy bez pádel Corpuls3 SLIM – výhodou nižší hmotnost přístroje.
Plnohodnotné 12-ti svodové EKG	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: V přístroji jsou vždy připojeny oba EKG kabely pro možnost 12ti svodového EKG (kabel M-EKG a D-EKG) tudíž není zapotřebí nic přepojovat, odpojovat což urychluje čas.
Záznam 12-ti svodového EKG při tisku na EKG registrační papír ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: registrační papír ve formátu Možnost tisku 12ti svodového EKG jak ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, tato volba je možná těsně před tiskem každého 12ti svodového EKG.
Termotiskárna s minimální šířkou 80 mm	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží:

	popis: termopapír v ruličce o šířce 106 mm a délce 22 m, termotiskárna má šířku 106 mm. Možnost tisku tzv.on-line, tedy co je právě zobrazeno na displeji, dále 12ti svodové EKG, trendy v tabulce, nebo tzv. PrintScreen což vytiskne kopii obrazovky.
EKG analýza (interpretace), včetně reprezentativního tisku	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: EKG vyhodnocení Biosigna, možnost tisku detailního reprezentativního EKG
Datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti přístroje a z datové karty	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Přístroj disponuje paměťovou kartou CF o velikosti 2 GB, kdy je možnost tisku provedených výkonů ihned po zásahu nebo později z datové CF karty.
Možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Součástí každého přístroje bude dodán prohlížeč programu corpuls.web REVIEW, který lze nainstalovat do PC s operačním systémem Windows a následně prohlížet veškerá data pořízená defibrilátorem Corpuls3
Monitoring vitálních parametrů 3/4 svodové EKG, ETCO2 vč. křivky, SpO2, SpCO vč. křivky, NIBP (měření všech věkových kategorií), Tělesná teplota (opakovaně použitelná sonda) nastavitelné alarmy jednotlivých měřených hodnot	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Monitorace 3/4/12 EKG, HR, SpO2, SpCO, PP, PI, NIBP, ETCO2, DF, TT(sonda na opakované měření) Monitorace všech věkových kategorií vč. možnosti alarmového nastavení
Měřič uplynulého času na obrazovce	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Možnost zobrazení aktuálního času, měřiče uplynulého času a stopek přímo na displeji přístroje
Integrovaná paměť nebo paměťová karta pro záznam všech operací s přístrojem pro možnost vyhodnocení, včetně kompletního software, který umožní zpracování dat a jejich ochranu před manipulací a event. zneužitím. Tento SW je kompatibilní s operačním systémem Windows 10, používaný na pracovních stanicích kupujícího a musí umožňovat bezplatné vlastní aktualizace. Dále je zaručena kompatibilita, případně bezplatný přechod na novou verzi při upgradu operačního systému pracovních stanic na vyšší verzi systému Windows	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Součástí každého přístroje je integrovaná paměťová CF karta, která je zabezpečena proti event. zneužití. Dále součástí každého přístroje bude dodán prohlížeč programu corpuls.web REVIEW, který lze nainstalovat do PC s operačním systémem Windows 10 a následně prohlížet veškerá data pořízená defibrilátorem Corpuls3. Tento software umožňuje bezplatnou aktualizaci, kterou může provést pověřená osoba zadavatele. Pokud by zadavatel provedl přechod na novou verzi operačního systému Windows, dodavatel poskytne zdarma vyšší verzi uvedeného software pro čtení dat Corpuls3.
Provoz z palubní sítě vozidla 12 V (integrován v držáku přístroje) i na akumulátor, dobíjení akumulátoru přímo v přístroji z palubní sítě vozidla 12 V	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Součástí přístroje je certifikovaný držák s integrovaným dobíjením na 12V do sanitního vozidla. Dobíjení všech tří baterií probíhá přímo v přístroji přes uvedený nabíjecí držák
Možnost připojení nabíjení na 230 V	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Pomocí nabíjecího adaptéru na 230V a magnetickou koncovou.
Držák do sanitního vozidla je certifikovaný bezpečnostní a bude dodán jako součást přístroje	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Bezpečnostní certifikovaný nabíjecí držák je součástí přístroje.

Sada akumulátorů s garantovanou životností min. 12 měsíců a rychlým nabíjecím cyklem s možností jejich současného použití v přístroji, indikátor stavu akumulátoru na obrazovce nebo dobře viditelný při čelním pohledu na přístroj	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Kompletní přístroj disponuje 3 ks baterií, každý modul má svou, jedná se o Lithium-ionové baterie s garantovanou životností 24 měsíců. Přesný stav akumulátorů je zobrazený na hlavním displeji monitoru jak formou symbolu tak číselně v minutách, což označuje kolik minut ještě přístroje vydrží bez přívodu elektrické energie
Schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Formátorvá CF karty je možné pouze ve vyšší úrovni přístupu do menu pomocí přihlašovacího kódu, vlastní CF karta je ukryta pod krytkou se šroubením.
Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranného pouzdra - je součástí dodávky každého přístroje	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Součástí dodávky bude kompletní příslušenství pro dospělé i dětské pacienty uložené v ochranné tašce PAX. popis:
Softwarové menu v přístroji v českém jazyce	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Kompletní lokalizace software (menu) v přístroji je v českém jazyce.
Datový přenos minimálně 12-ti svodového EKG pomocí interního GSM modemu	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Datový přenos je zajištěn integrovaným GSM/GPRS 3G modemem (900,1800/1900 MHz), který je umístěn v zadní části monitorovací jednotky.
Možnost přenosu dat pomocí technologie Bluetooth	ANO
Jednoduchá obsluha (tzn. intuitivní ovládání všech funkcí přístroje, odnímání z držáku umožněno pouze jednou rukou) a snadné využití přístroje v podmínkách přednemocniční péče	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Snadné vyjmutí přístroje z držáku pouze jednou rukou, automatické zaaretování přístroje v držáku, intuitivní ovládání především díky lokalizaci menu přístroje v českém jazyce, veškeré informace jsou přehledně rozloženy na základním monitoru což umožňuje snadné využití v podmínkách a režimu přednemocniční péče.
Vysoká mobilita a flexibilita přístroje (tzn. přístroj je vhodný pro převoz a časté přesuny k pacientům – pro poskytnutí přednemocniční neodkladné péče, modulový přístroj s využitím každého jednotlivého modulu zvláště – k použití dle charakteru zásahu a onemocnění pacienta)	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Přístroj umožňuje rozložení defibrilátoru na 3 díly, monitor – patientský box – defibrilátor SLIM. To vše umožňuje jednoduchou a snadnou obsluhu při jakémkoliv transportu pacienta z místa události do sanitního vozu či do vrtulníku LZS, během transportu do nemocničního zařízení a při předání pacienta do nemocniční péče. Tento systém umožňuje maximální využití ve všech režimech PNP (LZS, RLP, RZP) pro jeho vysokou mobilitu a flexibilitu i v extrémních situacích. Díky tomuto systému se prodlužuje životnost kompletního příslušenství (kabely, senzory, hadičky atd.) a zároveň se podstatně rozkládá hmotnost přístroje.
Maximální možné rozměry přístroje včetně příslušenství a držáku (Š x V x H je max. 54 cm x 42 cm x 27 cm)	ANO

z důvodu umístění přístroje v současné zástavbě sanitního vozidla	Bližší specifikace nabízeného zboží: maximální rozměry přístroje včetně příslušenství a držáku jsou (Š x V x H) 52 cm x 30 cm x 27 cm
Hmotnost vlastního přístroje (bez příslušenství) max. do 10 kg	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: hmotnost přístroje (bez příslušenství): 6,3 kg
Ochrana přístroje proti vodě a prachu min. IP54	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: IP55
Ochrana přístroje před nárazem (dle platné normy DIN EN 1789)	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: EN 1789:2007+A2:2014 dále pak MIL STD 810 G (vojenská norma USA), RTCA DO 160 G (schváleno pro leteckou dopravu)
Modulární systém (oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor/defibrilátor/kardiostimulátor)	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Na základě modulárního systému se současně rozdělují hmotnost přístroje: 1. Kompletní rozložení na tři moduly: Monitor ((())) Pacientský box ((())) Defibrilátor 2. Částečná modulace Monitor / pacientský box ((())) defibrilátor Monitor / defibrilátor ((())) pacientský box Uvedený modulární systém defibrilátoru Corpuls3 SLIM je nejpřínosnější vlastností v použití přednemocniční péče v režimu RV/RZP/RLP/LPZ.
<u>Nepovinné</u> požadavky kupujícího na technické parametry, vlastnosti a funkce přístroje	Nabízené zboží s požadovanou specifikací/parametry splňuje (ANO/NE), bližší specifikace nabízeného zboží (popis, údaj nebo hodnota či funkce)
Možnost rozšíření monitoringu (např. o IBP)	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Přístroj umožňuje následné rozšíření o moduly IBP, SpMet event. modulu Wi-Fi
Integrovaný modul KPR včetně senzoru na snímání nepřímé srdeční masáže	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: Součástí nabídky je modul KPR vč. kabelu a masážního senzoru, který kontinuálně snímá a zobrazuje masážní frekvenci a masážní vlnu, tedy hloubku srdeční masáže.
Další možné funkce/vlastnosti přístroje, které nejsou uvedeny výše	ANO Bližší specifikace nabízeného zboží: popis: Možnost tzv. "PrintScreen" displeje – možnost tisku přesného opisu displeje (veškeré informace o pacientovy na krátkém záznamu – křivky, vitální funkce, aktuální datum a čas, stav baterií, ID zásahu) Pravidelný upgrade software přístroje – do jednou pořízeného přístroje možno dodávat nový software Možnost nastavení identifikace přístroje (organizace, výjezdové stanoviště, typ posádky, telefonní kontakt, volací znak vozu apd.) tyto informace se objevují jak při tisku zásahu tak při odesílání 12ti svodového EKG na kardiocentrum. Rychlý nabíjecí cyklus baterií (0 – 80% cca 1 hodinu, 0 – 100% cca 2 hodiny) Provozní teplota -20°C až +55°C