


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál
OBINADLO FIXAČNÍ ELASTICKÉ

Kvalitativní požadavky

- z měkké tkaniny, jemná pórovitá struktura
- musí být prodyšné, lehké
- musí být příjemné na nošení, jemné na dotek
- musí mít pevný a netřepivý okraj, který nesmí tlačit
- musí bezpečně sedět, nesmí sklouzávat
- při nošení musí držet tvar, nesmí tvořit záhyby
- nebortí se při zatížení postižené oblasti pohybem
- nenarušuje krevní oběh a nebrání v pohybu kloubů
- vysoká elasticita i při delším používání
- tažnost cca 100%
- savé
- zdravotně nezávadné
- bez zápachu
- certifikát CE, prohlášení o shodě



ČÁST 4. OBINADLO PRUŽNÉ DLOUHOTAŽNÉ KOMPRESIVNÍ


Cena celková v Kč bez DPH za 2 roky 415 850,00 Kč


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál
OBINADLO PRUŽNÉ DLOUHOTAŽNÉ KOMPRESIVNÍ

Kvalitativní požadavky

- musí být prodyšné
- musí být příjemné na nošení, jemné na dotek
- musí mít pevný a netěsný okraj, který nesmí tlačit
- musí bezpečně sedět, nesmí sklouzávat
- při nošení musí držet tvar, nesmí tvořit záhyby
- neborší se při zatížení postižené oblasti pohybem
- určeno k bandáži dolních končetin jako antitrombotická profylaxe s udržením tahu obinadla u chodícího pacienta
- vysoký klidový tlak, nízký pracovní tlak
- minimální tažnost 130-170%
- zdravotně nezávadné
- bez zápachu
- certifikát CE, prohlášení o shodě






Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 253 319,00 Kč


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál
OBINADLO HYDROFILNÍ NESTER.

Kvalitativní požadavky

- musí být prodyšné
- musí být příjemné na nošení, jemné na dotek
- musí mít pevný a netřepavý okraj, který nesmí tlačit
- musí bezpečně sedět, nesmí sklouzávat
- při nošení musí držet tvar, nesmí tvořit záhyby
- nebertí se při zatížení postižené oblasti pohybem
- savé
- zdravotně nezávadné
- bez zápachu
- certifikát CE, prohlášení o shodě






Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 35 688,00 Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál
TAMPONY Z GÁZY STAČENÉ STERIL. RTG

Kvalitativní požadavky


- stačené z gázových příleží
 - sterilní
 - min. 17 vláken/cm²
 - tolerance rozměrů +/- 5%
 - bez uvolňujících se vláken
 - materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza
- S RTG kontrastní nití
maximální počet ster. ks v balení 20





PROHLÁŠENÍ DODAVATELE – realizace zakázky bez poddodavatele

Společnost PANEP s.r.o. se sídlem Brněnská 1246, 665 01 Rosice u Brna, IČO: 25550250, prohlašuje, že veřejnou zakázku s názvem: „**Dodávky obvazového materiálu – centralizované zadávání**“ bude celou realizovat bez poddodavatele.



V Rosicích u Brna

Mgr. Radek Patočka

Jednatel společnosti

PANEP s.r.o.
Brněnská 1246
665 01 Rosice u Brna
IČ 25550250
tel: +420 546 413 540

www.panep.cz