


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

**Požadovaný zdravotnický spotřební materiál**  
Obvaz foliový transparentní samolepící, sterilní

- Kvalitativní požadavky**
- elastický a přilnavý polyuretanový film
  - samolepící, transparentní
  - kvalitní adheze, bezpečná fixace
  - prodyšný a propustný pro vodní páry
  - nepropustný pro mikroorganismy a vodu
  - nelepi se k ráně
  - obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky bez poškození nově vytvořeného epitelu a bez bolesti
  - sterilní
  - hypoalergenní
  - zdravotně nezávadný
  - certifikát CE, prohlášení o shodě






Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 170 328,72 Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál  
VATA SYNTETICKÁ POD TUHÉ OBVAZY

- Kvalitativní požadavky**
- syntetická vata
  - tloušťka vrstvy 1,5-2mm
  - pružný
  - měkká
  - prodyšný
  - tolerance rozměrů +/- 5%





Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 6 746 351,90 Kč


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu


Požadovaný zdravotnický spotřební materiál

Kvalitativní požadavky

GÁZA KOMPRESY STERILNÍ

- 6 vrstev
- sterilní
- min. 17 vláken/cm<sup>2</sup>
- tolerance rozměrů +/- 5%
- prodyšný, měkký
- savý
- bez uvolňujících se vláken
- materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza






Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 142 119,00 Kč

Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál  
KOMPRESY NA RÁNY SAVÉ STERIL.

**Kvalitativní požadavky**

- sterilní
- savé jádro z drsné celulózy nebo viskózy
- povrch z dvojité vrstvy netkané textilie
- tolerance rozměrů +/- 5%
- prodyšný, měkký
- vysoká savost
- bez uvolňujících se vláken
- proužek indikující vnější stranu krytí



# ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Účastník:	BATIST Medical a.s.
Sídlo / místo podnikání:	Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec
IČ:	28813936

tímto k veřejné zakázce s názvem

## **„Dodávka obvazového materiálu“ Nemocnice Středočeského kraje a.s.**

čestně prohlašuje, že v rámci plnění veřejné zakázky nehodlá využít žádné poddodavatele.

V Červeném Kostelci dne 22.2.2021

