

Příloha č. 1

Cenová nabídka

Název položky	MJ	Sazba DPH	Cena za MJ bez DPH	Množství za dobu plnění v MJ	Celková cena za předmět plnění v Kč bez DPH
Jednorázové vyšetřovací rukavice - nitrilové	ks	21%	0,57 Kč	2 962 000	1 688 340,00 Kč

 Perfect Distribution a.s. | 332
Člen skupiny AGEL
U Spalovny 4582/17, 795 01 Prostějov
IČ: 47675934, DIČ: CZ699000899
Tel.: +420 800 166 661
perfectdistribution.agel.cz



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
 Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 801 602, fax: 566 801 609,
 e-mail: svlva.klementova@nmm.cz, web: www.nmm.cz

Příloha č. 2 výzvy

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
sidlo zadavatele:	Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupený:	JUDr. Věrou Palečkovou
IČO:	00842001
název VZ:	Jednorázové vyšetřovací rukavice
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
ev. č. VZ u zadavatele:	VZ/16/14

- 1.1 **Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou pravidelné dílčí dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – jednorázových nitrilových nesterilních rukavic včetně dopravy do místa plnění.**
- 1.2 Všeobecně zadavatel požaduje rukavice, které jsou vhodné pro práci s infekčním biologickým materiálem déle než 10 minut, pro přípravu a ředění dezinfekcí, práci s dezinfekcí i pro kontakt s potravinami.
- 1.3 **Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:**
 - se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb. a vyhláškou č. 62/2015 (dále jen „zákon č. „268/2014 Sb.“)
 - se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;
 - se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,
 - s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.
- 1.4 Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle §13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
- 1.5 Předmětem dodávek může být pouze spotřební materiál, u něhož ke dni splnění dodávky prošla nejvýše 1/3 expirační doby. Spotřební materiál, u něhož ke dni dodání zbývá méně než 2/3 z vyznačené expirační doby, může být dodán pouze po předchozím souhlasu objednatele a za sníženou cenu.

2. 4



1.6 **Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění**

Požadované měřitelné parametry uchazeč prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem s barevným vyznačením požadovaných hodnot (např. zvýrazňovačem).

	Parametr	Status	Druh technického parametru	Reálná hodnota (vyplní uchazeč)	kde uvedeno v nabídce (strana v nabídce)
Vyšetřovací rukavice, nitrilové, nepudrované, nesterilní – základní požadavky					
1.	materiál - nitril	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
2.	nesterilní	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
3.	nepudrované	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
4.	pravolevé	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 28 (kopie části primárního balení rukavic)
5.	velikost S, M, L, XL	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
6.	primární balení maximálně 200 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
7.	sekundární balení maximálně 2000 ks	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano.	strana 26 (technický list)
8.	výrobek splňuje normu EU 89/686/EEC kat. III pro osobní ochranné prostředky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
9.	výrobek splňuje normu EU 93/42/EEC pro zdravotnické prostředky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
10.	výrobek splňuje normu ČSN EN 374/1-3	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
11.	výrobek splňuje normu ČSN EN 420	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
12.	výrobek splňuje normu ČSN EN 455/1-3	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)



13.	propustnost - hodnota AQL je rovna nebo menší než 1,5	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
14.	síla minimálně 6 N	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
15.	délka min. 240 mm	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
16.	snadné odebírání rukavic z primárního obalu (papírové krabičky)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 29 (čestné prohlášení)
17.	snadná manipulace při nasazování (rukavice nesmí být slepené)	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 29 (čestné prohlášení)
18.	rukavice jsou vhodné pro kontakt s potravinami *	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
19.	minimální skladovatelnost 2 roky	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 26 (technický list)
Povinné informace na primárním balení rukavic:					
20.	jméno a adresa výrobce nebo jeho zástupce	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 28 (kopie části primárního balení rukavic)
21.	určení rukavice a její velikost	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 27 (kopie části primárního balení rukavic)
22.	označení CE	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 27 (kopie části primárního balení rukavic)
23.	odpovídající piktogramy doprovázené relevantní úrovní výkonnosti s odkazem na normu EN	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 27 (kopie části primárního balení rukavic)
24.	odkaz na to, kde získat informace	požadováno	absolutní, dále nehodnocený parametr	ano	strana 28 (kopie části primárního balení rukavic)

* Vhodnost rukavic pro kontakt s potravinami prokáže uchazeč označením na primárním obalu nebo v předloženém technickém listu, případně čestným prohlášením uchazeče.



Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace;
Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 801 602, fax: 566 801 609,
e-mail: svlva.klementova@nmm.cz, web: www.nmm.cz

19

1.7 **Ostatní požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky nad rámec vymezený výše v tabulce** dostatečná tloušťka a pevnost v tahu

- kvalitní vnější a vnitřní povrch rukavice
- kvalitní manžeta
- dostatečná pružnost
- anatomický tvar
- dostatečná odolnost proti oděru, praskání a protržení

Zadavatel bude úroveň splnění shora uvedených požadavků posuzovat v rámci testování vzorků /podrobnosti k testování viz výzva – zadávací podmínky čl. II odst. 3) písm. c)/.

1.8 **OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI**

Ke každému nabízenému typu rukavic uchazeč předloží prohlášení o shodě a technický list dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Další dokumentaci, jako např. výsledky testování norem či výsledky posledních zkoušek, předloží uchazeč na vyžádání zadavatele.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V Prostějově dne 22. 11. 2016

kod_dodavatele	nazev_dodavatele	kod_zbozi_dodavatele	ean
	Perfect Distribution a.s.	SAB810002423	8591767001857
	Perfect Distribution a.s.	SAB810002425	8591767001871
	Perfect Distribution a.s.	SAB810002427	8591767001895
	Perfect Distribution a.s.	SAB810002429	8591767001918

vyrobce	kod_vzp	nazev_zbozi
S.A.B. Impex s.r.o.		Rukavice nitrilové , bílé vel. S (100ks/bal)
S.A.B. Impex s.r.o.		Rukavice nitrilové , bílé vel. M (100ks/bal)
S.A.B. Impex s.r.o.		Rukavice nitrilové , bílé vel. L (100ks/bal)
S.A.B. Impex s.r.o.		Rukavice nitrilové , bílé vel. XL (100ks/bal)

popis_zbozi	mj_dodavatele	forma_baleni	min_mnozstvi	cena_bez_dph
Rukavice nitrilové, bílé, bez pudru	bal.	bal. á 100 ks	bal.	57,0000
Rukavice nitrilové, bílé, bez pudru	bal.	bal. á 100 ks	bal.	57,0000
Rukavice nitrilové, bílé, bez pudru	bal.	bal. á 100 ks	bal.	57,0000
Rukavice nitrilové, bílé, bez pudru	bal.	bal. á 100 ks	bal.	57,0000

sazba_dph	cena_s_dph	vecna_skupina	nazev_vecne_skupiny
21	68,97	Z_RUK_VYN_NI	Rukavice vyšetřovací nesterilní nitrilové
21	68,97	Z_RUK_VYN_NI	Rukavice vyšetřovací nesterilní nitrilové
21	68,97	Z_RUK_VYN_NI	Rukavice vyšetřovací nesterilní nitrilové
21	68,97	Z_RUK_VYN_NI	Rukavice vyšetřovací nesterilní nitrilové

kategorie_dod_1	kategorie_dod_2	trida_nebezpecnosti
		I.
		I.
		I.
		I.

url_zbozi	dod_lhuta	null
http://www.sab-medical.com/rukavice/	5	
http://www.sab-medical.com/rukavice/	5	
http://www.sab-medical.com/rukavice/	5	
http://www.sab-medical.com/rukavice/	5	

SPECIFIKACE – ZÁKLADNÍ INFORMACE



Materiál
Pudrované/bez pudru, nesterilní
Délka
Povrch
Váha rukavice
Tažnost
Použitelnost
Barva
Proteiny
NORMY
ASTM
EN 455
EN 420
EN 374-1,2
EN 374-3
AQL
Potravinářství
BALENÍ
Velikosti
Balení
Karton
MDD93/42 EEC
PPE 89/686 EEC

nitril
bez pudru
245 mm
zdrsňný
3,5 g
6 N
3 roky
bílá
ne
ano
ano
ano
ano
1,5
ano
XS, S, M, L, XL
100 kusů
1000 kusů
ano

S.A.B. Impex, s.r.o.
Firemní 2, 619 00 Brno
www.sab-medical.com



NITRICARE[®] Powder Free Nitrile Examination Gloves


Finger Textured for Superior Comfort and Grip

- ◆ Non-sterile
- ◆ Ambidextrous
- ◆ Disposable
- ◆ Easy fit

XL

X-LARGE

100 Gloves by Weight



Press Along Dotted Lines to Open




NITRICARE[®] Powder Free Nitrile Examination Gloves

Finger Textured for Superior Comfort and Grip

XL


X-LARGE



AQL 1,5 0,000



The test acc. To EN388



The test acc. To EN374:2



The test acc. To EN374:3

Sodium Hydroxide 40% Level 6

Glutaraldehyde 1% Level 6

Formaldehyde 37% Level 1



EN 455



EN 374



EN 420



EN 388

CZ VYŠETŘOVACÍ RUKAVICE, NITRILOVÉ, BEZ PUDRU, NESTERILNÍ, PRAVOLEVÉ . SKLADOVÁNÍ: CHRAŇTE PŘED HORKEM, VLHKEM, SILNÝM SVĚTLEM A OZÓNEM.	D UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE, NITRILE, PUDERFREI, UNSTERIL, BEIDSEITIG VERWENDBAR. LAGERUNG: VOR HITZE, FEUCHTIGKEIT, STARKEM LICHT UND OZON SCHÜTZEN.	I GUANTI PER ESPLORAZIONE IN NITRILE, PRIVI DI POLVERE, NON STERILI, AMBIDESTRI. STOCCAGGIO: PROTEGGERE DA FONTI DI CALORE, UMIDITA, LUCE INTENSA E OZONO.
GB EXAMINATION GLOVES, NITRILE, POWDER FREE, NON STERILE, AMBIDEXTROUS. STORAGE: PROTECT FROM HEAT, HUMIDITY, STRONG LIGHT AND OZONE.	SK VYŠETROVACIE RUKAVICE, NITRILOVÉ, NEPUDROVANÉ, NESTERILNÉ, OBOJSTRANNE POUŽITELNÉ. SKLADOVANIE: CHRÁNIŤ PRED VYSOKÝMI TEPLOTAMI, VLHKOSŤOU, SILNÝM SVETLOM A OZÓNOM.	F GANTS D'EXAMEN, NITRILE, NON POWDRÉS, NON STÉRILES, AMBIDEXTRES. STOCKAGE: PROTÉGER DE LA CHALEUR, DE L'HUMIDITÉ, DE LA LUMIÈRE INTENSE ET DE L'OZONE.
H VIZSGÁLÓ KESZTYŰ, NITRIL, PÜDERMENTES, NEM STERIL, MINDKÉT KÉZRE HÚZHATÓ. TÁROLÁS: HŐTŐL, NEDVESSÉGTŐL, ERŐS FÉNYTŐL, ÓZONTŐL VÉDETT HELYEN.	PL REKAWICE ZABIEGOWE, NITRIL, BEZPUDROWE, NIESTERYLNE, PASUJA, NA LEWA I PRAWA DŁOŃ. SKLADOWANIE: PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU SUCHYM, CHŁODNYM I ZACIEMNIONYM, CHRONIĆ PRZED OZONEM.	E GUANTES DE EXAMEN, NITRILE, SIN POLVO, NO ESTÉRILES, AMBIDIESTROS. ALMACENAJE: PROTEGER DE CALOR, HUMEDAD, LUZ INTENSIVA Y OZONO.

Manufactured for distributor : **S.A.B. Impex, s.r.o., Firemní 2, 619 00 Brno, Czech Republic.** Tel.: +420 515 917 511 Fax: +420 515 917 510,
www.sab-medical.com

LOT

23616402



08.2016




08.2019

Čestné prohlášení

Uchazeč o veřejnou zakázku „Jednorázové vyšetřovací rukavice“ - společnost Perfect Distribution a.s., se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ: 476 75 934, prohlašuje, že nabízené jednorázové vyšetřovací rukavice splňují tyto parametry:

- snadné odebírání rukavic z primárního obalu (balení)
- snadná manipulace při nasazování (rukavice nejsou slepené)

V Prostějově dne 22. 11. 2016

 **Perfect Distribution a.s.** | 332
Člen skupiny AGEL
U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov
IČ: 47675934, DIČ: C2699000899
Tel.: +420 800 166 661
perfectdistribution.agel.cz