

## SMLOUVA O VÝPŮJČCE ZAŘÍZENÍ

Tato Smlouva o výpůjčce zařízení a nakupování činidel (dále jen „Smlouva“), je uzavřena v souladu s ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále také „NOZ“), mezi:

### Zákazníkem (vypůjčitelem)

Název:	<b>Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.</b>
Zástupce:	Ing. Martin Grolmus, jednatel – předseda rady jednatelů Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, jednatel – člen rady jednatelů
Sídlo:	Blatenská 314, 341 01 Horažďovice
Právní forma:	společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15354
IČO: / DIČ:	26360870 / CZ26360870
Banka:	ČSOB, a.s. Sušice
Číslo účtu:	189047434/0300

dále jen „zákazník“

a

### Půjčitelem

Název:	<b>MEDESA s.r.o.</b>
Zástupce:	Otakar Klepárník, jednatel
Sídlo:	Na Vyšehradě 1092, 572 01 Polička
Právní forma:	společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8237
IČO: / DIČ:	64254577 / CZ64254577
Banka:	MONETA Money Bank, a.s., pobočka Polička
Číslo účtu:	354904664/0600

dále jen „půjčitel“

Zákazník a Půjčitel jsou dále společně označováni jako „Strany“ a jednotlivě jako „Strana“.

### I. Výpůjčka zařízení

- I.1 Půjčitel touto Smlouvou přenechává Zákazníkovi, jakožto vypůjčiteli, do bezplatného užívání (výpůjčky) **analyzátor glykovaného hemoglobinu TOSOH G7** (sériové číslo: **10832209**, dále též jen jako „Zařízení“), aby je mohl využívat v místě **Klinická laboratoř, Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.**, Blatenská 314, 341 01 Horažďovice (dále též jen jako „Pracoviště“) za účelem provádění diagnostických vyšetření.
- I.2 Výpůjčka bude poskytnuta včetně bezúplatné preventivní údržby a pravidelné validace (kalibrace) přístroje dle požadavku výrobce a validace prováděných metod, záručního i pozáručního servisu a bezúplatné uživatelské podpory.

- I.3 Součástí instalace analyzátoru glykovaného hemoglobinu bude provedena kvalifikace a validace systému.
- I.4 Strany souhlasí s tím, že veškeré náklady na služby a dodávky spojené s výpůjčkou (validace, údržba, servis, uživatelská podpora apod.) hradí půjčitel.

## II. Dodání a instalace

- II.1 Půjčitel bezplatně dopraví Zařízení na Pracoviště a nainstaluje jej, a to v termínu do 3 týdnů po podpisu této Smlouvy oběma Stranami, příp. ve lhůtě delší, pokud se na ní dohodne se zákazníkem. Zákazník dále zajistí účast svého zástupce při instalaci Zařízení.
- II.2 Zákazník je povinen zajistit veškeré předpoklady pro řádnou a včasnou instalaci Zařízení, tj. připojení k elektrické/datové síti, přístup a vhodné pracovní podmínky.
- II.3 Půjčitel zajistí na své náklady úvodní školení laboratorních techniků a dalších zaměstnanců Zákazníka určených Zákazníkem pro používání nebo obsluhu Zařízení. Na požádání Půjčitele Zákazník či jeho řádně oprávněný zástupce podepíše potvrzení o tom, že školení bylo Půjčitelem řádně provedeno.
- II.4 V současné době není požadováno připojení analyzátoru k laboratornímu informačnímu systému (dále jen „LIS“). Pokud by v průběhu doby plnění došlo k potřebě napojení na LIS, je dodavatel povinen toto napojení provést zdarma ve spolupráci s dodavatelem LIS, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k napojení dodavateli.

## III. Vlastnictví

- III.1 Zařízení je a zůstane ve výlučném vlastnictví Půjčitele po celé období účinnosti Smlouvy a Zákazník nebude mít na Zařízení žádné právo, nárok ani účast (s výjimkou práva držet a využívat Zařízení podle podmínek a ustanovení této Smlouvy).

## IV. Rizika

- IV.1 Zákazník Půjčitele okamžitě písemně uvědomí o jakémkoli případu nehody nebo újmy, která nastane v souvislosti se Zařízením.

## V. Povinnosti Zákazníka

- V.1 V průběhu trvání této Smlouvy (se) Zákazník:
  - V.1.1 zajistí, že Zařízení bude uchováváno a obsluhováno ve vhodném prostředí, že bude využíváno pouze pro účely, pro které bylo navrženo, a že bude správně obsluhováno vyškoleným kompetentním personálem v souladu s pokyny a doporučeními výrobce a v souladu s předpisy správné laboratorní praxe a všemi příslušnými předpisy nebo nařízeními, které budou v dané době platit;
  - V.1.2 bude udržovat Zařízení v bezvadném a provozuschopném stavu, zejména bude provádět pravidelnou údržbu Zařízení v souladu s Operačním Manuálem dodaným Půjčitelem, a dále bude Půjčitele informovat o závadě nebo potřebě údržby či opravy Zařízení nad rámec výše uvedené pravidelné údržby, a to do 24 hodin od zjištění závady či potřeby opravy Zařízení. V případě, že

Zákazník poruší své povinnosti dle tohoto odstavce, bude odpovědný za škodu způsobenou v důsledku svého porušení povinností.

- V.1.3 Zařízení vždy ponechá na Pracovišti a nebude žádnou část Zařízení přemísťovat, nebo se pokoušet přemísťovat, na jakékoli jiné místo bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele;
- V.1.4 na základě předchozí domluvy Stran umožní Půjčiteli, aby prostřednictvím svého zástupce zkontroloval Zařízení v jakoukoli rozumnou dobu (tj. v provozní dobu Zákazníka) a za tímto účelem umožnil vstup do prostor, ve kterých bude Zařízení umístěno.
- V.1.5 nebude bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele provádět nebo povolovat jakoukoli úpravu nebo doplnění Zařízení. Veškeré výměny, nahrazení, obnovení či doplnění Zařízení, a to jak materiál, tak práci provádí na své náklady Půjčitel. Materiál (náhradní díly apod.) je ve vlastnictví půjčitele.
- V.1.6 bez předchozího písemného souhlasu Půjčitele se nevzdá kontroly nad Zařízením, neprodá je ani nenabídne k prodeji, nezastaví, nezatíží zástavním právem ani jiným právem třetí osoby, nepronajme, neposkytne k užívání ani je nepůjčí;
- V.1.7 je povinen viditelně označit Zařízení tak, aby bylo na první pohled zjevné, že se jedná o vlastnictví Půjčitele. Toto označení Zařízení dle předchozí věty musí být na Zařízení viditelně uchováno po celou dobu účinnosti této Smlouvy;
- V.1.8 nebude, vzhledem k technické složitosti Zařízení, bez předchozího písemného oprávnění Půjčitele využívat Zařízení pro jakékoli jiné diagnostické soupravy (včetně činidel a příslušenství) než jsou Zdravotnické prostředky nebo diagnostické soupravy dodávané dle této Smlouvy Půjčitelem (nebo jeho právním nástupcem).

## **VI. Záruka na Zařízení a jeho technická podpora / údržba**

- VI.1 Půjčitel garantuje příjezd technika a provedení servisního zásahu do 24 hodin od nahlášení závady Zákazníkem dle článku V.1.2 této smlouvy
- VI.2 V případě, že nebude schopen půjčitel plně zprovoznit zapůjčený analyzátor do 72 hodin od nahlášení závady Zákazníkem, garantuje půjčitel bezplatné zapůjčení náhradního přístroje do 120 hodin od nahlášení závady Zákazníkem.

## **VII. Odpovědnost za škodu**

- VII.1 S výjimkou případů vyšší moci (definovaných v § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku) bude kterákoli smluvní Strana odpovídat za jakékoli újmy (zahrnující skutečnou újmu a ušlý zisk), které budou způsobeny druhé Straně porušením jakékoli povinnosti, prohlášení nebo záruky uvedených v této Smlouvě (včetně jejích příloh), či jakéhokoli potvrzení nebo jiného písemného dokladu, či příslušného zákona nebo nařízení.

## **VIII. Doba trvání**

- VIII.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- VIII.2 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 3. 2022.

## IX. Ukončení smlouvy

- IX.1 Kterákoli Strana může ukončit tuto Smlouvu doručením písemné výpovědi („Výpověď“), s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výpovědní lhůta začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Straně.
- IX.2 Vedle odstavce IX. 1 je Půjčitel dále oprávněn, bez ohledu na jakékoli jiné právo nebo právní prostředek, který může mít k dispozici, ukončit tuto Smlouvu (jako celek, nebo její část) odstoupením s okamžitou účinností podaným Zákazníkovi písemně kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy (tj. i v průběhu Minimální doby trvání), jestliže:
- IX.2.1 Zákazník poruší kterékoli ustanovení této Smlouvy a toto porušení nenapraví ke spokojenosti Půjčitele do třiceti (30) dnů od obdržení písemného oznámení, v němž jej Půjčitele vyzve k nápravě.
- IX.3 V případě závažného problému instalační a procesní validace, který nebude Půjčitelem odstraněn v přiměřeném termínu, může Zákazník odstoupit od Smlouvy.
- IX.4 Zákazník má právo vrátit zařízení předčasně v souladu s §2197 NOZ.
- IX.5 V případě ukončení účinnosti Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Zákazník povinen neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů od ukončení účinnosti Smlouvy, protokolárně vrátit Půjčiteli Zařízení, a to ve stavu odpovídajícím běžnému opotřebení.

## X. Rozhodné právo a řešení sporů

- X.1 Výklad, platnost a plnění této Smlouvy se bude řídit právními předpisy České republiky.

## XI. Všeobecná ustanovení

- XI.1 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu a úmluvu mezi Stranami ohledně jejího předmětu a nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu, úmluvu nebo ujednání (pokud nějaké existuje) mezi Stranami, ať již v ústní nebo písemné formě. Žádné změny, úpravy nebo doplnění této Smlouvy nebudou platné, pokud nebudou vyhotoveny písemně a podepsány smluvními Stranami.
- XI.2 Strany vylučují uplatnění poslední věty § 1764 a dále uplatnění § 1765 a 1766 Občanského zákoníku.
- XI.3 Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jejich vzájemná plnění dle této Smlouvy jsou vyrovnaná, tj. nejsou k sobě v hrubém nepoměru.
- XI.4 Veškeré podmínky a ustanovení této Smlouvy budou platit ve prospěch a budou závazné pro Strany a jejich přípustné nástupce a postupníky. Tato Smlouva, ani žádná práva, zájmy, nebo povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy, nemohou být postoupeny, a ani žádné povinnosti přeneseny, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní Strany.
- XI.5 Nevymahatelnost nebo neplatnost jakéhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost jakéhokoli jiného ustanovení Smlouvy.
- XI.6 Tato Smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý jednotlivě bude považován za originál.
- XI.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v plném rozsahu bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, příp. je prodávající povinen označit části této smlouvy, které považuje za obchodní tajemství.


XI.8 Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh, změn a dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 147a ZVZ.

XI.9 Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha:


XI.9.1 Technická specifikace analyzátoru

za zákazníka:


V Horažďovicích dne \_\_. \_\_. 2021



**Ing. Martin Grohmus**  
jednatel – předseda rady jednatelů  
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.




**Mgr. Jaroslav Šíma, MBA**  
jednatel – člen rady jednatelů  
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.



za půjčitele:

V Poličce dne 9. 3. 2021



## XI.9.1 Technická specifikace analyzátoru

Analyzátor glykovaného hemoglobinu

### Tosoh model G7



TOSOH BIOSCIENCE

TOSOH

Tosoh G7 je analyzátor glykovaného hemoglobinu s přesnou separací a kvantifikací stabilní frakce HbA1c z plné žilní nebo kapilární krve. Pracuje na principu HPLC. Jeho obsluha a údržba je velice jednoduchá a maximálně automatizovaná. Rychlost stanovení je pouze 1,2 min.

- separace frakcí trvá pouze 1,2 minuty tj. 72 sekund
- separuje 6 frakcí hemoglobinu HbA1c, HbA1c-L, HbA1c-S, HbA1b, HbF
- k uložení výsledků analýz, aktualizaci a zálohování verzí programu se používá disketa 3,5'', kam lze uložit až 1 000 výsledků, posledních 800 výsledků je automaticky uloženo do vnitřní paměti analyzátoru

#### PARAMETRY

- nevyžaduje míchání ani přípravu vzorku
  - možnost použití různých druhů primárních zkumavek
  - podavač na 90 vzorků (9 racků/stojanů s 10 pozicemi)
  - pro statimové vzorky je připravena speciální pozice STAT port
  - **automatická denní údržba** – automatické promytí po zapnutí analyzátoru a po dokončení analýzy
  - velice jednoduchá výměna separační kolony, filtru a ostatních spotřebních materiálů
  - snadná obsluha pomocí dotykové obrazovky
  - množství vzorku potřebné k analýze je pouze 3  $\mu$ l
  - automatické ředění hemolyzačním roztokem v ředicím pufru
  - integrovaná čtečka čárových kódů
  - výstup výsledků: termotiskárna (RS-232), možnost připojení k LISu
- 
- rozměry (š x h x v): 530 x 555 x 482 mm
  - hmotnost: 34 kg
  - napájecí napětí: 100 -240 V, 50/60 Hz
  - příkon: 160 VA
  - provozní teplota: 15-30 °C
  - vlhkost: 40-80 % (bez kondenzace)

