

Smlouva č. OBE/17/02/168

Objednatel: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Jejkov, Purkyňovo nám. 133/2 674 01 Třebíč IČ: 00839396 DIČ: CZ00839396	Dodavatel: CMI s.r.o. Podvinný mlýn 2348/28 190 00 Praha 9 IČ: 47117320 DIČ: CZ47117320
--	---

Datum vystavení objednávky: 16.2.2017
Datum dodání: 3.3.2017
Místo dodání: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Způsob dodání: servisní oprava
Předmět:
Oprava laseru YAG Laser Super Q LPG 3106 - Oční ambulance

Cena celkem bez DPH: 79 548,00
DPH: 16 705,08
Cena s DPH: 96 253,08

V návaznosti na OBE/17/02/060 a servisní diagnostiku závady objednááme opravu laseru YAG Laser Super Q LPG 3106, výr.č. 8708, inv.č. 7557 (a), pro Oční ambulanci Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace.

Jedná se o opravu (odstranění chyby E07) v souladu s cenovou nabídkou č. S17006 ze dne 9.2.2017, v celkové částce 96 253,08 Kč včetně 21% DPH (za předpokladu nutnosti použití obou ND). Cenová nabídka je nedílnou součástí této smlouvy.

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Dne: 3.3.2017

Dne: 27.2.2017

Objednatel:
.....
Ing. Eva Tomášová
Ředitelka

Dodavatel:
.....
Ing. Branislav Kříška
Jednatel



CMI s.r.o.
 Meteor Centre Office Park
 Sokolovská 100/94
 180 00 Praha 8
 e-mail: office@cz.cmi.sk
 www.cmi.sk/cz

Bankovní spojení:
 Banka: ČSOB, Thámová 20, Praha 8
 č.úctu: 478574273 / 0300
 IČO: 47117320
 DIČ: CZ47117320

CENOVÁ NABÍDKA č. S17006

Odběratel: **Nemocnice Třebíč**
 Oční oddělení

tel:
 email:
 Datum: **9. února 2017**

CMI s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout:

Oprava laseru Ellex SuperQ LQP3106 VČ:8708

Při laserování se objevuje chyba "E07 - Aiming module". Při servisním zásahu zjištěno, že chyba je závislá na době běhu laseru (záhřátí) a na nastavené intenzitě zaměřovacího paprsku. Dle konzultace s výrobcem může chybu pravděpodobně způsobovat vadný Aiming modul (FGS, DAM). Výrobce nevyloučil malou pravděpodobnost, že chybu způsobuje elektronická deska s potenciometrem pro nastavení intenzity zaměřovacího paprsku (SPARE, PASSY, DIMMER, TYPE-C, RC63B, CSO) příp. i zdroj. Konkrétní závadu bude možné určit až po výměně těchto dílů.

Pol.	Kód	Popis	Cena Kč	DPH	Cena Kč s DPH
1	3017264	FGS, DAM	57024	21%	68999,04
	6936990	SPARE, PASSY, DIMMER, TYPE-C, RC63B, CSO	9450	21%	11434,5
2		Servisní práce Výměna náhradních dílů, 3hod á 900Kč	2700	21%	3267
3		Kompletní kalibrace laseru	8750	21%	10587,5
3		Dopravní náklady Brno - Třebíč - Brno 116km á 14Kč/km	1624	21%	1965,04
Celková cena bez DPH (základ pro výpočet DPH)					79 548 Kč
DPH 21%					16 705 Kč
Haléřové vyrovnání					0,5 Kč
Celkem s DPH					96 254 Kč

Platnost cenové nabídky je 30 dní od data vystavení.
 Předpokládaný termín dodání do 30 dnů od obdržení oficiální objednávky.
 Záruční doba 3 měsíce

ISO 9001

BUREAU VERITAS
 Certification



Máte-li jakékoliv dotazy, prosím neváhejte, a kontaktujte mě.
 Děkuji za Váš zájem a těším se na vzájemnou spolupráci.

Ing. David Filla
 Servisní technik
 tel: 777 21 88 05
 email: david.filla@cmi.sk



šterbinové lampy • foto/video šterbinové lampy • tonometry • refraktometry • refraktokeratometry • vyšetřovací jednotky • perimetry • pachymetry • oftalmoskopy • projekční a LCD optotypy • brýlové skříně • vyšetřovací / laserovací čočky • pomůcky pro ortoptiku • funduskamery • OCT • YAG / SLT / 532 nm lasery • mikroskopy • ultrazvuky • optický biometr • endotelové mikroskopy • rohokové topografy • fakoemulzifikátory • kryosystémy • mikrochirurgické nástroje • nitrooční čočky • kartridže • viskoelastický materiál • glaukomové implantáty • silikonové oleje • cross linking • mikrokeratometry • jednorázové mikrochirurgické nože • diamantové nože • přístroje a nástroje pro ORL.