

ČÁST 12. KRYTÍ NA RÁNY S LEPÍCÍ PLOCHOU STERILNÍ hypoalerg.

| TYP | ROZMĚR | DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE | OBCHODNÍ NÁZEV | Počet ks / 1 rok celkem | Počet ks / 2 roky celkem | Maximální přípustná a nepřekročitelná cena v Kč bez DPH / ks | Nabídková cena v Kč bez DPH /za kus | Nabídková cena v Kč bez DPH / za 2 roky |
|-----|--------|------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | |

Cena celkem v Kč bez DPH za 2 roky 538 170,90 Kč


Dodavatel tímto prohlašuje, že splňuje níže uvedené kvalitativní požadavky centrálního zadavatele na dodávku zdravotnického spotřebního materiálu

Požadovaný zdravotnický spotřební materiál

Náplast pooperační polštářková z netkané textilie, sterilní

Kvalitativní požadavky pro část 1.

- kvalitní adheze, bezpečná fixace
- schopnost udržet se trvalý lepicí efekt i při druhém okamžitém nalepení
- snadná manipulace v rukavicích při odstranění pomocných ochranných fólií
- prodyšná a propustná pro vodní páru
- bez latexu a ftalátů
- povrchová vrstva savého polštářku musí zabraňovat slepení s ráhou
- savý polštářek
- náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky
- sterilní
- hypoalergenní
- zdravotně nezávadné
- certifikát CE, prohlášení o shodě
- expirace musí být viditelně uvedena na výrobku
- počet ks v balení bez omezení
- sterilně baleno 51ks



■ ■ Nemocnice
■ ■ Středočeského
■ ■ kraje a.s.

„Dodávky obvazového materiálu – centralizované zadávání“

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Dodávky obvazového materiálu – centralizované zadávání“

Black-Storm s.r.o.

se sídlem: Pod vrstevnicí 1529/18, 140 00 Praha 4 -Krč

zastoupená: Liborem Ryněšem

IČO: 27937194

Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu zadat část plnění veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli).

V Praze dne 5.2.2021

