

příloha č. 2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Endobronchiální ultrazvukový systém 1ks pro plicní oddělení (uvedte nabízený typ)			
požadovaná konfigurace			
Videoprocessor včetně světelného zdroje LED min. 4 LED diody	ANO, min. 4 LED diody	ANO, 4 LED	VP-7000, BL-7000 + USB 2 Stick
Endosonografické univerzální centrum - endosonografický videoprocessor,včetně příslušenství a doplňků pro plnou funkci a využití systému	ANO	ANO	SU-1H + USB 2 Stick
Videobronchoskop, distální konec průměr max. 5,1 mm (+/- 0,2 mm), prac. kanál min.2,0 mm (+/-0,2 mm)	ANO, distální konec průměr max. 5,1 mm (+/- 0,2 mm), prac. kanál min.2,0 mm (+/-0,2 mm)	ANO, distální konec průměr 5,3 mm, prac. kanál 2,2 mm	EB-580S
Videobronchoskop endosonografický - terapeutický, distální konec průměr max. 6,8 mm (+/- 0,2 mm), prac. kanál min.2,0 mm (+/-0,1 mm), manipulační schopnost distálního konce nahoru / dolů min 130/70°	ANO, distální konec průměr max. 6,8 mm (+/- 0,2 mm), prac. kanál min.2,0 mm (+/-0,1 mm), manipul. schopnost distálního konce nahoru / dolů min 130/70°	ANO, distální konec průměr 6,7 mm, prac. kanál 2 mm, manipulace nahoru/dolu 130°/90°	EB-530US
Standardní UZ radiální sonda minisonda, max. průměr max 2 mm, pracovní délka min 2 100 mm, Včetně veškerého řízení a příslušenství - jednotky 3 ks	ANO, max. průměr 2 mm, prac. délka min. 2 100 mm	ANO, distální 1,4mm, proximální 1,9mm, délka 2150 mm	PB-2020M (3x), SP-900 1x + USB 2 Stick
LCD monitor min. 24" , medical device	ANO, min. 24"	ANO, 24"	MBT-1000.24
Přístrojový endoskopický vozík	ANO	ANO	ITD-03 Iso Plus
Souprava pro uchycení - odložení videobronchoskopu a endosonografického videobronchoskopu	ANO	ANO	Rameno na sondu KU.4470.999
Odsávací systém - uzavřený (odsávací pumpa, set hadic a jednorázových vaků)	ANO	ANO	Cheirón Victoria Portable II + odsávací vaky Serres + lahev Serres
při instalaci musí systém splňovat plnou funkčnost, musí obsahovat iniciační spotřební materiál, tj.: radiální sonda, hadicové sety a odpadní vaky odsávacího systému), vstupní ventily pracovních kanálů endoskopů, základní čisticí instrumenty, adaptéry pro stávající desinfekční automat (Wassenburg)	ANO	ANO	adaptéry pro dezinfektor Wassenburg pro EB-580S, EB-530US

Hodnoticí kritérium v %

Videobronchoskop, distální konec průměr max. 5,1 mm (+/- 0,2 mm), prac. kanál min.2,2 mm	3%	ANO/NE	ANO, 5,3 mm, 2,2 mm	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
Videobronchoskop, rozlišovací schopnost min 2 mm, zobrazovací módy BLI a LCI,	2%	ANO/NE	ANO, od 2 mm	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
Videoprocessor - zdroj světla min 5 LED	1%	ANO/NE	NE, 4 LED	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
Videobronchoskop endosonografický, one touch konektor O, pracovní kanál min 2,2 mm	8%	ANO/NE	NE pracovní kanál 2 mm	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
Standardní UZ radiální sonda minisonda , max. průměr 1,8 mm, pracovní délka min 2 150 mm	4%	ANO/NE	ANO, distální 1,4mm, proximální 1,9mm	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek
Endosonografický video procesor, elastografie, DICOM	2%	ANO/NE	ANO	Hodnota NE, není porušením zadávacích podmínek

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze dne 12. 2. 2021

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX