

## SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PROVOZNIHO ZABEZPEČENÍ ÚPRAVNY VODY GORO

### DODATEK Č. 2

Uživatel	Nemocnice Prachatice, a.s.
Adresa	Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
IČ, DIČ	26095165, CZ26095165
Kontaktní osoby, tel., email	Zdeněk Kott [redacted]


Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležitě provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.

Karta / Oddělení / úpravna	Servisní frekvence	Roční náklady	DPH
[redacted]		21.760.-	21%
[redacted]		35.870.-	21%
<b>Souhm veškerých pracovišť</b>		<b>57.630.-</b>	<b>21%</b>

#### Poskytovatel provozního zabezpečení:

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.


V Zápech, dne 9.4.2021




#### Majitel a provozovatel zařízení:

Souhlasíme s předloženým dodatkem a objednáme provozní zabezpečení. Dodatek smlouvy se sjednává pro rok 2021 a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

V Prachaticích, dne 7.4.2021



a.s.  
Nebahov



# Goro



**AAA**<sup>®</sup>  
Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti



**ISO 9001**  
**ISO 14001**  
**ISO 13485**

Nemocnice Prachatice a.s.  
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice  
Karta zákazníka: 141 – OKB  
Servisní frekvence: 4x ročně  
Úpravna vody: GORO MID 50  
Norma: ČSN ISO 3696


16.04.2021 4529/2021/NPra



GORO, spol. s r.o.  
 Drahojblevská 1019/27  
 Praha 9  
 IČ: 44265557



ISO 9001



**SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ  
 ÚPRAVNY VODY GORO  
 PRO ROK 2013 A DÁLE DO ODVOLÁNÍ**

Uživatel	Nemocnice Prachatice a.s.
Adresa	Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
IČ, DIČ	26095165
Kontaktní osoba, tel.	

Číslo  
**26/2013**

Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležitá provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.


Karta / Oddělení / úpravna	Roční náklady v Kč	Roční náklady po slevě 25%	DPH
[redacted]		20.100.-	21%
[redacted]		8.340.-	21%
<b>Souhrn veškerých pracovišť</b>	<b>37.920.-</b>	<b>28.440.-</b>	<b>21%</b>

**Poskytovatel provozního zabezpečení :**

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují přiložené materiály.




V Praze, dne



**Majitel a provozovatel zařízení :**

Souhlasíme s předloženou smlouvou a objednáme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok 2013 a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

*v Prachatice, dne 14.6. 2013*




## PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2013 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firemní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravy vody.

Cestovné a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy, platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času.

Uživatel	Nemocnice Prachatice a.s. - OKB	IC	26095165	Evid. číslo nové	141
Typ úpravny	GORO MID 50	Účel použití	Voda pro OKB		
Instalace					
Odporující norma, nebo přepis					
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce				

Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně ( tabulka 1 )



# GORO



# AAA

Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti



## SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚPRAVNY VODY GORO

### DODATEK Č. 1

Uživatel	Nemocnice Prachatice, a.s.
Adresa	Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice
IČ, DIČ	26095165, CZ26095165
Kontaktní osoby, tel., email	Zdeněk Kott [redacted]


Firma GORO, spol. s r.o., jako výrobce a dodavatel zařízení, se zavazuje provádět náležitě provozní zabezpečení kompletů na přípravu velmi čisté vody - reverzní osmózy. Frekvence výměn a seznam spotřebního materiálu je uveden v příloze „Přehled nezbytného spotřebního materiálu“.

Karta / Oddělení / Úprava	Součet frekvencí	Roční náklady	DPH
[redacted]	[redacted]	19.520.-	21%
[redacted]	[redacted]	8.320.-	21%
[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]		
<b>Souhrn veškerých pracovišť</b>		<b>27.840.-</b>	<b>21%</b>

#### Poskytovatel provozního zabezpečení :

Firma GORO, spol. s r.o. se zavazuje provádět navrhované provozní zabezpečení podle všech údajů, které obsahují příložené materiály.

V Zápech, dne 23.5.2018





GORO spol. s r.o.  
Zápy 282  
01, Brandýs nad Labem  
4265557-DIČ: CZ 44265557

#### Majitel a provozovatel zařízení :

Souhlasíme s předloženou smlouvou a objednáme provozní zabezpečení. Smlouva se sjednává pro rok 2018 a dále na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíců.

V Prachaticích, dne 25.5.2018

NEMOCNICE PRACHATIC  
NEMOCNICE PRACHATIC  
Nebahovská 1015,





# GORO




# AAA

Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti



Nemocnice Prachatice a.s.  
Nebahovská 1015, 383 20 Prachatice  
Karta zákazníka: 141 – OKB  
Servisní frekvence: 4x ročně  
Úpravna vody: GORO MID 50  
Norma: ČSN ISO 3696



## PŘEHLED SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU VČETNĚ NÁKLADŮ NA ZABEZPEČENÍ PROVOZU na rok 2013 a dále do odvolání

Frekvence výměn spotřebního materiálu, kontrola provozních hodnot a případná sanitace je závislá na parametrech zdroje vody, využití celkové kapacity, ale i na závazných předpisech a normách platných pro danou technologii. Firma vždy aktualizuje termín další revize podle skutečně zjištěného stavu. Uživatelům pracujícím podle zvláštních předpisů (ISO) je na přání vystaven zápis o provedeném provozním servisu. Pravidelná výměna spotřebního materiálu má pevná pravidla. Veškeré údaje jsou evidovány v servisní kartě každého zařízení a ukládány ve firmní databázi. Dodržováním pravidelné péče se zvyšuje spolehlivost a životnost úpravny vody.

Češtvé a pracovní výkony jsou poměrně rozděleny mezi uživatele v regionu, nebo během cesty tak, aby bylo možné zvládnout okruh v daném čase. Pro výměnu spotřebního materiálu na zavolání, mimo dohodnutý termín, nebo opravy, platí jiné rozpočty jízdného a pracovního času.

Uživatel	Nemocnice Prachatice a.s. -CS	IC	26095165	Evid. číslo nové	142
Typ úpravny	GOPO MID 50	Účel použití	Voda pro sterilizaci		
Instalace					
Odporující norma, nebo předpis					
Frekvence výměn spotřebního materiálu	3 měsíce				

### Spotřební materiál potřebný k pravidelné výměně ( tabulka 1 )

SEZNAM SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU	ks / kn	Cena / ks (l)	Celkem Kč bez DPH
			800.-
			1.500.-

