

Zakázka: 10000796  
Objednávka zákazníka: Cenová nabídka

**Dodavatel:**

L I N E T spol. s r.o.  
Želevčice 5  
274 01 SLANÝ | CZ  
IČ: 00507814 | DIČ: CZ00507814

**Zákazník:**

Sociální služby města Přerova, p.o.  
Kabelíkova 3217/1 4a  
750 02 Přerov | CZ  
IČ: 49558854 | DIČ:

**Příjemce / cílová adresa:**

Domov pro seniory  
Kabelíkova  
75002 Přerov | CZ

**Platební podmínky:**

Datum vystavení: 24.3.2021  
Způsob platby: bankovním převodem  
Platební podmínka: Do 14 dní  
Platnost nabídky do: 30.6.2021

**Dodací podmínky:**

Incoterms 2010: CPT  
Způsob odběru: Přerov

**Kontakt:**

Poz-	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
10	1L2T0640-589	Latera	2 KS	57 392,00	15%	17 217,60	114 784,00 CZK
					0%	57392,00	132 001,60 CZK

Lůžko pro nemocniční péči pro standardní oddělení (akutní a dlouhodobá péče)  
Elektrické nastavení: výškové nastavení náklon, zádový díl a stehenní díl, laterální náklon  
Mechanické nastavení: lýtkový díl  
Ložná plocha: 4 dílná  
Podvozek na sloupové konstrukci  
Základní vlastnosti  
MOT Základní model: Latera Thema EN60601 -2-52  
CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení  
BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry  
XR:00 RTG provedení: Bez RTG provedení  
CM:02 Barvy kov: RAL9006  
BA:02 Kryty ložné plochy: Kovové lamely  
Kolečka, brzdy a podvozek  
CA:72 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente integrál, 150 mm, antistatické kolečko  
BR:20 Brždění koleček: 3 centrálně bržděná kolečka, 4. kolečko s aretací příného směru  
FC:15 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci  
UN:01 Typ podvozku: Standard  
UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku  
Postranice a čela  
SR:06 Postranice: Průběžné spustitelné 3 profily, hliníkové  
SP:00 Středové zábrany: Bez držáků nožních protektorů  
MH:00 Vstávací madla: Bez mobilizačního madla  
XT:01 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy  
BF:00 Fixace čel: Odnímatelná čela bez fixace  
BE:40 čela: Design H05 Thema - HPL odnímatelné s AL sloupky  
CD:Y5 Barva dekoru: POLYREY M091 Merisier Ambré  
CD2:00 Barva dekoru: Lůžko bez masivu  
Ochranné prvky a držáky  
BP:10 Rohová kolečka: Ochranné rolny fixované  
BV:00 Svislá ochranná kolečka: Bez svislých ochranných koleček  
LS:01 Polička na lůžkoviny: Polička na lůžkoviny  
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
Elektrická zařízení a komunikace  
VO:01 Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz  
PL:01 Síť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F)  
PE:05 Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem  
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ6 , 3 sloupky  
PA:09 Pohony ložné plochy: 2 lineární motory, zádový zesílený s odblokováním CPR, rastr  
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s indikátorem stavu

Zakázka: 10000796  
 Objednávka zákazníka: Cenová nabídka

Poz.	Zkratka položky	Název položky	Množství	Cena/MJ	Sazba	DPH	Celkem netto
	Zákaznický kód	Popis	Dodací termín		Sleva	Před slevou	Celkem brutto
		NC:01 Sesterský ovladač: Supervisory panel s pamětmi poloh HC:18 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítlnou bez podsvícené klávesnice, plug and play adaptér OC:00 Jiné ovladače a řídící systémy: Bez dalších ovladačů NL:02 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka AL:00 Alarmy: Bez alarmu Další vlastnosti JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola LB1 :00 Štítky: Standard PG:01 Balení: Standard A1:00 Dopl. příslušenství 1: Bez doplňujícího příslušenství AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka LY:01 Layout návodu: Linet LA:02 Jazyk návodu na použití: Čeština					
20	4PRG21100AS	Matrace pasivní CliniCare 10	2 KS	5 200,00	15%	1 560,00	10 400,00 CZK
					0%	5 200,00	11 960,00 CZK
		matrace pasivní model: CliniCare 10 provedení: - Antidekubitní monolitická matrace s preventivním účinkem proti dekubitům- Nosnost: 200 kg (ve standardních rozměrech) - Váha matrace: 13 kg (ve standardních rozměrech) - Druh pěny: PU a Visco - Možnost převrácení: NE - Možnost rotace: ANO - Prořezy na spodní straně: ANO - Profilace kontaktní vrstvy: ANO - Potah matrace: voděodolný, 360° - Technologie vazby potahu: svařování a sešívání - Ochrana zipu: ANO - Návod na použití: CZ, EN, DE, ESP rozměry: - 200x86x1 4 cm					
30	11011430A0000	hrazda napřimovací, EN60601-2-52, lakováno,RAL9006	2 KS	960,00	15%	288,00	1 920,00 CZK
					0%	960,00	2 208,00 CZK
		hrazda napřimovací pro pohyblivá čela - max. zatížení - 75kg - barva RAL 9006 Praktika 2, Calma, Terra, Novos, Image 3, Latera, Smart s pohyblivým hlav, čelem					
40	4ROTGERSG700-2	plastová rukojeť	2 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
					0%	0,00	0,00 CZK
		rukojeť plastová provedení. - plastový trojúhelník - barva šedá - výškově nastavitelná pomocí textilního pásku - k zavěšení na hrazdu lůžka					
50	VS051	ostatní tržby	1 KS	0,00	0%	0,00	0,00 CZK
					0%	0,00	0,00 CZK
		Školení Moving & Handling					
60	NS123	Dopravné prodej tuzemsko	1 KS	5 800,00	15%	870,00	5 800,00 CZK
					0%	5 800,00	6 670,00 CZK

## SOUHRN

Celkem netto		132 904,00
Výstupní DPH	15,000 %	19 935,60
Celkem brutto		152 839,60

---

Zakázka:	10000796
Objednávka zákazníka:	Genová nabídka

---

**OSTATNÍ PODMÍNKY:**

- 1 Termín "brutto cena" znamená cenu s DPH, termín "netto cena" cenu bez DPH.
- 2 Firma Linet je zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163.
- 3 Záruční doba: 24 měsíců od data dodání (záruka se nevztahuje na akumulátory).

Veřejná zakázka malého rozsahu:

**Dodávka pečovatelských lůžek**

Dokument:

**Technická specifikace**

- Pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním a laterálním náklonem  
*dodání 2 ks*
- Matrace k pečovatelskému lůžku s elektrickým polohováním a laterálním náklonem  
*dodání 2 ks*
- Hrazda a rukojeť k pečovatelskému lůžku s elektrickým polohováním a laterálním náklonem  
*dodání 2 ks + 2 ks*

Typ, označení nabízeného lůžka a matrace:
Lůžko Latera Thema
Matrace CliniCare 10

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry nabízeného lůžka		
		ano <sup>11</sup>	ne <sup>11</sup> ..	parametry <sup>2</sup>
<b>Pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním a laterálním náklonem</b>				
1.	Určení: <i>Pečovatelské lůžko s elektrickým polohováním a laterálním (bočním) náklonem v hliníkovém provedení s dřevěným HPL s dekorem merisier ambře pro klienty, kteří vyžadují dlouhodobou péči.</i>	ANO		
2.	Vnější rozměry: ■ 101- 106 cm x 200 - 220 cm	ANO		102,5 x 219 cm
3.	Ložná plocha: ■ dle konstrukce lůžka (85- 90 cm x 200 - 215 cm)	ANO		86 x 200 cm
4.	Bezpečné zatížení: ■ minimálně 230 kg	ANO		250 kg
5.	Hmotnost lůžka: ■ maximálně 170 kg (bez příslušenství)	ANO		160 kg
6.	Podvozek: ■ sloupová konstrukce - 3 sloupy, mechanické CPR záďové části	ANO		
7.	Polohování a zdvih: ■ polohování roštu záďové a stehenní části a výškové nastavení ložné plochy elektromotorem ■ dva ovladače, sesterský pro personál a osobní pro klienta se základními funkcemi, pro klienta s možností elektronického uzamčení jednotlivých funkcí dle potřeby, předdefinovatelné funkce s piktogramy (kardiacké křeslo, Trendelemburk, Antitrendelemburk, vyšetřovací poloha, laterální náklon na obě strany, CPR, mobilizační poloha) ■ polohování lýtkové části mechanické • synchronní pohyb záďového a stehenního dílu ■ náklon záďového dílu 60 - 70 ° ■ náklon stehenního dílu 30 - 35 ° ■ náklon do laterální polohy 15 - 16 ° ■ dvojitá autoregrese záďového a stehenního dílu ■ výškový zdvih ložné plochy v rozmezí 43 - 81 cm	ANO		
8.	Rám ložné plochy:	ANO		

	■ 4 dílný			
9.	Pojízdnost a brzditelnost v jakékoliv výškové pozici	ANO		
10.	Centrální ovládání koleček	ANO		
11.	Kolečka: ■ <i>minimální průměr 150 mm</i>	ANO		<b>150 mm</b>
12.	Postranice: ■ <i>minimálně dvě výškové úrovně</i> * <i>postranice 3 průběžné z hliníkových profilů s možností prodloužení až o 15 cm, možnost i šikmého náklonu postranic</i>	ANO		
13.	Připravenost na prodloužení ložné plochy	ANO		
14.	Povrchová úprava kovových částí ■ <i>prášková barva, lak</i>	ANO		
15.	Čelalůžka: <i>Zvýšené hlavové a nožní čelo z hliníkových profilů s madlem, čelo musí mít možnost oddělitelnosti od lůžka bez použití nástroje pro lepší přístup k nohou a hlavě klienta.</i>	ANO		
16.	V hlavové části 2 pouzdra pro uchycení příslušenství (držák hrazdy, infuze)	ANO		
17.	Náhradní zdroj: <i>Lůžko musí být vybaveno náhradním zdrojem v případě výpadku el. proudu - náhradní baterie umístěná u ložné plochy.</i>	ANO		
18.	Hrazda s rukojetí • <i>dle typu lůžka</i>	ANO		
19.	Lůžko musí splňovat bezpečnostní normu ČSNEN 60601-2-52	ANO		
<b>Jednostranná preventivní antidekubitní matrace, prevence IV.</b>				
1.	Rozměry: ■ <i>délka a šířka dle rozměrů ložné plochy lůžka (min. 85 x 200 cm)</i> ■ <i>tloušťka min. 14 cm</i> * <i>odpovídající prevenci rizika IV, nosnost min, 180kg</i> ■ <i>možnost rotace matrace při umístění na lůžku (nohy, hlava)</i>	ANO		<b>86 x 200 cm</b>
2.	Materiál jádra a okrajů: <i>Vrchní část matrace rozdělená na tři díly, složená ze dvou polyuretanových pěn a jedné termoelastické pěny s různou profilací pro vyšší měkkost a prevenci dekubitů v rizikových partiích.. Spodní vrstva vysoce nosná, na spodní straně s prořezy pro optimalizaci matrace při polohování ložné plochy.</i>	ANO		
3.	Materiál odnímatelného potahu: ■ <i>potah se zipem po celém obvodu a okapničkou proti zanešení nečistot do vnitřku matrace, navíc s transportními úchyty</i> ■ <i>vlastnosti (omyvatelný, paropropustný, voděodolný povrch, pružný ve všech směrech)</i> ■ <i>potah matrace musí být ve spojích svařovaný, zip 360°</i>	ANO		

Poznámky:

1) Zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)

2) Vypsát skutečné parametry

V Želevčicích dne ..... 2021



.....  
podpis