

Kupní smlouva č. K002/2021

Článek I. Smluvní strany

1. Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

se sídlem Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, PSČ 393 38

IČ: 00511951

DIČ: CZ00511951

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 466

Statutární zástupce: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. ú.: 174-401202834/0600

(dále jen „kupující“)

2. Electric Medical Service, s.r.o.

se sídlem Brno, Ledce 74, 664 62

IČ: 49970267

DIČ: CZ49970267

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13525

Statutární zástupce: Petr Podloucký, jednatel

Bankovní spojení: Citibank a.s., č. ú.: 2520450100/2600

(dále jen „prodávající“)

Článek II Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je nákup 1 ks nového ultrazvukového přístroje vyšší střední třídy, a to **LOGIQ P9, výrobce GE Healthcare** pro Urgentní příjem, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

1. Předmětem smlouvy je závazek Prodávajícího dodat přístrojové vybavení ve věcném rozsahu a s technickými parametry dle nabídky prodávajícího (dále jen „přístroj“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k přístroji, a dále závazek Prodávajícího:
 - provést instalaci přístroje a uvést je do trvalého provozu včetně zajištění a zprovoznění všech spojení,
 - zaškolit obsluhu v rozsahu zaškolení v rámci instalace zařízení a provést zaškolení obsluhy u všech zadavatelem určených pracovníků,
 - realizovat veškeré potřebné práce a činnosti nutné ke splnění závazků Prodávajícího dle této smlouvy,
 - provádět záruční servis dle podmínek stanovených touto smlouvou,
 - provádět po dobu záruky bezplatně bezpečnostně technické kontroly (dále jen „PBTk“) v intervalu dle doporučení výrobce (minimálně však 1 x ročně),

- prodávající je povinen zajistit nástup servisního technika max. do 24 pracovních hodin od nahlášení závady, pro tyto účely se pracovními hodinami rozumí Po-Pá, 8.00 - 17.00 hod,
- maximální doba uvedení přístroje do provozu musí činit:
 - bez náhradních dílů - 2 pracovní dny od nástupu servisního technika,
 - s dodávkou náhradních dílů - 5 pracovních dní od nástupu servisního technika,

a závazek Kupujícího zaplatit sjednanou kupní cenu a poskytnout součinnost nezbytnou ke splnění závazku prodávajícího.

2. Spolu s přístrojem je dodavatel povinen předat veškeré doklady, které jsou potřebné k používání vybavení a které osvědčují splnění legislativních technických požadavků na předmět plnění, jako např. návody k použití v českém jazyce jak v listinné tak elektronické podobě, záruční listy, příslušné certifikáty, atesty, prohlášení o shodě (certifikáty CE) osvědčující, že výrobky jsou vyrobeny v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, a to jak pro přístroj, tak pro jejich příslušenství.
3. Prodávající zároveň prohlašuje, že předmět kupní smlouvy splňuje veškeré požadavky kupujícího stanovené v souboru Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ultrazvukový přístroj vyšší třídy“.

Článek III.

Cena a platební podmínky

1. Kupující zaplatí prodávajícímu za předmět smlouvy, v souladu s podmínkami této smlouvy, kupní cenu uvedenou dále.
2. Kupní cena dodávky předmětu smlouvy činí **1.074.300,- Kč bez DPH**. K takto sjednané ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené právním předpisem k datu poskytnutí zdanitelného plnění. Cena za předmět smlouvy včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí k datu podpisu této smlouvy 1.299.903,- Kč.
3. Kupní cena předmětu smlouvy je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady prodávajícího (např. dopravné do místa plnění, pojištění zásilky, celní, bankovní a ostatní poplatky apod.).
4. Zaplacení kupní ceny bude provedeno na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený v něm uveden. Lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů bude uváděna na daňovém dokladu. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v článku 3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235 /2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy prodávající stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že kupující uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Kupujícím takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované prodávajícím.

Článek IV. Místo a doba plnění

1. Předmět smlouvy bude dodán a instalován na Urgentní příjem, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
2. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat přístroj max. do 21. května 2021.
3. Přístroj bude řádně předán kupujícímu v místě plnění včetně příslušných dokladů, které se k dodávanému zařízení vztahují. Přijetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Prodávající bude Kupujícímu avizovat dodání přístroje na místo plnění nejpozději 5 dnů předem. Přístroje budou dopraveny ve vhodném balení tak, aby při běžných podmínkách přepravy, manipulace a skladování byly řádně chráněny před poškozením.
5. Prodávající bude provádět instalaci přístrojů v místě plnění. Kupující zajistí přístup pro osoby provádějící instalaci do prostorů jejího uskutečnění v požadovaném rozsahu.
6. Instalace bude Prodávajícím prováděna podle vlastního technologického postupu. Při provádění instalace je Prodávající povinen dodržovat veškeré požární předpisy, předpisy BOZP a vnitřní předpisy Kupujícího vztahující se k instalaci předmětu plnění, které Kupující Prodávajícímu poskytne před zahájením instalace.

Článek V. Záruka, odpovědnost za vady

1. Prodávající se zavazuje, že plnění bude poskytnuto za účelem a v kvalitě sjednané mezi smluvními stranami.
2. Prodávající se zavazuje, že během záruční doby bude provádět PBTk (provozní bezpečnostně-technické kontroly) na vlastní náklady.
3. Zjištěnou vadu reklamuje kupující telefonicky nebo písemně.
4. Záruční doba poskytovaná na předmět plnění je v délce 24 měsíců od podpisu předávacího protokolu.

Článek VI. Smluvní sankce

1. V případě, že Prodávající nedodrží sjednaný termín dodání přístroje dle domluvy s Kupujícím, má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že Kupující nedodrží dobu splatnosti faktur dle čl. III. této smlouvy, má Prodávající právo požadovat úrok z prodlení ve výši dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvním stranám vzniká právo na náhradu škody způsobenou porušením smluvních povinností druhou stranou. Toto právo není dotčeno úhradou smluvních pokut a úroků z prodlení.

Článek VII. Prohlášení Prodávajícího

Prodávající prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5. Odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující a splnění této povinnosti doloží Prodávajícímu. Současně bere Prodávající na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
4. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo přílohy ke smlouvě musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísní ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pelhřimově dne 19.4.2021

V Brně dne 8. 4. 2021

Nemocnice Pelhřimov
příspěvková organizace
ředitel
Slovanského bratrství 710
393 38 PELHRIMOV
IČO: 00 51 19 51

Kupující

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, ředitel

Podloucký

Prodávající

Petr Podloucký, jednatel



Electric Medical Service, s.r.o.
664 62 Ledce 74
DIČ: CZ49970267

Příloha č. 1 Technická specifikace/kupní smlouvy

Předmět plnění	počet ks	cena v Kč včetně DPH
Ultrazvukový přístroj vyšší střední třídy	1	1.299.903,- Kč

Pokyn pro prodávajícího: Prodávající vyplní všechna prázdná pole, vyjma polí označených symbolem "X".

Ve sloupci "Způsob splnění podmínky" prodávající uvede konkrétní hodnotu či způsob splnění podmínky tak, jak nabízený přístroj podmínku splňuje.

Název a označení přístroje nabízeného dodavatelem (výrobce, řada, typové označení)	LOGIQ P9 (výrobce GE Healthcare)
---	----------------------------------

Podmínka	splňuje (Ano/Ne)	způsob splnění podmínky
Základní charakteristika		
monitor s úhlopříčkou min. 21,5"	ANO	21,5"
4 aktivní konektory pro připojení 2D/3D sond	ANO	X
stranově i výškově nastavitelný ovládací panel	ANO	X
dotykový pomocný displej o úhlopříčce min. 10"	ANO	10,4"
Požadovaná zobrazení		
B-mode v základních frekvencích	ANO	X
harmonické zobrazení na všech sondách	ANO	X
spektrální doppler - PW	ANO	X
kontinuální doppler - CW	ANO	X
barevné dopplerovské zobrazení (CFM)	ANO	X
výkonový a směrový výkonový doppler (direkcionální power doppler - PDI)	ANO	X
barevné mapování toku se zvýšenou citlivostí - např. HD-flow, Dynamic flow	ANO	Bflow Color

zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi subtrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek	ANO	X
barevná a pulzní tkáňový doppler	ANO	X
Technické parametry		
SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v radiologii	ANO	X
HW klávesnice - integrovaná - zasouvací	ANO	X
měření jak v live, tak ve zmrazeném obraze	ANO	X
automatické měření parametrů dopplerovského spektra	ANO	X
automatické optimalizace 2D, TGC a dopplera	ANO	X
ZOOM - prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom)	ANO	X
ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom)	ANO	X
DICOM 3.0 plná konektivita	ANO	X
modul pro odrušení ultrazvukových spekál s možností nastavení úrovně v min. 5-krocích v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem	ANO	X
modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení až ve 4 úrovních v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem	ANO	X
archivace hrubých dat, správa patientských dat a archivace obrázků a smyček - systém musí archivovat všechna provedená vyšetření a digitálním formátu hrubých dat (s možností zachování obrazových parametrů, možností měření na uložených datech ve 2D a dopplerovy včetně změny korekčního úhlu) a windows formátů (JPG, AVI, WMA, BMP) na harddisk a DVD/CD-RW, 2 USB porty, snadné zálohování uložených dat	ANO	X
systém musí být velmi mobilní, váha cca 70 kg	ANO	68 kg
podpora sond typu matrix (více-elementové sondy s uspořádáním krystalů-piezelektrických elementů v několika řadách nad sebou, min. 1 000 elementů - piezelektrických krystalů) - <i>uveďte typ sond(y)</i>	ANO	ML6-15-RS
podpora 2D sond typu single crystal - <i>uveďte typ sond(y)</i>	ANO	3Sc-RS
možnost software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy a kontrastní zobrazení, analýza ve formě TIC křivek, nutná funkcionalita i na archivovaných datech	ANO	X
možnost zobrazení pomocí kontrastních látek na lineárních, konvexní a fázové sondě	ANO	X

podpora volumové navigace (fúzi) s dalšími zobrazovacími modalitami (CT, MR, UZ) na monitoru přístroje - možnost porovnání nálezů z USG s nálezy načtenými do přístroje ve formátu DICOM z dalších zobrazovacích modalit (např. CT, MRI, ...)		X
SWE Shear Wave alestografie	ANO	X
integrovaná baterie pro možnost skenování bez připojení k elektrické síti	ANO	X
Sondy		
lineární sonda, frekvence min. 2-11 MHz, harmonické zobrazení, cévní aplikace, harmonické zobrazení	ANO	L3-12-RS
konvexní sonda, frekvence min. 1-6 MHz, abdominální aplikace, harmonické zobrazení, včetně bioptického kitu	ANO	C1-5-RS
fázová kardiologická sonda typu single crystal, frekvence min. 1-5 MHz	ANO	3Sc-RS
možnost připojení stávající jícnové sondy 6Tc-RS (výrobce GE Medical System) nebo dodání nové	ANO	6Tc-RS

V Brně dne 8. 4. 2021

Podloucký

Petr Podloucký, jednatel

EMS
 Electric Medical Service, s.r.o.
 664 62 Ledce 74
 DIČ: CZ40070767

