

Technická specifikace	ano/ne	poznámka
<b>1.1. Technická specifikace</b>		
• Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci. Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení jejich kvality.	ano	
• Nástroje musí být nové, nepoužité a nerepasované.	ano	
• Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli standard <b>X20Cr13</b> .	ano	
• Nástroje, které jsou zdrav. prostředky musí být opatřeny CE značkou v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích.	ano	
• Na nabízené nástroje, které jsou zdravotnickými prostředky, musí být vydáno a doloženo nejpozději před podpisem smlouvy prohlášení o shodě	ano	
• Nabízené nástroje musí mít ergonomický tvar, opracované, hladké, zaoblené hrany.	ano	
• Branže nástrojů musí mít hladký jemný povrch, aby nedocházelo k traumatizaci tkání.	ano	
• Nabízené nástroje nesmí odrážet při chir. zákroku světlo.	ano	
• Nabízené nůžky musí být z nerezové oceli, <b>tvrdost min. 52 HRC</b> , tvrdokov na střížné hraně nůžek musí mít <b>tvrdost min. 59 HRC</b> (bude doloženo prohlášením výrobce).	ano	
• Nabízené svorky – peány musí mít tvrdost oceli <b>min. 44 HRC</b> (bude doloženo prohlášením výrobce).	ano	
• Nabízené nástroje s tvrdokovem musí mít v pracovní branži vsazený karbidový plát, který bude výrazně opticky odlišen.	ano	
• Tvrdokovové chir. nástroje musí být barevně odlišeny.	ano	
• Ligaturové nůžky musí být barevně odlišeny.	ano	
• Ligaturové nůžky musí mít vroubky proti vyjždění ligatur.	ano	
• Titanové nástroje musí být barevně odlišeny nebo označeny tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o titanový nástroj	ano	
• Odchytky od požadovaných parametrů nástrojů - tolerance:	ano	
celková délka nástrojů $\pm 0,5$ cm,	ano	
délka pracovních branží $\pm 1$ mm,	ano	
šířka branží na proximálním i distálním konci – bez tolerance odchytky	ano	
• Každý jednotlivý nástroj bude při dodání zadavatelé označen <b>CE značkou</b> , <b>katalogovým číslem</b> a strojově čitelným kódem typu <b>2D Datamatrix gravírovaný laserem</b> (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo	ano	
<b>1.2. Součást dodávky</b>		
• Součástí dodávky musí být návod na obsluhu k nabízeným nástrojům v ČJ 1 x v listinné podobě, 1 x na CD v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích. Návod musí obsahovat informace o správném použití nástroje (určený účel, doporučený způsob ošetření po použití včetně dekontaminace, dezinfekce, sterilizace). V případě, že výrobce stanovil, že pro bezpečné používání nabízeného zboží není návod k použití potřeba, účastník ve své nabídce tuto skutečnost doloží čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou jednat za účastníka, v tomto případě při dodávce nástrojů dodá informace o správném použití a ošetřování nástroje.	ano	
• Součástí nabídky musí být popis a vyobrazení nabízeného zboží	ano	
<b>1.3. Servisní podpora</b>		<b>kontaktní údaje autorizované osoby provádějící servis dodaných nástrojů</b>
• Součástí dodávky nástrojů bude bezplatně zajištění oprav včetně dodávky potřebných náhradních dílů zdarma po celou dobu záruky. Účastník uvede ve své nabídce kontaktní údaje autorizované osoby provádějící servis dodaných nástrojů.	ano	
<b>Délka záruční doby minimálně 24 měsíců, na nástroje s tvrdokovem minimálně 36 měsíců (záruka se vztahuje I na ostrost branží).</b>	ano	

Ing. Robert  
Ludvík

Digitálně podepsal  
Ing. Robert Ludvík  
Datum: 2020.12.10  
19:39:23 +01'00'