


Příloha č. 1

| Technická specifikace – motorizovaná podložka hlavy  |
|--|
| - Rozsah motorizovaného pohybu +22° / -37° od roviny operační desky  |
| - Ovládání motorizovaného pohybu nožním spínačem   |
| - Plná kompatibilita s operační deskou 1150.30 ke stolu Otesus (vybavení klinik)   |
| - Sada obsahuje: 1 ks motorizovaně pohyblivé hlavové podložky, 1 ks nožního spínače, 2 ks dobíjecích akumulátorů, 1 ks nabíječky akumulátoru |
| - Počet: 2 sady  |

PRODÁVAJÍCÍ:

KUPUJÍCÍ:



5