



Objednávka č.: DIS2101367

DIS2101367

VYŘIZUJE Heroldová Pavlína

☎ 588 442 281
FAX 588 442 529
E-MAIL Pavlina.Heroldova@fnol.cz

DATUM 23.3.2021

Electric medical serv

Videňská 55
63900 Brno - Štýřice

Druh faktury FNOL:

-- Objednáváme u Vás opravu: Zahájením objednané práce nebo přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost.

Prosíme o zaslání faktury do 10 dnů od provedené opravy. Prosím o písemné zdůvodnění čím byla oprava způsobena, Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající.

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I023632-000	85703SU7	PŘÍSTROJ ULTRAZVUKOVÝ	Logiq P5

Rok výroby: 2008 Cena pořizovací: 899795,0000 Cena zůstatková: 8998,0000

Rukojeť abdominální sondy odhalena; Poškozený obal rozhraní rukojeti abdominální sondy a kabelu. Děkuji

Středisko: Porodnicko-gynekologická kl.: JIP 19 (porodní sál)

NS: 0832

Kontakt: Bc. Martina Andrésová, tel. 588 444 122

*Při částce nad 20 000,- Kč s DPH zašlete podrobnou CN ke schválení. FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme do evidence zadávat doklady se splatností nižší ani vyšší, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba splatnosti. Faktury zasílejte elektronicky na fin@fnol.cz, 3-10 dnů po provedení práce. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. Při nedodržení podmínek v objednávce, vám faktura bude vrácena zpět.

VYSTAVIL: