

## PRACOVNÍ VÝKAZ číslo: 0110

Odběratel, adresa:  
**IKEM**  
 Vilemšská 1958/9  
 140 21 Praha 4

Zařízení: **DIGITERM (IMUNOGENETIKA 24)**  
 inv. č.:  
 číslo odpočtu:  
 kód opravy:  
 objednávka, HS: **02T170 11 65**

Provedená práce		Cestovní náklady			položka	Popis provedené práce (dodávky)	cena podle ceníku bez DPH
Datum	hod.	příjezd km	odjezd km	Čas strávený na cestě/hod			
9.2.2018						Kalibrace teplotního měřicího systému monitoringu teplot Digiterm. Kalibrace byla provedena ve třech teplotních bodech kalibrování zahrnující: LEDNICE 16: MRAZÁK 5 LEDNICE 12: MRAZÁK 17: MRAZÁK 13: MRAZÁK 3: MRAZÁK 6: MRAZÁK 7: LEDNICE 48: MRAZÁK 11: MRAZÁK 15: MRAZÁK 2: LEDNICE 1: MRAZÁK 9: MRAZÁK 14: MRAZÁK 4: TĚLOTA MĚSTNOSTI 1015	
Celkem							

Vyúčtování		Cena celkem podle ceníku bez DPH	
Práce (hod):	á		
Cena podle ceníku:			
Materiál celkem:			
Cestovné (km):	á		
Cestovné (čas):	á		
<b>Cena celkem bez DPH</b>			
* platba: hotově / bank. převodem			

Cena je plně zahrnutá v nabídce NA-11-439-2017a, která je součástí objednávky.

Podpis odběratele:	Dodaný materiál:		počet:	CZK / EUR	Podpis dodavatele:
	Celkem materiál bez DPH				

Př hotovostní platbě slouží výkaz jako příjmový platební doklad. \* nehodí se škrtněte.