

Objednatel:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Dodavatel:	Carl Zeiss spol. s r.o.
Adresa:	Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava	Radlická 14/3201 150 00 Smíchov	
IČO:	00635162	IČO:	49356691
DIČ:	CZ00635162	DIČ:	CZ49356691
Registrace:	č.j. MSK/145593/2014 ve znění následných rozhodnutí o registraci		
Banka:	0300 - Československá obchodní banka, a.s.		
Číslo účtu:	374027793/0300		
Objednávací značka:		Datum vystavení:	27.4.2021
Příjemce - místo dodání:	Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace	Termín dodání:	
Nemocniční 898/20A		Způsob dodání:	
728 80 Ostrava		Spolnost dní:	30

mnof.cz

č.ř.	Název: Kontakt:	Inv. č.:	Výr. č.:	Umístění:	Oddělení:	Odhad ceny
1	MIKROSKOP OPERAČNÍ OPMI OPMI PENTERO <i>Příslušenství: Infared 800- modul properoperačníangiografii</i> <i>Příslušenství: Blue 400 - modul pro vizualizaci tumorů</i>	DM804157	6631420949	302581-9245 302581-9050	NCH-Operační sál	25 000,00
2	MIKROSKOP KINEVO 900 KINEVO 900 <i>Příslušenství: MIKROINSPEKČNÍ NÁSTROJ QEVO</i>	DM805857	6640101857	7212101335	NCH-Operační sál	37 510,00
Celkem s DPH:						62 510,00

Objednáváme u Vás provedení pravidelné bezpečnostně technické kontroly (PBTK), v rozsahu nezbytném ke splnění požadavků § 65 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, a normy ČSN EN 62 353. Provedte také vysátí prachových částic. Bude-li nutné před PBTK provést opravu zdravotnického prostředku (ZP) dle §66 zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, požadujeme její provedení. Pokud bude předpokládána cena PBTK vyšší, nebo tato oprava vyvolá navýšení ceny, žádáme o zaslání cenové nabídky ke schválení.

Protokoly předejte na Oddělení biomedicínského inženýrství (OBMI), nebo přiložte k faktuře. Můžete použít i vlastní formulář, ale musí obsahovat údaje dle uvedené ČSN EN 62 353 (příloha G). Servisní listy, o provedeném PBTK, si nechejte schválit odpovědným klinickým oddělením a informujte odpovědnou osobu klinického oddělení o stavu ZP (obzvlášť tehdy, pakliže pro závady přístroj nevyhověl)!

Zkontrolovaný přístroj prosím označte nálepkou o provedené odborné údržbě (neplatí pro ZP podléhající procesu sterilizace)!

Objednatel si vyhrazuje právo na vyřazení jednotlivých ZP ze seznamu i po odeslání objednávky.

Termín své návštěvy dohodněte minimálně týden předem na příslušném oddělení (spojovatelka: 59 619 1111) a poté termín oznamte na OBMI. Bez předběžné dohody o termínu návštěvy Vám nemusí být umožněn vstup na oddělení. Odepření vstupu na oddělení, pro nedohodnutý termín návštěvy, nezakládá nárok na zaplacení zmařené cesty.

Před příchodem na pracoviště v MNO, p.o. je technik povinen na OBMI vyzvednout návštěvní visačku pro vstup na klinické oddělení a předat certifikát od výrobce, že je oprávněn provádět na daném ZP servisní zásah či instruktáž. Po ukončení práce je technik povinen návštěvní visačku vrátit na OBMI. Nedodržení tohoto postupu servisním technikem se považuje za vadu odvedeného díla, která musí být odstraněna před uhrazením faktury.

Žádáme, aby protokol o PBTK, servisním zásahu či instruktáži, byl dodán také s potvrzeným certifikátem od výrobce, že osoba, která servisní zásah či instruktáž provedla, je oprávněna provést tyto úkony, a to tehdy, pakliže certifikáty nepředala na OBMI, jelikož byly tyto úkony provedeny mimo pracovní dobu OBMI.

