

SERVISNÍ SMLOUVA č. 091/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

objednatelem: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Kyjevská 44

532 03Pardubice

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

v oddílu B, vložka 2629

zastoupená generálním ředitelem a předsedou představenstva MUDr. Tomášem Gottvaldem a místopředsedou představenstva Ing. Petrem Rudzanem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

č. ú.: 43-608413247/0100

a

zhotovitelem: **AUDIOSCAN, spol. s r. o.**

Oldřichova 107/50

128 00 Praha 2

IČO: 40615421

DIČ:CZ40615421

zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze

v oddílu C, vložce 3018

zastoupená jednatelem Ing. Lubomírem Jandou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4

č. ú. 192043-071/0100

1. Předmět servisní smlouvy

1. 1. Zhotovitel, zastupující firmu TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS B. V. v České republice, si je plně vědom důležitosti rychlého a spolehlivého servisu. Úspěšnost tohoto servisu, ale také velice záleží na maximálním porozumění a spolupráci mezi zhotovitelem a objednatelem. Proto tato smlouva vymezuje práva a povinnosti obou stran pro zabezpečení pravidelné údržby a servisu na telefonické zavolání, umožňující neoptimálnější využití přístrojů, specifikovaných touto smlouvou.

1.2. Tato smlouva vychází z „Kupní smlouvy na dodávky 2 CT a 1 MR pro Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. a na poskytnutí prací, služeb a výkonů souvisejících“, ze dne 22. 12. 2009, mezi výše uvedenými subjekty, článku VII., který se zabývá podmínkami záručního a pozáručního servisu, ze Servisní smlouvy č. 064/2013 uzavřené mezi uvedenými subjekty dne 6. 1. 2013. Tyto podmínky jsou ze strany objednatele a zhotovitele dodržovány.

1.3. Předmětem této smlouvy je pozáruční servis:

1.3.1. **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION ONE**, umístěn v Pardubické nemocnici, specifikace viz Příloha č. 1.

1.3.2. **přístroje magnetické rezonance Vantage ZGV s celotělovým snímáním ATLAS**, umístěn v Pardubické nemocnici, specifikace viz Příloha č. 2.

1.3.3. **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION 64**, umístěn v Pardubické nemocnici, specifikace viz Příloha č. 3.

1.3.4. **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION 64**, umístěného v Litomyšlské nemocnici, J. E. Purkyně, 570 14 Litomyšl, specifikace viz Příloha č. 4.

2. Závazky zhotovitele

2.1. Pravidelná preventivní údržba

2.1.1. Pravidelná preventivní údržba představuje bezpečnostní kontrolu přístroje dle platných právních předpisů (BTK), nastavení, seřízení, promazání, kalibraci a všeobecnou údržbu nutnou pro spolehlivý provoz.

2.1.2. V ceně poskytuje zhotovitel objednateli vedení knihy přístroje, instalace povinných FMI od výrobce zahrnujících zlepšování parametrů zdravotnického přístroje (ZP) a odstraňování systémových chyb, náklady na dopravu servisních techniků na pracoviště objednatele.

2.1.3. Zhotovitel se zavazuje provádět pravidelnou preventivní údržbu přístrojů uvedených v bodu **1. 3.** v délce jednoho dne v intervalu 1 x za měsíc, tj. 12 servisních kontrol za rok. Tyto úkony budou prováděny v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod.

2.1.4. Datum návštěvy pro pravidelnou údržbu bude dohodnut mezi smluvními stranami vždy v dostatečném předstihu, nejméně však 14 pracovních dnů předem.

2.1.5. Nástup na provádění pravidelné preventivní údržby zhotovitel vždy oznamuje na hot line objednatele 466 011 802.

2.2. Servis na oznámení závady

2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provádět po dobu platnosti této smlouvy servisní činnost na základě oznámení objednatele o závadě na přístroji uvedeném v této smlouvě. Zhotovitel garantuje zprovoznění zařízení do 3 pracovních dnů, v případě potřeby dovozu náhradních dílů ze zahraničí do 6 pracovních dnů, pokud nenastane zdržení dodávky náhradních dílů v důsledku vyšší moci. V takovém případě dohodnou smluvní strany prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této

smlouvy bude v pracovní dny od 8:00 hod. do 17:00 hod. objednateli poskytovat prostřednictvím servisního oddělení zhotovitele telefonické konzultace týkající se předmětu smlouvy v neomezeném rozsahu (Linka servisní podpory). Tyto podmínky neplatí v případě kompletního úniku Helia (QUENCH) z chladicího systému magnetické rezonance. Zde doba závisí na dodavateli helia a době opětovného nastavení ZP, což bývá 5 pracovních dnů. Helium do magnetické rezonance bude objednáváno vždy samostatně.

2.2.2. Do smluvní doby se započítává den hlášení poruchy, je-li porucha nahlášena do 9.00 hod. pracovního dne.

2.2.3. Zhotovitel se zavazuje k provádění výše uvedeného servisu v pracovní dny během pracovní doby v době od 8,00 do 17,00 hod.

2.2.4. V případě, že nebude dodržen termín zprovoznění přístroje uvedený v bodě 2.2.1., objednatel je oprávněn snížit měsíční platbu za daný přístroj v příslušném měsíci o 10 % za každý pracovní den prodlevy.

2.2.5. Objednávku servisního zásahu může zaslat zhotoviteli pouze zaměstnanec Odboru zdravotnické techniky a metrologie objednatele. Na objednávce bude odběratelem specifikováno umístění zdravotnické techniky a kontaktní osoba.

2.2.6. Odpovědní zástupci za objednatele:

Zástupcem Odboru zdravotnické techniky a metrologie na straně objednatele je **xxx**, tel. **xxx**, e-mail adresa **xxx**

2.2.7. Objednávka servisního zásahu bude tlf. oznámena na Linku servisní podpory zhotovitele **xxx**, písemně na e-mail adresu pro ct přístroje **xxx**, pro MRi na **xxx**.

2.2.8. Záruční doba na servisní práce činí 3 měsíce od provedení opravy a na dodaný materiál 6 měsíců od provedení opravy.

2.3. Všeobecné podmínky.

2.3.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění předmětné činnosti dle této smlouvy vnitřní předpisy objednatele, zejména předpisy PO, BOZP, ostrahy objektu apod.

2.3.2. Zhotovitel se též zavazuje k vykonávání činnosti ve prospěch objednatele v tom smyslu, že bude volit rychlé a cenově nejvýhodnější řešení při zachování kvality. Bude navrhopvat a po odsouhlasení objednatelem i realizovat případná nová řešení pro zlepšení provozu zařízení. Rozsáhlejší úpravy budou řešeny písemným dodatkem k servisní smlouvě, případně smlouvou samostatnou.

2.3.3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody způsobené objednateli při provádění předmětné činnosti dle této smlouvy či v přímé souvislosti s touto činností.

V případě škody způsobené třetí osobě zdravotnickou technikou uvedenou v seznamu zdravotnické techniky v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo dle objednávky opravy, hradí veškeré náklady spojené s opravou zdravotnické techniky zhotovitel ze sjednaného pojištění.

2.3.4. Zhotovitel je povinen provádět servisní péče o předmětnou zdravotnickou techniku v souladu s požadavky uvedenými v zákoně č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění. Současně je zhotovitel povinen provádět servisní péči dle požadavků výrobce předmětné zdravotnické techniky uvedených v návodu na obsluhu zdravotnické techniky.

Veškeré servisní činnosti musí být provedeny dle platných právních předpisů ČR a technických a jiných norem, vztahujících se na předmětnou zdravotnickou techniku z hlediska jejího charakteru a způsobu užití, a to vždy v řádném požadovaném termínu ze strany objednatele tak, aby byly dodrženy požadavky stanovené v ust. § 65 zákona č. 268/2012 Sb., tj. **odborná údržba se provádí u zdravotnického prostředku s ohledem na jeho zatřídění do rizikové třídy, v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem.** Pokud výrobce nestanoví četnost odborné údržby u zdravotnického prostředku, který je připojen ke zdroji elektrické energie, provádí se odborná údržba minimálně každé 2 roky. Zhotovitel musí zajistit provedení PBTK a jiných úkonů nezbytných pro řádné používání zdravotnické techniky objednatelem vždy tak, aby bylo možno zdravotnickou techniku, **bezpečně a plynule používat při poskytování zdravotní péče**, tedy aby byla dodržena lhůta pro jejich provedení stanovená výrobcem a ostatními platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmětnou zdravotnickou techniku z hlediska jejího charakteru a způsobu užití, tedy aby nedošlo k prodlení ze strany objednatele.

V případě, že zhotovitel neprovede PBTK a ostatní nutné úkony do stanoveného termínu, bude objednatel oprávněn účtovat pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a současně uplatnit náhradu škody (ušlý zisk – vykázaná péče), která vznikne v souvislosti s nemožností používat zdravotnický prostředek k poskytování zdravotních služeb bez řádné PBTK, ke kterému dojde na straně prodávajícího z důvodů včasného nenastoupení na provedení PBTK. V ostatních případech prodlení zhotovitele bude objednatel účtovat pokutu ve výši 0,01 % z paušální výše měsíční platby vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2.3.5. Tato smlouva se nevztahuje na závady, u kterých se prokáže, že vznikly jako přímý důsledek:

- zásahu neoprávněné osoby,
- nedodržení provozních podmínek a porušení povinností a pravidel pro používání zdravotnické techniky, se kterými byl objednatel prokazatelně seznámen, nebo jsou uvedeny v projektové dokumentaci a operačních manuálech, které jsou uloženy u objednatele a
- vyšší moci (živelná pohroma, ozbrojený konflikt).

2.3.6. Smluvní strana neodpovídá za prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy, pokud prokáže, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

2.3.7. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá okolnost, s níž jsou tyto účinky spojeny.

2.3.8. V případě, uvedeném v bodě 2.3.4., se zhotovitel zavazuje odstranit závady za podmínek dohodnutých individuálně v závislosti na rozsahu závady.

3. Závazky objednatele.

3.1. Používání zařízení objednatelem.

3.1.1. Objednatel se zavazuje používat zařízení, která jsou předmětem této smlouvy, s největší možnou péčí podle návodu výrobce a dle provozních podmínek udávaných výrobcem.

3.2. Exklusivita servisu.

3.2.1. Objednatel se zavazuje neumožnit třetí straně provádět jakékoliv zásahy na zařízení bez souhlasu zhotovitele.

3.2.2. Objednatel umožní zhotoviteli provádět smluvní činnost v plném rozsahu zpřístupněním potřebných prostor a servisních pomůcek uložených u objednatele. Dále plně informuje o problémech spojených s přístrojem a svým dalším vstřícným přístupem umožní zhotoviteli rychlé splnění servisní činnosti. Během servisní činnosti, vykonávané zhotovitelem, bude k dispozici zaměstnanec objednatele pověřený pracemi souvisejícími s čistotou přístroje.

4. Cena a platební podmínky.

4.1. Cena za pravidelnou údržbu včetně servisu na telefonické zavolání je:

u přístroje dle bodu 1.3.1:

ročně	2,280.000,- Kč bez DPH,	478.800,- DPH,	Celkem 2,758.800,- Kč
měsíčně:	190.000,- Kč bez DPH,	39.900,- DPH	Celkem 229.900,- Kč

u přístroje dle bodu 1.3.2:

ročně	1,830.000,- Kč bez DPH,	478.800,- DPH,	Celkem 2,214.300,- Kč
měsíčně:	152.500,- Kč bez DPH,	32.025,- DPH	Celkem 184.525,- Kč

u přístroje dle bodu 1.3.3:

ročně	2,180.040,- Kč bez DPH,	457.809,- DPH,	Celkem 2,637.849,- Kč
měsíčně:	181.670,- Kč bez DPH,	38.151,- DPH	Celkem 219.821,- Kč

u přístroje dle bodu 1.3.4:

ročně	2,180.040,- Kč bez DPH,	457.809,- DPH,	Celkem 2,637.849,- Kč
měsíčně:	181.670,- Kč bez DPH,	38.151,- DPH	Celkem 219.821,- Kč

CELKEM:

ročně	8,470.080,- Kč bez DPH,	1,778.717,- DPH,	Celkem 10,248.797,- Kč
měsíčně:	705.840,- Kč bez DPH,	148.227,- DPH	Celkem 854.067,- Kč

4.2. Pravidelná měsíční platba bude účtována zhotovitelem poslední den každého měsíce se splatností 30 dní od doručení faktury objednateli.

4.3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

4.4. V případě nutnosti změny výše uvedených cen (např. z důvodu oficiálně přiznané míry inflace nad 10 %) je toto možno po dohodě provést formou písemného dodatku k této smlouvě o změně ceny, přičemž není dotčena platnost servisní smlouvy.

4.5. V případě prodloužení objednatele s úhradou měsíční platby uvedené v bodě 4.1., je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tato smlouva nabývá platnosti od 1. 2. 2017 a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 31. 01. 2021.

5.4. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Sjednává se tříměsíční výpovědní lhůta, která počíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

5.5. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

5.6. Jakékoliv změny nebo dodatky této smlouvy je možné učinit po dohodě stran pouze písemně, formou číslovaných dodatků ke smlouvě, podepsaných zástupci obou smluvních stran.

5.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích majících povahu originálu, a to po jednom pro každou smluvní stranu.

dne: 31.01.2017

Ing. Lubomír J a n d a
jednatel společnosti
AUDIOSCAN, spol. s r.o.

MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva a generální ředitel
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Ing. Petr Rudzan
místopředseda představenstva
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Příloha č. 1 servisní smlouvy č. 091/2017

1. Předmětem této smlouvy je požáruční servis **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION ONE, model TSX-301A/2C, v. č. 2CB1072215, v následující konfiguraci:**

gantry	CGGT-024A/1A	s/n 1AB1072225
detektor	CDAS-051A/1A	s/n 2AA1072005
rtg. lampa	CXB-750E/1A	s/n 72954-RO
vn. generátor	CXXG-012A/2A	s/n 2AB107222
lůžko	CBTB-021A/1A	s/n 1AA1072225
konsole CPU-BOX	CKCN-015A/1A	s/n 1AB1072227
konsole REC-BOX1	CKCN-015A	
konsole REC-BOX1	CKCN-015A	
2x monitor 19"	EIZO RADIFORCE RS110,	s/n 24220060*TS
		s/n 24370060*TS
transformátor 120 kVA	P2020/150	s/n A27496
CT Floroscopy	TSXF-003F/1B	s/n 1BB1032805
ECG Trigger Monitor	Huntleigh LP110	s/n 774AX0A00152-10
Sw:		
Aseries V4.62 .ER002		
DICOM MWM SCU	COT-32D/1B	s/n 1BA1072422
DICOM Q/R SCU	COT-35D/1B	s/n 1BA1084450
FLYTHROUGH	CFT-003A/1B	s/n 1BA1023449
ECG gated Scan System	CHEG-005A/1B	s/n 1BA1062218
vHP Variable Helical Pitch	CHVH-001A/1B	s/n 1BA1072527

Příslušenství systému:

Router-firewall	SG720	s/n 2240213480954
3 ks UPS Fortron FSP EP 850VA Line Interactive		s/n 331009103722
		s/n 331009103721
		s/n 331009103723

Postprocessingový systém:

Vitreia FX počítač	Z800(A)	s/n CZC0229RPB
30" MEDICAL SCREEN	HP LP 3065	s/n CZ40183080
sw:	Vitreia FX ELITE v.3.1.0 SU03	s/n 5080117389
VitreiaACCES		
Options:		
Automated Vessel MeasurementVAV1003085		

CTCBP

VPE0911571

K-konzole – úložiště dat

PC DELL Precision T5300 včetně 19“ monitoru
monitor 21“

EIZO RS 210

s/n J639N4J-36NBD

s/n 20417109

sw licence K konzole

2. Náhradní díly

2.1. Veškeré náhradní díly včetně spotřebního materiálu (RTG lampa, vysokonapěťový kabel, chladič) jsou zahrnuty v ceně smlouvy.

2.2. *Termín opravy, který je uveden pod bodem 2.2.1. smlouvy, se nevztahuje na případnou výměnu detektoru, vakuových elektronek a rentgenové lampy. Termíny pro tyto opravy se dohodnou mezi smluvními stranami jednotlivě.*

Příloha č. 2 servisní smlouvy č. 091/2017

1. Předmětem této smlouvy je pozáruční servis **přístroje magnetické rezonance Vantage ZGV s celotělovým snímáním ATLAS, model MRT-1503/W5A, v. č. W5A1042013, v následující konfiguraci:**

Name of part	Type	Serial num.
LCD Monitor for ECG and POS	PLT260-B1V	L511D00086
LCD Monitor for ECG and POS	PLT260-B1V	L511D00087
LCD Unit	MKSU-LCDK01/S1	S1A1042474
Water distribution Panel UNICA	U750X6850	164614
Router-Firewall	SG720	2240112021088
Wasemann CT transformer	P0508	A27703
Innervision computer	Optiplex 960 SF	BQV6S4J
Peripheral Sensor	MKSU-PPGK02/S1	S1A1042990
Respiration Sensor	MKSU-RSPK03/S1	S1A1043101
Interactive ECG gate unit	MKSU-ECGU04/S1	S1A1042300
Shoulder Array coil	MJAJ-107A/S1	S1C1042714
QD Knee/foot coil	MJQJ-147A/S1	S1A1042438
4ch. Array adapter	MJCC-167A/S2	S2A1042623
Atlas Speeder head/neck	MJCG-277A/S1	S1A1042059
Atlas Speeder Anterior Neck	MJAN-137A/S1	S1B1042186
Atlas Speeder Head	MJAH-127A/S1	S1B1042181
Atlas Speeder body	MJAB-167A/E1	E1B1042176
Atlas Speeder spine	MJAS-147A/E1	E1C1042330
Mini Wall cabinet	MKMC-GP1506/S1	S1C1042211
ASGC-ASSY, Gradient coil	MZGR-N28AFP/AR	ARA0982056
RF Cabinet	MKRC-GP1507/S1	S1A1042211
Control Cabi	MKCC-GP1517/S1	S1C1042072
Transformer Cabi	METF_GP1507/S1	S1A1042210
European Package	MZKT-EUP002/S1	S1B1042047
Pre-send acc.	MAPS-GP1517/E1	E1B1042114
Couch	MBPT-1508/S2	S2A1042212

	Type	Serial num.
Magnet	MAGS-150R76/Q3	21265502
Compressor for magnet	F-70L	S-FS01622
License sheets / manuals / CD - DVD		
MRA R6 package	MSSW-MRAR6/S1	S1A1042632
Super fase R6 package	MSSW-FASER6/S1	S1A1042629
EPI R6 package	MSSW-EPIR6/S1	S1A1042635
Cardiac R6 package	MSSW-CFAR6/S1	S1A1042342
DRKS R6 package	MSSW-DRKSR6/S1	S1A1042389
JET R7	MSSW-JETR7/S1	S1B1042129
DTI R6 package	MSSW-DTIR6/S1	S1A1042459
Dicom SW MWM	MIDC-016A/C2	C2A1042753
Dicom Q/R SCU	MIDC-019A/C2	C2A1042127

Příslušenství systému:

copper RF-Enclosure for Toshiba Vantage 1,5 T

K-konzole:

PC DELL Precision

T3500

s/n 2739N4J-36NBD

Monitor 21"

EIZO RadiForce

s/n 20414109

2. Náhradní díly

2.1. Veškeré náhradní díly včetně povinně vyměnitelných (Cold Head, Displacer, Compresor Absorber včetně jejich instalace zahraničním specialistou), všechny dodané vyšetřovací cívky, jejich doprava a pojištění, jsou zahrnuty v ceně smlouvy. Ostatní spotřební materiál (např. He) není předmětem této smlouvy.

3. Servis na oznámení závady

3.1. Bod 2.2.4. smlouvy neplatí v případě kompletního úniku He (QUENCH) z chladicího systému ZP. Zde celková doba opravy závisí na době dodání He (závisí na možnostech dodavatelů He) + doba opětovného nastavení ZP, což je 5 pracovních dní.

Příloha č. 3 servisní smlouvy č. 091/2017

1. Předmětem této smlouvy je pozáruční servis **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION 64, model TSX-101A/HC, v. č. HCB1013725, v následující konfiguraci:**

gantry	CGGT-021A/1A	s/n 1AC1014287
detektor	CDAS-041A/1A	s/n 1AA1014758
rtg. lampa	CXB-750D/3A	s/n 60833-9Y
vn. generátor	CXXG-012A/1A	s/n 1AA1014271
lůžko	CBTB-019A/1A	s/n 1AA1014580
konsole CPU-BOX	CKCN-012B/4A	s/n 4AA1012632
konsole REC-BOX	CKCN-012B	
2x monitor 19"	EIZO RADIFORCE RS110,	s/n 22204129
		s/n 22153129
transformátor 90 kVA	P2020/E	s/n A27519
Sw:		
Aseries V451.ER004		
DICOM MWM SCU	COT-32D/1B	s/n 1BA09Z6885
DICOM Q/R SCU	COT-35D/1B	s/n 1BA09Y4119
FLYTHROUGH	CFT-003A/1B	s/n 1BA09Y3369

Příslušenství systému:

Router-firewall	SG720	s/n 2240036480980
2 ks UPS APC BACK-RS 800 VA		s/n S3B0950X67637
		s/n S3B0950X79011
UPS ORVALDI M6000 ON LINE		s/n MA9B1650003

Postprocesingový systém:

Vitrea počítač	Z600(A)	s/n CZC9486SF8
22" MEDICAL SCREEN	EIZO RADIFORCE R22	s/n 42630099
sw:	Vitrea 2, ver.4.1.8.0	s/n 5080115564
VitreaACCES		
Options:		
General Vessel Probe	VG0912179	
Automated Vessel Measurement	VAV 0912985	
CTCBP	VPE0911571	
K-konzole – úložiště dat		
PC DELL Precision T5300 včetně 19" monitoru		s/n 1739N4J-36NBD
EIZO DICOM monitor	RS 210	s/n 20397109
sw licence K konzole		

2. Náhradní díly

2.1. Veškeré náhradní díly včetně spotřebního materiálu (RTG lampa, vysokonapěťový kabel, chladič) jsou zahrnuty v ceně smlouvy.

2.2. *Termín opravy, který je uveden pod bodem 2.2.1. smlouvy, se nevztahuje na případnou výměnu detektoru, vakuových elektronek a rentgenové lampy. Termíny pro tyto opravy se dohodnou mezi smluvními stranami jednotlivě.*

Příloha č. 4 servisní smlouvy č. 091/2017

1. Předmětem této smlouvy je pozáruční servis **přístroje pro počítačovou tomografii AQUILION 64CFX, model TSX-101A/HC, v. č. HCA08Z3434, v následující konfiguraci (přístroj instalován v Litomyšlské nemocnici):**

gantry	CGGT-021A/1A	s/n 1AA08Z3722
detektor	CDAS-041A/1A	s/n 1AA08Z4189
rtg. lampa	CXB-750D/3A	s/n 35846-8Y
vn. generátor	CXXG-012A/1A	s/n 1AA08Z3699
lůžko	CBTB-019A/1A	s/n 1AA08Z4051
konsole CPU-BOX	CKCN-012B/2A	s/n 2AC08Z4061
konsole REC-BOX	CKCN-012B	
2x monitor	EIZO RADIFORCE R12,	s/n 61284118
		s/n 61308118
transformátor 90 kVA	P2020/E	s/n A26549
ECG Monitor	HME LIFEPUULSE 10	s/n 745CX0100362-08

Sw:

Aseries V3.35.ER002

Color Printer Interface	CCP-03A/1B	s/n 1BA08X2507
ECG GATED RECON.sw	CHEG-004B/1B	s/n 1BA08X4479
ECG GATED ACQ.sw	CHEG-004C/1B	s/n 1BA08X4534
DICOM MWM SCU	COT-32D/1B	s/n 1BA08X5758
DICOM Q/R SCP	COT-34D/1B	s/n 1BA08X3285
CEREBRAL BLOOD PERFUSION	CSCP-002A/1B	s/n 1BA08X3100

Příslušenství systému:

Router-firewall	SG720	s/n 2240253520711
UPS APC RS 500VA, 230V		s/n NB0814017461
UPS ORVALDI M6000 ON LINE		s/n MA841440001

Postprocesingový systém:

Vitrea počítač	XW6600 (A)	s/n CZC8456XP4
22" MEDICAL SCREEN	EIZO RADIFORCE R22	s/n 37703048

sw: Vitrea 2, ver.4.1.2.0 s/n 5080104376

Options:

VSCORE s/n VVS0810799

CT CARDIAC+VESSEL s/n VCA0806892

2. Náhradní díly

2.1. Veškeré náhradní díly včetně spotřebního materiálu (RTG lampa, vysokonapěťový kabel, chladič) jsou zahrnuty v ceně smlouvy.

2.3. *Termín opravy, který je uveden pod bodem 2.2.1. smlouvy, se nevztahuje na případnou výměnu detektoru, vakuových elektronek a rentgenové lampy. Termíny pro tyto opravy se dohodnou mezi smluvními stranami jednotlivě.*