

Příloha č 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)

Název VZ:	Redonovy láhve pro Nemocnice Plzeňského kraje
název dodavatele:	DAHLHAUSEN CZ, spol. s r. o.
IČO/DIČ:	63493179 / CZ63493179
sídlo:	Kninická 1577/8, 64 34Kuřim
osoba oprávněná zastupovat dodavatele:	[REDAKCE]

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku Redonových láhví, tj. vysokovakuových drenážních láhví, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší, nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahují zadávací podmínky. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednávací číslo, název výrobce atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo.

Nepřípustná změna tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky dodavatele .

Redonovy láhve

Typ	Objem lahve	Měrná jednotka = 1ks	Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
Redonova láhev operační (set)	200ml	1ks	600	32,99 Kč	21%	19 794,00 Kč	23 950,74 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 200 ml - komplet, luer lock, CH 06 -18	60	05.000.22.801	BISMED s.r.o.
Redonova láhev operační (set)	400ml	1ks	8 720	31,50 Kč	21%	274 680,00 Kč	332 362,80 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 400 ml - komplet, luer lock, CH 06 -18	50	05.000.22.803	BISMED s.r.o.
Redonova láhev operační (set)	600ml	1ks	100	59,00 Kč	21%	5 900,00 Kč	7 139,00 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 600 ml - komplet, luer lock, CH 06 -18	25	07.050.22.100	Medinorm
Redonova láhev výměnná	200ml	1ks	400	30,99 Kč	21%	12 396,00 Kč	14 999,16 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 200 ml - náhradní láhev, luer lock, CH 06 -18	60	05.000.22.800	BISMED s.r.o.
Redonova láhev výměnná	400ml	1ks	4 400	27,30 Kč	21%	120 120,00 Kč	145 345,20 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 400 ml - náhradní láhev, luer lock, CH 06 -18	50	05.000.22.802	BISMED s.r.o.
Redonova láhev výměnná	600ml	1ks	200	59,00 Kč	21%	11 800,00 Kč	14 278,00 Kč	Redon - podtlakový drenážní systém 600 ml - komplet, luer lock, CH 06 -18	25	07.050.22.100	Medinorm
Cena celkem						[REDAKCE]					

Celková nabídková cena za předmět plnění:	Cena v Kč bez DPH:	444 690,00 Kč
	DPH v Kč :	93 384,90 Kč
	Cena v Kč včetně DPH:	538 074,90 Kč

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Redonovy láhve	Zboží splňuje ANO/NE
Jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
Předmět plnění je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.	ANO
Splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem min. I. třídy	ANO
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ANO
Redonovy láhve musí mít objem 200, 400 nebo 600ml.	ANO
Redonovy láhve musí být vysokovakuové drenážní láhve - vakuum 700 mm Hg.	ANO
Redonovy láhve musí mít indikátor přítomnosti vakua včetně kalibrace.	ANO
Redonovy láhve musí být opatřeny zavěšovacím systémem.	ANO
Redonovy láhve musí být kalibrované po 10 ml.	ANO
Redonovy láhve musí být průhledné.	ANO
Redonovy láhve musí být vyrobeny z nerozbitného materiálu.	ANO
Redonovy láhve musí být sterilní, určeny k jednorázovému použití.	ANO
Redonovy láhve operační	Zboží splňuje ANO/NE
Musí být dodávány včetně spojovací hadice s bezpečnostním Luer Lock spojením s láhví a univerzálním drénovým konektorem pro velikosti drénů CH 8 -18	ANO
Spojovací hadice u Redonovy lahve operační se nesmí zalamovat, samovolně rozpojovat a musí být dlouhá 110cm. (tolerance +/-10%)	ANO
Na koncovce k připojení drénu musí být značení velikosti drénu a musí být umožněno bezpečné napojení na drény	ANO
Musí mít dvě uzavírací posuvné svorky (klemy), jednu na hadici, druhou na láhvi.	ANO

Redonovy láhve výměnné	Zboží splňuje ANO/NE
Jsou bez spojovací hadice	ANO
Musí mít jednu uzavírací posuvnou svorku (klemu) na lahvi.	ANO
S Redonovými láhvemi musí být snadná manipulace.	ANO
Redonovy láhve musí dostatečně odvádět tekutinu z rány.	ANO
Obal Redonových láhví musí mít peel open systém.	ANO
Redonovy láhve musí být baleny ve dvojitém obalu.	ANO

Dodavatel prohlašuje, že v jeho organizaci ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Kuřimi dne 15. 4. 2021

.....
ing. Radim Bedan, jednatel

titul, jméno, příjmení, funkce

Ing
Radim
Bedan

Digitálně podepsal Ing Radim Bedan
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-63493179,
o=DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
ou=1, cn=Ing Radim Bedan,
sn=Bedan, givenName=Radim,
serialNumber=P681117,
title=Jednatel
Datum: 2021.04.15 16:44:08
+02'00'