

Příloha č. 1 - Seznam servisovaných přístrojů včetně uvedení cen a kontaktů

Pokyny k vyplnění tabulky:		Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel)	Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)								
Přístroj	Název přístroje	Typ přístroje, výrobce přístroje	Výrobní číslo	Inventární číslo	Inventární úsek	NS	Cena za servisní úkon vč. DPH [Kč]	Servisní úkon se provádí výhradně na Objednávku	Typ servisního úkonu	Interval [měsíce], tj. lhůta, ve které je Poskytovatel povinen daný servisní úkon provést	Datum zařazení/vyřazení
Přístroj 1	Izolátor pro fedění cytotstatik	Izolátor Envaïr CDC F 2G2D					16 553 Kč	Ne	BTK	12	
								Ne	El. revize		
							15 004 Kč	Ne	Validace	12	
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
Přístroj 2								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
Přístroj 3								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
Přístroj 4								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
Přístroj 5								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
Přístroj 6								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
Přístroj 7								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		
								Ne	Vnitřní revize tlakové nádoby		
								Ne	Tlaková zkouška tlakové nádoby		
								Ne	BTK		
								Ne	El. revize		
								Ne	Validace		
								Ne	Kalibrace		
								Ne	Zkouška dlouhodobé stability (ZDS)		
								Ne	Zkouška provozní stálosti		
								Ne	Provozní revize tlakové nádoby		

Pokyny k vyplnění tabulky:	Žlutá pole vyplní účastník zadávacího řízení (Poskytovatel)	Zelená pole vyplní zadavatel (Objednatel)					
Nejbližší servisní středisko Poskytovatele od sídla Objednatele:							
Adresa:	DN FORMED Brno s.r.o.						
	Hudcova 76a						
	61200 Brno						
Kontaktní osoba:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX						
E-mail:	servis@dnformed.cz						
Datová schránka:	2sd24a3						
Autorizovaný servis:							
Přístroj	Adresa společnosti			Kontaktní osoba	Telefon	E-mail	Hlášení závad
	Název	Ulice	PSČ a obec				
Izolátor Envair CDCF-2G2D	DN FORMED Brno s.r.o.	Hudcova 76a	61200 Brno	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	servis@dnformed.cz	Telefonicky, emailem