

Objednávka vydaná číslo **OZT/21/03786 / VI**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **24639511/0710**

Plátce DPH: **Ano**

Dodavatel :

AURA Medical s.r.o.

K Verneráku 4

148 00 Praha 4

IČO: **65412559**

Telefon:

Fax: **244 910 169**

E-mail: **servis@auramedical.cz;**
info@auramedical.cz

Požadovaný termín splnění objednávky:

spěchá!

Datum vystavení : 1.6.2021

Datum odeslání : 1.6.2021

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
------	---------------	-------------	-----------------------	----------------

1.	Oprava - Přístroj ultrazvukový, typ: SSA-660A/LG, v.č. LGA0736644, i.č. 4002468	1	95 135,00	95 135,00
----	--	---	-----------	-----------

Celková částka : Kč 95 135,00

Oprava dle cenové nabídky ze dne 4.6.2021.

Závada - nefunguje tlačítko měření a potíže jsou i s tlačítkem Doppler.

Dodavatel je povinen:

- na fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nesolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,
- veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,
- fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko,
- oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 64, § 65, § 66,
- při plnění v hodnotě 50.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se zveřejněním všech dokumentů dle platných právních předpisů,
- dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví při plnění této objednávky nebo při činnostech s tímto plněním souvisejících. Zejména se jedná o osobní údaje pacientů a jiných osob (identifikační údaje, informace o zdravotním stavu, podstoupené léčbě apod.), informace o interním provozu objednatele, ekonomické, finanční, obchodní a strategické informace. Tento závazek dodavatele zůstává v platnosti i po ukončení plnění.

Při nesplnění těchto podmínek bude faktura vrácena !!!

Splatnost faktury je 30 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného plnění.

Přijetím objednávky a zahájením prací dodavatel souhlasí s podmínkami této objednávky.



Miroslava Gabrielová
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

V Praze 4.6.2021

Věc: cenová nabídka na náhradní díl

Vážená paní Gabrielová,

na základě Vaší objednávky servisu číslo: OZT/21/03786/VI ze dne 01. 06. 2021, byl proveden servisní zásah na ultrazvukovém přístroji XARIO SSA-660 S/N: LGA0736644. Při tomto servisním zásahu byla zjištěna špatná funkce tlačítek na spodním ovládacím panelu. Vzhledem ke stáří přístroje se jedná o opotřebenou část. Zjištěné závady tlačítek, jsou neopravitelné a pro jejich odstranění je nutná výměna ovládacího panelu.

Na základě těchto zjištění Vám zasílám cenovou nabídku na náhradní díl potřebný pro opravu ultrazvukového přístroje.

Cenová nabídka:

Náhradní díl		Bez DPH	Vč. DPH 21%
LOWER PANEL ASSY	1ks	78.624.- Kč	95.135.- Kč

Celková cena opravy bude účtována dle platného sazebníku servisních služeb naší společnosti, který zároveň připojuji.

Prosíme o potvrzení cenové nabídky a zaslání zpět na adresu společnosti AURA Medical s.r.o. nebo emailem na adresu servis@auramedical.cz

Václav Šindelář,
Servisní technik pro UZ přístroje
AURA Medical spol. s r.o.

AURA Medical s.r.o.