


DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5275572/0800 IBAN: CZ43 0800 0000 0000 0527 5572 SWIFT: GIBACZPX	Konst.symb. 0308 Var.sym. 310000965 Objednávka BAR/20/182 Naše zakázka 01-1-0001118
MÍSTO URČENÍ Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace OBM XXXXXXXXXX á Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava	ODBĚRATEL IČ 00635162 DIČ CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Druh dopravy: --	Den splatnosti 17.07.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Den vystavení 18.05.2021 DUZP 04.05.2021

kat. číslo	Název	Množství MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH
Fakturujeme Vám periodickou prohlídku (periodické prohlídky) dle přiloženého servisního výkazu:					
9998-PM-Modul+GAS	Periodická kontrola modulárního monitoru vč. GAS modulu	2,00 prohl	3 900,00	7 800,00	21%
9998-PM-Modular	Periodická kontrola modulárního monitoru	2,00 prohl	3 400,00	6 800,00	21%
9998-PM-Monitor	Periodická kontrola monitoru	5,00 prohl	2 500,00	12 500,00	21%
9998-PM-Central	Periodická kontrola centrální stanice monitorů	1,00 prohl	3 200,00	3 200,00	21%
733382-HEL-S	Hadička vzorkovací Nafion tube 300 mm	2,00 ks	3 206,00	6 412,00	21%
9998-1	Dopravné	92,00 počet	13,50	1 242,00	21%



VYSTAVIL



Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 268/2014 Sb., v platném znění.

Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806
 Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz


Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17.listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap, s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 [REDACTED] E-mail: servis@medisap.cz Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 5275572/0800 CZ43 0800 0000 0000 0527 5572 GIBACZPX	Konst.symb. 0308 Var.sym. 310000965 Objednávka BAR/20/182 Naše zakázka 01-1-0001118
MÍSTO URČENÍ Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace [REDACTED] Nemocniční 898/20A 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava	ODBĚRATEL IČ 00635162 DIČ CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Druh dopravy: --	Den splatnosti 17.07.2021 Forma úhrady Převodním příkazem Den vystavení 18.05.2021 DUZP 04.05.2021


kat. číslo	Název	Množství	MJ	Cena za mj	celkem bez DPH	sazba DPH
------------	-------	----------	----	------------	----------------	-----------

REKAPITULACE DPH	21%
Základ	37 954,00
Daň	7 970,34
CELKEM	45 924,34

Zaokrouhlení 0,00

CELKEM CZK 45 924,34


VYSTAVIL



[Faint, illegible text]

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 268/2014 Sb., v platném znění.

 Za obaly fakturovaných produktů byl uhrazen poplatek do systému EKO-KOM - klientské číslo EK-F00021806
 Elektroodpad je řešen v rámci systému REMA – www.remasystem.cz

Firma medisap, spol. s r.o. je zapsána 17. listopadu 1992 do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14601

DODAVATEL IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5 130 00 Praha 3 Te [REDACTED] E-mail: servis@medisap.cz Číslo účtu: 5275572/0800	Objednávka zákazníka BAR/20/182 Ze dne 15.10.2020 Servisní smlouva č.: Kontaktní osoba Tel.
Code 01-1-0001118 Typ výkazu Periodická prohlídka	ZÁKAZNÍK : IČO 00635162 DIČ : CZ00635162 Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace Nemocniční 898/20a 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

ZAŘÍZENÍ

Centrála iCENTRAL v.č. CZC4522Z96; Modul E-EEG v.č. 6350190; Modul E-EEG v.č. 6999992; Modul E-EEG v.č. 6999994; Modul E-miniC v.č. 6474030; Modul E-miniC v.č. 7112779; Modul E-PSMP v.č. 6419654; Modul E-PSMP v.č. 6419658; Modul E-PSMP v.č. 6419659; Modul E-PSMP v.č. 6419660; Modul E-PSMP v.č. 6419661; Modul E-PSMP v.č. 6419662; Modul E-PSMP v.č. 6419664; Modul E-PSMP v.č. 6476244; Modul E-PSMP v.č. 7014840; Modul E-PSMP v.č. 7014842; Modul E-PSMP v.č. 8031874; Modulární monitor iMM (ICU) v.č. 6109156; Modulární monitor iMM (ICU) v.č. 6363978; Monitor B 650 v.č. SEW13379826HA; Monitor B 650 v.č. SEW13379860HA; Monitor B 650 v.č. SS620421014HA; Monitor S/5 FML v.č. 6420060; Monitor S/5 FML v.č. 6423396; Monitor S/5 FML v.č. 6423398; Monitor S/5 FML v.č. 6423400; Monitor S/5 FML v.č. 6423402;

POPIS ZÁVADY/OBJEDNANÉ PRÁCE

PBTk Neuro JIP

Předpokládaná cena opravy	0,00
---------------------------	------

POPIS PRÁCE

Provedení PBTk v rozsahu stanoveném výrobcem, kalibrace, odzkoušení

PROVEDENÉ PRÁCE, POUŽITÝ MATERIÁL A DALŠÍ NÁKLADY

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-PM-Modul+G AS	Periodická kontrola modulárního monitoru vč. GAS modulu	2,00 prohl	3 900,00	7 800,00
9998-PM-Modular	Periodická kontrola modulárního monitoru	2,00 prohl	3 400,00	6 800,00
9998-PM-Monitor	Periodická kontrola monitoru	5,00 prohl	2 500,00	12 500,00
9998-PM-Central	Periodická kontrola centrální stanice monitorů	1,00 prohl	3 200,00	3 200,00
733382-HEL-S	Hadička vzorkovací Nafion tube 300 mm	2,00 ks	3 206,00	6 412,00
9998-1	Dopravné	92,00 počet	13,50	1 242,00
Celkem bez DPH				37 954,00
Materiál bez DPH				6 412,00

ZÁVĚR OPRAVY

Zařízení je schopné bezpečného provozu.

UKONČENÍ PRÁCE

04.05.2021

Dne

medisap.cz

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce byly řádně objednány, provedeny a zákazníkem převzaty. Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

Dne

Razítko a podpis zákazníka

SERVISNÍ VÝKAZ

Číslo: 795/21

Obj. číslo: ze dne:

Zařízení:	Výrobní číslo:
B650	SS680421014
Monitor FM	6423396
iCentral	CZC4522798

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Záruční oprava | <input type="checkbox"/> Servisní smlouva |
| <input type="checkbox"/> Běžná oprava | <input type="checkbox"/> Instalace |
| <input checked="" type="checkbox"/> Period. prohlídka (PBTk) | <input type="checkbox"/> Ostatní |

 Zákazník: MN Ostrava
 NEVBO JIP

IČO: DIČ:

Popis závady/objednané práce:
 Provedení PBTk

 Zařízení bylo převzato k dílenské opravě.

 Dne podpis přijímajícího

Předpokládaná cena opravy: Technik:

Provedené práce:
 Provedení PBTk v rozsahu stanoveném výrobcem, kalibrace, odzkoušení

Výše uvedená zařízení jsou/nejdou/Jsou s omezením schopné bezpečného provozu v souladu s návodem k použití a odpovídající technické specifikaci výrobce.

Práce		hodin:	sazba/hod.:
Použitý mat. (výkon)-k.č.	Označení:	Počet ks	Cena/jednotka
PM-modulát	Prevence B650	1	
PM-monitor	Prevence FM	1	
PM-central	Prevence iCentral	1	

Cestovné: km: / Sazba/km:

Ukončení zakázky:
 Záruka na provedené dílo se řídí vnitřními směnicemi
 [redacted] nosti medisap, s. r.o. a dalšími obecně
 mi právními předpisy.
 [redacted] ník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce
 [redacted] dně objednaný, provedeny a zákazníkem převzaty.
 Dne 4.5. 2021 razítka a podpis zákazníka podpis technika Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

SERVISNÍ VÝKAZ

Číslo: T 94/M

Obj. číslo: ISAR 20/182 ze dne: 15.10.2020

Zařízení:	Výrobní číslo:
EMM monitor	6363978
——//	6109156
Monitor FML	64000 60
B650	SEW 13379826
B650	SEW 13379860
Monitor FML	6423400
——//	6423398
——//	6423402

- Záruční oprava Servisní smlouva
 Běžná oprava Instalace
 Period. prohlídka (PBTk) Ostatní

Zákazník: MN Ostrava
NEURO JIP

IČO:

DIČ:

Popis závady/objednané práce:

Provedení PBTk

Zařízení bylo převzato k dílenské opravě.

Předpokládaná cena opravy:

Technik:

Dne

podpis přejímajícího

Provedené práce:

Provedení PBTk v rozsahu stanoveném výrobcem, kalibrace, odezkoušení

Výše uvedená zařízení jsou/nejsou/jsou s omezením schopné bezpečného provozu v souladu s návodem k použití a odpovídající technické specifikaci výrobce.

Práce		hodin:	sazba/hod.:
Použitý mat. (výkon)-k.č.	Označení:	Počet ks	Cena/jednotka
PM-modul Gas	Prevence monitor + plyn modul	2	
PM-modul ar	Prevence B650	2	
PM-modul ar	Prevence FM	4	
733382	Nafion tubing	2	
	Sítová šňůra	2	

Cestovné:

km: 32

Sazba/km:

Ukončení zakázky:

Záruka na provedené dílo se řídí vnitřními směrnici společnosti medisap, s. r.o. a dalšími obecně platnými právními předpisy.

Zákazník potvrzuje svým podpisem, že provedené práce byly řádně objednané, provedeny a zákazníkem převzaty.

Zákazník nepožaduje vrácení vadných dílů.

4.5.2021

Dne

razítko a podpis zákazníka

podpis technika