



Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka vybraného dodavatele předložená v rámci výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „**Dodávka elektrokoagulace**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

## I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu **3 ks elektrokoagulace BOWA ARC 350**, včetně veškerého příslušenství, jehož specifikace je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje prodávajícímu za poskytnuté plnění zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kupní cenu dle čl. III této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které
  - je nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, plně funkční, nevyužité pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely;
  - je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, u přístrojového vybavení byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví příslušná nařízení vlády, je označeno stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě;
  - má kvalitativní a technické vlastnosti odpovídající požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušným prováděcím právním předpisům ke zdravotnickým prostředkům, českým technickým normám a ostatním ČSN a požadavkům stanoveným v zadávacích a smluvních podmínkách k výběrovému řízení, musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.
3. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:
  - zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
  - instalaci všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky, je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
  - výchozí elektrovizy a výchozí zkoušky dlouhodobé stability, případně jiné povinné instalační validace, které vychází z platné legislativy, je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením,
  - uvedení všech položek dodávky do plného provozu zahrnující
    - o odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
    - o provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
  - provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, dle zákona o zdravotnických prostředcích, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a příslušnými prováděcími předpisy ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce;
  - provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
4. Součástí dodávky je uživatelský manuál a dokumentace ke zboží v českém jazyce (tištěná i digitální podoba) a prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy ZP. Prodávající je povinen předat kupujícímu:

- uživatelskou dokumentaci, návod k použití a údržbě v českém jazyce 1 x v tištěné a 1 x v elektronické podobě (na DVD nebo CD ROM ve formátu .pdf, .jpg),
- dokumentaci prokazující oprávnění k údržbě zboží,
- oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže,
- zápis o provedené instruktáži zaměstnanců ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění,
- uvedení výrobce a země původu zdravotnického prostředku,
- kopii certifikátu CE, je-li přístrojové vybavení opatřeno touto značkou,
- záruční list,
- prohlášení o shodě anebo deklaraci konformity. Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě zboží (I, IIa, IIb a nebo III), je-li relevantní, toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího. V případě, že prodávající dodá zboží zařazené do třídy IIb nebo III, musí k tomuto vypracovat provozní deník, tedy seznam úkonů doporučených návodem k obsluze (úkony, které by měla provádět obsluha zboží jako například provozní testy, čištění, dezinfekce atp.). Tento provozní deník musí opatřit razítkem a podpisem zástupce prodávajícího.

Prodávající je povinen při dodání zboží splnit ostatní závazné podmínky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

5. Součástí předmětu plnění je také provádění všech zákonem stanovených prohlídek po dobu záruky, zejména pak pravidelné odborné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“), a dále dle zákona 263/2016 Sb., atomového zákona.
6. Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.
7. Prodávající prohlašuje, že na zboží nevážnou žádné právní vady ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku.

## II.

### Doba a místo plnění

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterými jsou pracoviště zadavatele:  
**Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**  
**Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí**
2. Zboží musí být dodáno do místa plnění do **8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.**
3. Prodávající bude informovat kupujícího o přesném termínu dodávky zboží, a to nejpozději 5 dnů před realizací dodávky. Kontaktní osoba je uvedena v čl. V. odst. 3 této smlouvy.

## III.

### Kupní cena

1. Kupní cena je ujednána v měně CZK.
2. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH (v Kč):</b>    | <b>645 828,-</b>  |
| <b>DPH (v Kč):</b>             | <b>135 623,88</b> |
| <b>DPH (v %):</b>              | <b>21</b>         |
| <b>Cena včetně DPH (v Kč):</b> | <b>781 451,88</b> |
3. Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním předmětu této smlouvy včetně nákladů na dopravu zboží do místa plnění, instalace zboží, veškeré poplatky, záruční servis a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou.

4. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je prodávající ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

#### **IV.**

##### **Platební podmínky**

1. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena po vystavení daňového dokladu/faktury po dodání zboží kupujícímu. Právo fakturovat dohodnutou cenu má prodávající po protokolárním předání zboží kupujícímu, provedení jeho instalace a uvedení do trvalého provozu a seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou (proškolení zaměstnanců). Dílčí plnění včetně dílčí fakturace je umožněno.
2. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). Doručení faktury se provede elektronicky na adresu [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#).
3. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
4. Faktura prodávajícího musí obsahovat pouze správné údaje a musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku.
5. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
  - označení a číslo;
  - označení smluvních stran;
  - popis dodávky/práce, označení předmětu plnění;
  - označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno;
  - datum vystavení a datum splatnosti;
  - datum uskutečněného zdanitelného plnění;
  - částka k úhradě.
6. Kupující si vyhrazuje právo vrátit prodávajícímu do data jeho splatnosti daňový doklad – fakturu, který nebude obsahovat některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
7. Smluvní strany se dohodly, že kupující je oprávněn pozastavit úhradu faktur prodávajícímu, pokud bude na prodávajícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Kupující je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není prodloužením kupujícího. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí kupující fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od prodávajícího rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právním mocí. V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení úpadku, bude kupující postupovat v souladu se zákonem 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
8. Smluvní strany sjednávají, že prodávající není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči kupujícímu, které vzniknou na základě této uzavřené smlouvy, započítat vůči pohledávkám kupujícího vůči prodávajícímu jednostranným právním úkonem.

#### **V.**

##### **Dodací podmínky**

1. Prodávající se zavazuje vyzkoušet uvedenou kontaktní osobu kupujícího uvedenou v čl. V. odst. 3 této

smlouvy o dodávce zboží nejméně 5 pracovních dní před její realizací.

2. Prodávající se zavazuje kupujícímu nejdéle 10 kalendářních dnů po účinnosti smlouvy písemně sdělit podmínky, které vyžaduje pro instalaci zařízení v místě dodání a jaký způsob součinnosti od kupujícího očekává k úspěšné instalaci zařízení a instruktáži příslušných osob.
3. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží (kontaktní osobu):

**Pardubická nemocnice**

Jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Orlickoústecká nemocnice**

Jméno, příjmení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

4. Předmět smlouvy je dodán jeho protokolárním předáním v místě plnění ze strany prodávajícího a převzetím osobami pověřenými jeho převzetím ze strany kupujícího. Při předání předmětu této smlouvy je prodávající povinen předat kupujícímu doklady dle čl. I odst. 5 této smlouvy. Protokolární převzetí předmětu plnění bude provedeno až po dodání zboží, jeho instalaci a seznámení zaměstnanců uživatele s jeho obsluhou.
5. Předávací protokol bude obsahovat níže uvedené náležitosti:
  - označení předávacího protokolu a jeho číslo;
  - název a sídlo prodávajícího a kupujícího;
  - číslo kupní smlouvy;
  - označení dodaného zboží a jeho množství;
  - datum dodání.
6. Seznámení zaměstnanců uživatele s obsluhou zboží bude realizováno v prostorách poskytnutých uživatelem v délce nutné pro správné pochopení funkcí zboží. O zaškolení zaměstnanců bude vyhotoven zápis, který bude předán kupujícímu.
7. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí dle odst. 4 tohoto článku.

## VI.

### Záruka za jakost, záruční servis

1. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 24 měsíců, plynoucí od data jeho protokolárního převzetí ze strany kupujícího (po instalaci a uvedení do provozu). Prodávající bude kupujícímu po dobu uvedenou v první větě tohoto odstavce bezplatně poskytovat záruční servis v rozsahu, uvedeném v tomto článku smlouvy.
2. Záruční servis podle této smlouvy zahrnuje:
  - a) provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostní technické kontroly, validace, kalibrace a nastavení zboží dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a platných norem, servisní a preventivní prohlídky),
  - b) preventivní servisní prohlídky a zkoušky všech součástí zboží a jejich příslušenství, dle doporučení výrobce,
  - c) opravy poruch a závad zboží, tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů,
  - d) provádění aktualizace a upgrade softwarového vybavení zboží,
  - e) pravidelnou předepsanou odbornou údržbu zboží dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb., ve znění

pozdějších předpisů a dle požadavků výrobce,

3. V rámci záručního servisu bude prodávající pravidelně provádět bezplatně prohlídku zboží a jejich údržbu (dále též „servisní kontrola“) dle doporučení výrobce nebo po určitém počtu provedených pracovních cyklů na daném zboží, tak aby byla po celou dobu záruky zajištěna plná funkčnost zboží. Servisní kontrola dle tohoto odstavce zahrnuje servisní úkony, zejména technickou podporu, práci a cestu technika, servisní prohlídky apod.

#### Odstraňování vad:

4. Veškeré vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady (dále též „reklamace“). Kupující bude vady zboží oznamovat na:

▶ **e-mail:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

▶ **adresu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jakmile kupující odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

5. K uplatňování vad je oprávněn kromě kupujícího také uživatel. Každé takovéto nahlášení vady uživatelem se považuje za řádné uplatnění vady kupujícím ve smyslu této smlouvy.
6. Proávající neodpovídá za vady, které byly způsobeny nesprávným užíváním uživatele nebo třetí osobou.
7. Proávající je povinen nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
8. Proávající vždy musí kupujícímu písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y) s tím, že reakční doba je do 24 hodin od nahlášení vady a doba nástupu na opravu do 48 hodin od nahlášení vady. Nastoupit k odstranění vady v těchto termínech je prodávající povinen bez ohledu na to, zda reklamaci uznává či neuznává.
9. Kupující (uživatel) je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
10. Nenastoupí-li prodávající k odstranění vady do 3 kalendářních dnů od obdržení reklamace, považují to obě strany za podstatné porušení smlouvy a kupující (uživatel) může odstranění vady zajistit u jiné odborné osoby na náklady prodávajícího.
11. Pokud je uplatnění vady oprávněné, má kupující právo na opravu vadného zboží. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 7 kalendářních dnů, je prodávající v případě požadavku kupujícího povinen poskytnout kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 7 kalendářních dnů od nahlášení vady, zdarma náhradní zboží nebo jeho část o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného zboží nebo jeho části.
12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do 30 kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.
13. Pokud dojde v průběhu záruční doby k výměně některého dílu zboží, zdravotnického prostředku nebo jeho součásti, je kupující povinen prodávajícímu vydat vadnou součást, která byla vyměněna za účelem uplatnění reklamačních nároků prodávajícího vůči výrobci vadného dílu.
14. Pokud se na zboží, zdravotnickém prostředku vyskytne třikrát během záruční doby stejná vada, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží nové, a to v konfiguraci minimálně stejné jako vadné zboží. Na toto nové zboží bude poskytnuta nová záruka v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.
15. V případě konfliktu mezi dodanou konfigurací zboží a výše požadavky definovanými v čl. I této smlouvy

- je prodávající povinen dodanou konfiguraci zboží upravit do úplného splnění těchto požadavků.
16. O odstranění reklamované vady sepíše prodávající protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které kupující odmítá opravu převzít. Protokol bude obsahovat zejména:
    - a) označení zboží,
    - b) označení kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
    - c) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření,
    - d) datum zahájení a dokončení prací,
    - e) prohlášení kupujícího, že došlo k odstranění vady nebo že vyměněné zboží či vyměněnou část zboží přijímá (resp. nepřijímá, v tomto případě budou uvedeny důvody nepřevzetí),
    - f) datum a místo sepsání protokolu,
    - g) jména a podpisy zástupců kupujícího, resp. uživatele a prodávajícího,
    - h) uvedení důvodu reklamace a specifikaci vyměněné části zboží nebo jeho celku.
  17. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
  18. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
  19. Kupující má právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Větším počtem vad se rozumí 3 závady stejného druhu na předmětu kupní smlouvy (zboží).
  20. Dodavatel se zavazuje, že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce (vyjma vyřazení/odstavení z provozu z důvodů spočívajících na straně objednatele). Do této doby se započítává čas potřebný na provedení výrobcem předepsané údržby (PBTk) a provedení výrobcem předepsaných update. Do této výše uvedené doby se nebude započítávat čas poskytnutý na servis a opravy, pokud tyto služby budou provedeny mimo pracovní dobu.

## **VII.**

### **Zvláštní ujednání**

1. Prodávající není oprávněn postoupit anebo převést jakákoliv svá práva anebo pohledávky vyplývající z této smlouvy anebo se smlouvou související na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu kupujícího, a to ani částečně.

## **VIII.**

### **Sankce**

1. Pokud prodávající nedodá kupujícímu zboží ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny včetně DPH nedodaného zboží, stanovené v čl. III odst. 1 této smlouvy, za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním závady v termínech definovaných v článku VI. této smlouvy je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- za každý den trvání prodlení.
3. Při nedodržení periodického termínu PBTk nebo součtu reakční doby a doby odstranění závady ze strany dodavatele je kupující oprávněn vymáhat na dodavateli škodu vzniklou nemožností užívání zdravotnického prostředku.
4. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím



úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,01 % za každý den prodlení.

### **IX. Zánik smlouvy**

1. Tato smlouva zaniká:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
    - nedodání předmětu plnění ve stanovené době plnění,
    - pokud má předmět plnění vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si kupující vymínil nebo o kterých ho prodávající ujistil,
    - nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
    - neuhrazení kupní ceny kupujícím po druhé výzvě prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
2. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 30 dnů“.

### **X. Registr smluv - doložka**

1. Prodávající tímto uděluje souhlas kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v této smlouvě, k jejichž uveřejnění vyplývá pro kupujícího povinnost dle právních předpisů.
2. Prodávající je současně srozuměn s tím, že kupující je oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí kupující, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů.

### **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v souladu s § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 1 originále, který je elektronicky podepsaný oběma smluvními stranami.



Součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace vybavení

V Pardubicích dne 16.6.2021

V Brně 1.6.2021

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
na základě plné moci

.....  
Ing. Hynek Rais, MHA  
místopředseda představenstva

**Příloha č. 1 - Dílčí specifikace ceny**

| <b>Položka veřejné zakázky</b> | <b>Počet kusů</b> | <b>Typové označení</b> | <b>Cena celkem v Kč bez DPH</b> | <b>DPH v Kč</b>   | <b>Cena celkem v Kč včetně DPH</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Elektrokoagulace               | <b>3</b>          | <b>ARC 350</b>         | <b>645 828,-</b>                | <b>135 623,88</b> | <b>781 451,88</b>                  |

## **Příloha č. 2 - Podrobná specifikace vybavení**

### **Elektrochirurgický multioborový vysokofrekvenční generátor vyšší třídy BOWA ARC 350**

Elektrochirurgický generátor pro otevřené, laparoskopické a endoskopické operace s velmi jednoduchým a přehledným ovládáním řízený mikroprocesorem, který obsahuje vestavěný systém technologie pro bipolární zatavení cév a tkání do průměru 0,7 cm Ligation

Má 2 oddělené monopolární a 2 oddělené bipolární zdířky a možnost připojení 4 nástrojů současně bez nutnosti jejich záměny

Přístroj s velkým dotykovým přehledným displejem s možností nastavení jasu, čelní panel z bezpečnostního skla, který se nepoškrábe, snadno čistí a udržuje dezinfekčními prostředky

Displej zobrazuje: název zvoleného programu, zvolené módy, typ připojené neutrální elektrody a indikaci stavu neutrální elektrody, nastavené režimy, nastavené hodnoty efektu a výkonu, typ připojených nožních spínačů

Obsahuje kompletní řadu režimů v módech pro monopolární koagulaci, monopolární řez, bipolární řez a bipolární koagulaci

Má ruční a nožní ovládání/aktivaci, režim autostart u bipolární koagulace

Možnost připojení dvou nožních spínačů, přiřazení nožních spínačů lze ke každému výstupu

Monopolární řez standardní (čistý, smíšený), mikro, suchý, TUR resekční, laparoskopický, argon, gastro řez (gastro loop, gastro knife), gynekologický

Monopolární koagulace silná, mírná, sprejová, TUR resekční, simultánní, laparoskopická, kardio (hrudní a mamární), argonová (argonová, argonová flexibilní, argonová pulsí), gastro polypektomický monopolární režim gastro s automatickým střídáním řezu a koagulace s možností samostatného nastavení intenzity pro řez i koagulaci

Bipolární koagulace standardní, mikro (s výkonem od 0,1 W), silná, laparoskopická, bipolární nůžky, ligační pro trvalou okluzi cév do průměru 7 mm, bipolární kleště, TUR bipolární resekce, vaporizace (kompatibilní s resektoskopy Storz, Wolf, Olympus), laparoskopická mikro

Bipolární řez standardní, bipolární nůžky, TUR resekční a vaporizační (kompatibilní s resektoskopy Storz, Wolf, Olympus)

Generátor obsahuje soubor módů umožňující v laparoskopii a klasické otevřené chirurgii kombinovanou koagulaci cév a tkání do průměru 7 mm včetně a následně přerušeni cévy a tkáně jedním nástrojem s řezem

Zobrazuje výkon ve W, možnost nastavení výkonu u všech typů řezu a koagulace po kroku 1 Wattu, nastavení až 9 stupňů efektu

Generátor lze rozšířit o argonovou jednotku a odsávačku kouře

Rozsah výkonu je 0 – 350 W

Typy proudů mají možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače

Přístroj je programovatelný a obsahuje celkem 300 programů – přednastavené a další volně programovatelné uživateli včetně názvů programů pro možnost nastavení a uložení uživatelských nastavení

Uzamčení programů proti přepsání a vymazání

Víceúrovňové monitorování neutrální elektrody - systém EASY. Generátor neustále monitoruje kvalitu kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta a sleduje kvalitu připojení neutrální elektrody. Typ a indikace stavu neutrální elektrody jsou zobrazeny na displeji. Generátor rozpoznává tři typy neutrální elektrody (dělená, nedělená, baby)

Autotest je kontinuální (po zapnutí i během provozu)

Automatické přizpůsobení výkonu operované tkáni a aplikace optimálního množství energie (funkce ARC Control)

Nastavení a regulace hlasitosti

Indikace chybových stavů je optická a akustická

Akustická a optická signalizace aktivace nástroje je u všech režimů, tóny jsou různé

Optická a akustická signalizace ukončení procesu bipolární okluze (speciální tón)

Generátor zobrazuje elektrické parametry patientského okruhu v reálním čase

Přístroj má digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve Wattech a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací na přehledném displeji s jasně viditelným nastavením všech hodnot výkonů a efektů

Čelní panel je z bezpečnostního skla, který se snadno čistí a udržuje

Má velmi jednoduché a snadné ovládání

Má funkci automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů (Plug'n Cut COMFORT)

Přesné řízení výkonu i v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení

Automatická detekce připojených bipolárních i monopolárních nástrojů a nastavení příslušných parametrů/programu

Menu přístroje je kompletně v českém jazyce

Menu přístroje je přehledné a jednoduché. Dotyková obrazovka je rozdělená do 4 částí rozdělených podle jednotlivých zdířek pro nástroje

Přístroj umožňuje připojení monopolárních a bipolárních nástrojů s konektory dvou standardů typu mezinárodní (americký) standard (monopolární 3 pin, bipolární 2 pin) a německý typ (1 pin monopolární, bipolární kulatý), není nutné použít adaptér

Všechny výstupy na nástroje mají automatickou detekci připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

Lze střídavě používat monopolární a bipolární nástroje bez nutnosti manuální změny nastavení generátoru při přechodu z jednoho režimu na druhý

Přístroj zobrazuje chybová, upozorňující a informativní hlášení a nápovědu v českém jazyce, má zvukový a optický alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji

Připojení dvou nožních spínačů, možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoliv bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu

Funkce autostart/autostop u bipolární koagulace

Hlavní vypínač na zadní straně přístroje

Monitorování a omezení výkonu baby neutrální elektrody

Dodatečný upgrade přístroje je pomocí USB

Generátor má automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

Vysoká bezpečnost pacienta, operátora a obsluhujícího personálu

Možnost instalace přístroje na vozík

Snadná údržba a čištění

Příslušenství: nožní spínač se dvěma pedály pro monopolární i bipolární režimy