

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle § 659 a násl. občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Půjčitel:

BioVendor – Laboratorní medicína a.s.

se sídlem Brno, Tůmova 2265/60, PSČ: 616 00

IČ: 63471507, DIČ: CZ63471507

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3917

jednající: MUDr. Viktor Růžička – předseda představenstva

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., číslo účtu: 4200152576/6800

(dále jen „půjčitel“)

a

2. Vypůjčitel:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem Brno, Jihlavská 20, PSČ: 625 00

IČ: 65269705, DIČ: CZ65269705

jednající: MUDr. Roman Kraus, MBA – ředitel

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá

zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného

Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen „vypůjčitel“)

t a k t o :

I.

Předmět výpůjčky

1. Půjčitel je vlastníkem přístroje **GeneXpert® System** s výrobním číslem 702106, cena přístroje v Kč 300 000,- vč. DPH (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Touto smlouvou půjčitel půjčuje uvedený předmět výpůjčky vypůjčitel, aby jej užíval bezplatně za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčitel, jakmile jej nebude potřebovat, nejpozději však do konce sjednané doby.
3. V případě, že je předmětem smlouvy zdravotnický prostředek, půjčitel prohlašuje, že je zařazen jako prostředek IVD.

II.

Doba zapůjčení

1. Doba výpůjčky je stanovena na dobu určitou 2 roky od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

IV.

Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel předal vypůjčitel předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání.

2. Před předáním předmětu výpůjčky půjčitel seznámil vypůjčitele s obsluhou předmětu výpůjčky a požadavky na jeho pravidelnou běžnou údržbu.
3. Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neuvádí předmět výpůjčky řádně nebo jestliže ho užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván.
4. Půjčitel se zavazuje, že po dobu zapůjčení zajistí bezplatný servis předmětu výpůjčky do 48 hodin od písemného či telefonického nahlášení potřeby opravy včetně běžné údržby a provádění periodických bezpečnostně-technických kontrol. Kopie protokolů o provedených prohlídkách a servisních zásazích budou neprodleně zaslány vypůjčiteli.
5. Ustanovení odstavce 4 tohoto článku neplatí pro případ, kdy závadu způsobí vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou. V tomto případě jdou veškeré náklady na opravu předmětu výpůjčky na účet vypůjčitele.
6. Půjčitel se zavazuje pojistit předmět výpůjčky na svoje náklady.

V.

Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému obvykle slouží a způsobem přiměřeným povaze a určení předmětu výpůjčky výhradně pro potřeby FN Brno, OKM, NS 4441, IÚ2065. Je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.
2. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny.
3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby veškerých oprav předmětu výpůjčky.
4. Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby zapůjčení.
5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a opravy prostřednictvím jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení je povinen náklady na servis či opravy hradit ze svého a odpovídá za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla.
6. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile předmět výpůjčky nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.
7. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost danou vypůjčiteli nejméně 2 dny předem přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel předmět výpůjčky užívá řádným způsobem a za účelem pravidelné servisní prohlídky.
8. Vypůjčitel není oprávněn přemístit předmět výpůjčky bez předchozího písemného souhlasu půjčitele.
9. Podpisem smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí kterékoli smluvní strany i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými chronologicky číslovanými dodatky vzájemně odsouhlasenými oběma smluvními stranami. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
3. Strany této smlouvy podpisem výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu rozumí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou, vážnou a omylu prostou vůli. Dále výslovně prohlašují,

že tuto smlouvu neuzavírají v tísní a neshledávají, že by smlouva obsahovala jakékoli nápadně nevýhodné podmínky.

4. Osoby uzavírající tuto smlouvu za půjčitele a vypůjčitele výslovně podpisem této smlouvy vědomy si právních důsledků případného nepravdivého prohlášení prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu tak, jak je sepsána uzavřít.
5. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se právní vztahy smluvní stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
6. Tato smlouva se sepisuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každá ze stran obdrží po jednom.
7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Smluvní strany se zavazují, že sdělí ve lhůtě 30 dnů změny v označení (název, sídlo, statutární zástupce) druhé smluvní straně.

V Brně dne 20. března 2013


V Brně dne 20. března 2013

Za půjčitele:

Za vypůjčitele:



.....
MUDr. Viktor Růžička
předseda představenstva



.....
MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel



CE DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer:
Cepheid
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089-1189

European Representative
Cepheid Europe S.A.
81470 Maurens-Suopont
France

Cepheid's GeneXpert® Diagnostic, (A PCR Thermal cycler instrument) model numbers 900-0065, 900-0144, 900-0145, 900-0146 have been tested to the requirements for the following directives and standards. We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the stated directives and standards.

EMC Directive, 89/336/EEC

EN 61326:1997 with A1:1998 and A2:2001 *"Electrical Equipment for Measurement and Control and Laboratory Use – EMC Requirements"*

- EN 55022 Class A Radiated Emissions
- EN 55022 Class A Conducted Emissions
- EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge Immunity
- EN 61000-4-3 Radiated, Radio Frequency, Electromagnetic Field Immunity
- EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient/Burst Immunity
- EN 61000-4-5 Surge Immunity
- EN 61000-4-6 Immunity to Conducted Disturbances, Induced by RF Fields
- EN 61000-4-11 Immunity to Voltage Dips, Interruptions, and Variations
- EN 61000-3-2 Harmonic Current Emissions
- EN 61000-3-3 Voltage Fluctuations and Flicker

Low Voltage Directive 73/23 EEC

- EN 61010-1:2001 2nd Edition *Electrical Safety for Lab Test and Measurement Equipment*
- EN 61010-2:101:2002 2nd Edition *Safety Requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. Particular Requirements for IVD Medical Equipment.*
- UL 3101-1
- CAN-CSA 22.2 No. 1010.010-030

IVD In-Vitro Diagnostic medical Devices Directive, 98/79/EC in accordance with Annex III.

Waste electrical and electronic equipment (WEEE), 2002/96/EC

In addition, the above stated equipment has been manufactured under a Quality System compliant with the following standards.

ISO 13485 – 2003 : Medical devices – Quality management
CMD/CAS

Manufacturer

Signature

Date

Russel K. Enns, Ph.D.
Senior Vice President
Regulatory and Clinical Affairs, Quality Systems and
Reimbursements

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Cepheid

904 Caribbean Drive

Sunnyvale, CA 94089-1189

Zástupce pro Evropu:

Cepheid Europe S.A.

81470 Maurens – Scopont

France

Cepheid GeneXpert® Diagnostic (PCR termocycler), modely č. **900-0065, 900-0144, 900-0145, 900-0146** byly testovány na požadavky následujících směrnic a norem. My, níže podepsaní, prohlašujeme, že výše popsané zařízení vyhovuje uvedeným směrnicím a normám.

Směrnice EMC (elektromagnetická kompatibilita), 89/336/EEC

EN 61326:1997 s A1:1998 a A2:2001 „*Elektrické měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – požadavky na EMC*“

EN 55022 Třída A Vyzařované emise

EN 55022 Třída A Vedené emise

EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj – zkouška odolnosti

EN 61000-4-3 Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – zkouška odolnosti

EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy – zkouška odolnosti

EN 61000-4-5 Atmosférické impulzy – zkouška odolnosti

EN 61000-4-6 Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

EN 61000-4-11 Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí – zkouška odolnosti

EN 61000-3-2 Emise harmonického proudu

EN 61000-3-3 Kolísání napětí a flickr

Směrnice pro nízké napětí 73/23 EEC

EN 61010-1:2001, druhé vydání *Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení*

EN 61010-2:101:2002, druhé vydání *Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení. Zvláštní požadavky na IVD lékařská zařízení.*

UL 3101-1

CAN-CSA 22.2 No. 1010.010-030

IVD Směrnice pro In-Vitro diagnostické lékařské zařízení, 98/79/EC v souladu s přílohou III.
Odpadní elektrické a elektronické zařízení (WEEE), 2002/96/EC

Výše uvedené zařízení bylo vyrobeno v souladu se systémem kvality splňujícím následující normy.

ISO 13485-2003:Lékařská zařízení – management jakosti

CMD/CAS

Výrobce

Podpis

Datum