

SMLOUVA O VÝPŮJČCE

DYNEX LABORATORIES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87028

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ: 110 00

IČ: 266 82 443 DIČ: CZ26682443

zastoupená: Ing. Zorou Hanzlíkovou, jednatelkou

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 67227007/2700

jako **půjčitel** na straně jedné (dále jen „půjčitel“)Všeobecná fakultní nemocnice
v Praze

Doručeno: 20.01.2016 Čas:

VFN/001476/2016

listy: 1 přílohy

počet i příloh, resp. druh



vfnpes625906e0

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

zastoupená: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 2

číslo účtu: 24035021/0100

jako **vypůjčitel** na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto

smlouvu o výpůjčce:

I. Předmět výpůjčky

1. Půjčitel je vlastníkem plně automatického analytického systému, který tvoří: **MicroArray Scanner YG 0601-0101 a Hybridizační stanice YG 0001-0101-H** celková cena 450.000,- Kč bez DPH, včetně příslušenství, které jsou uvedeny na předávacím/installačním protokolu, který je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „předmět výpůjčky“).
2. Touto smlouvou půjčitel půjčuje uvedený předmět výpůjčky vypůjčitel, aby jej užíval bezplatně v Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky za podmínek, které jsou ve smlouvě dále uvedeny, a vypůjčitel se zavazuje předmět výpůjčky vrátit půjčitel, jakmile jej nebude potřebovat nebo uplyne doba výpůjčky, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

II. Předání a doba výpůjčky

1. K předání předmětu výpůjčky a jeho převzetí dojde v souladu s touto smlouvou na pracovištích vypůjčitele: Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Laboratoř klinické imunologie a alergologie, Karlovo náměstí 32, Praha 2, kontaktní osoba Ing. Markéta Jančíková.
2. K vrácení předmětu výpůjčky dojde ve stejném místě, jako v předchozím bodě. Vypůjčitel je povinen alespoň 2 pracovní dny předem zaslat půjčitel zprávu o tom, že předmět výpůjčky vrátí a v jaké denní době. Půjčitel je pak povinen předmět výpůjčky ve stanovené době převzít. Předmět výpůjčky musí být půjčitel vrácen ve stavu, v jakém byl vypůjčitelem převzat, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
3. Doba výpůjčky se sjednává na dobu trvání kupní smlouvy na dodávky diagnostik včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu pro Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Laboratoř klinické imunologie a alergologie vypůjčitele (dále jen „ÚLBDL vypůjčitele“), evidované u vypůjčitele pod sp.zn.: PO 2498/S/15.
4. Instalace analytického systému proběhne nejpozději současně s první dodávkou objednaných diagnostik.

III. Práva a povinnosti půjčitele

1. Půjčitel je povinen předat vypůjčitel předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k jeho řádnému užívání. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je pojištěn obvyklým způsobem, zejména proti živelním rizikům včetně vodovodních škod a proti odcizení. Toto pojištění se vztahuje i na případy výpůjčky. Vypůjčitel neodpovídá za škodu způsobenou v důsledku náhody, vyšší moci, předem blíže nezjistitelných příčin, či v důsledku neplnění povinností půjčitele.
2. Před předáním předmětu výpůjčky je půjčitel povinen zajistit zaškolení, nebo instruktáž vypůjčitele dle z. č. 268/2014 Sb. a seznámit vypůjčitele s požadavky na pravidelnou běžnou údržbu předmětu výpůjčky. Součástí předání předmětu výpůjčky je i instalace předmětu výpůjčky a předání dokumentace, zejména návodu v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě a prohlášení o shodě. O instruktáži nebo zaškolení příslušných zaměstnanců vypůjčitele bude proveden písemný záznam, který bude připojen k dokumentaci předmětu výpůjčky. Půjčitel dále vyplní formulář vypůjčitele „Seznam dodané zdravotnické techniky“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Půjčitel se zavazuje po dobu trvání výpůjčky provádět instruktáže (zaškolení) nových zaměstnanců vypůjčitele zdarma dle potřeby.
3. Jestliže půjčitel zjistí, že vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně nebo ho užívá v rozporu s účelem, ke kterému slouží, je oprávněn požadovat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby výpůjčky. Vypůjčitel je v tomto případě povinen vrátit předmět výpůjčky nejpozději do dvou pracovních dní poté, kdy byl půjčitelem k vrácení vyzván. V dané souvislosti platí článek II., odst. 2.
4. Půjčitel se zavazuje, že po dobu výpůjčky zajistí bezplatný servis a běžnou údržbu dle zákona č. 268/2004 Sb. vč. veškerých náhradních dílů (nebo opravu závady) předmětu výpůjčky do 48 hodin od písemného či telefonického nahlášení potřeby opravy u poruch ohrožujících chod systému a do 72 hod. od nahlášení u poruch ohrožujících chod systému. V případě, že půjčitel nebude schopen provést opravu do 5 pracovních dnů, zavazuje se dodat zdarma náhradní přístroj na

dobu nutnou k odstranění vady. Pokud by termín pravidelné bezpečnostně technické kontroly nebo revize/validace/kalibrace předmětu výpůjčky připadl do doby výpůjčky, zajistí takovou kontrolu na své náklady půjčitel.

5. Půjčitel se zavazuje zajistit servis autorizovanou servisní organizací s působností v ČR osobami oprávněnými nebo doporučenými výrobcem, včetně předložení ověřených kopií certifikátů o zaškolení osob provádějících servis. Půjčitel je povinen o každém provedeném servisním zásahu na předmětu výpůjčky vystavit vypůjčiteli protokol s popisem zásahu.
6. Ustanovení odst. 4 tohoto článku neplatí pro případ, kdy závadu způsobí vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou. V tomto případě jdou veškeré náklady na opravu předmětu výpůjčky na účet vypůjčitele.
7. Půjčitel provede vstupní validaci detekčního systému zdarma.
8. Po dobu záruční doby provede půjčitel pravidelné validace pro potřeby akreditace laboratoře 1x ročně zdarma včetně vystavení protokolu.

IV. Práva a povinnosti vypůjčitele

1. Po dobu, po kterou bude vypůjčitel na základě této smlouvy předmět výpůjčky užívat, je povinen předmět výpůjčky užívat řádně v souladu s účelem, ke kterému obvykle slouží, a způsobem přiměřeným povaze a určení předmětu výpůjčky. Je povinen chránit předmět výpůjčky před ztrátou, zničením, poškozením nebo znehodnocením.
2. Vypůjčitel není oprávněn provádět na předmětu výpůjčky jakékoli změny.
3. Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli bez zbytečného odkladu potřeby veškerých oprav předmětu výpůjčky.
4. Během sjednané doby výpůjčky není vypůjčitel oprávněn přenechat předmět výpůjčky k užívání třetí osobě. Porušení tohoto zákazu zakládá právo půjčitele žádat vrácení předmětu výpůjčky před skončením stanovené doby výpůjčky. V dané souvislosti platí článek II., odst. 2.
5. Vypůjčitel se touto smlouvou zavazuje nezajišťovat servis a opravy prostřednictvím jiného subjektu, než prostřednictvím půjčitele. Při porušení tohoto ustanovení je povinen náklady na servis či opravy hradit ze svého a odpovídá za případnou škodu, která by tímto na předmětu výpůjčky vznikla.
6. Zjistí-li vypůjčitel po řádném předání předmětu výpůjčky, že předmět výpůjčky má vady, které brání jeho řádnému užívání, je oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě je půjčitel povinen poskytnout vypůjčiteli veškerou potřebnou součinnost.
7. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky vrátit, jakmile předmět výpůjčky nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby výpůjčky.
8. Vypůjčitel je povinen umožnit půjčiteli na jeho žádost danou vypůjčiteli nejméně 2 dny předem přístup k předmětu výpůjčky za účelem kontroly, zda vypůjčitel předmět výpůjčky užívá řádným způsobem a za účelem pravidelné servisní prohlídky.
9. Podpisem smlouvy vypůjčitel současně prohlašuje, že se seznámil s technickým stavem předmětu výpůjčky a že byl seznámen s požadavky na jeho obsluhu a údržbu.

V. Závěrečná ustanovení

1. Případné změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky. Dodatky k této smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou. Veškeré dodatky a přílohy se stávají nedílnou součástí této smlouvy.
2. Tuto smlouvu je dále možno ukončit písemnou výpovědí, a to jak ze strany půjčitele, tak ze strany vypůjčitele. Výpovědní doba je 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.
3. Smluvní strany prohlašují, že jejich projev vůle byl svobodný a vážný a tato smlouva je pro ně srozumitelná ve všech ustanoveních a jejich důsledcích. Smluvní strany se zavazují tuto smlouvu bezvýhradně a přesně dodržovat a na důkaz toho stvrzují tuto smlouvu vlastnoručními podpisy.
4. Tam, kde smlouva nestanoví jinak, použije se pro posuzování práv a povinností smluvních stran občanský zákoník v platném znění.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Protokol o předání a provedení školení obsluhy

Příloha č. 2 - Seznam dodané zdravotnické techniky

Příloha č. 3 - Povinnosti při připojování zařízení do LAN sítě VFN


V Praze, dne

14.1. 2016

 Ing. Zora Hanzlíková
 jednatelka

V Praze, dne 11-01-2016

Mgr. Dana ... Ph.D., MBA
 ředitelka vy... tele





Příloha č. 1 Smlouvy o výpůjčce

Protokol o předání a provedení školení obsluhy přístroje

Místo: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky
Laboratoř klinické imunologie a alergologie
Karlovo nám. 32
121 11 Praha 2

Potvrzujeme, že bylo provedeno předání přístroje a zaškolení obsluhy na přístroj:

Typ přístroje: MicroArray Scanner kat.č. YG 0601-0101
Hybridizační stanice kat. č. ZG 0001-0101-H

S / N:

Datum instalace:

Pozn: Proškolené osoby jsou oprávněny nadále školit další personál.

Jméno

podpis

.....

.....

.....

.....

.....

V..... dne

.....
předávající a školící pracovník

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Seznam dodané zdravotnické techniky**F-VFN**

Strana 1 ze 1

Verze číslo: 2

Údaje vyplní dodavatel, při předání přístroje potvrdí příjematel. Po převzetí je formulář postoupen odborům zdravotnické techniky.

Dodáno na základě Smlouvy o výpůjčce PO 2499/S/15**Příloha č. 2**

Název přístroje	Typ	Výrobní číslo	Kód UMDNS	Kód GMDN ¹	Perioda PBTK/revizí ²	Třída ³	Instrukce ⁴
MicroArray Scanner - 1ks	Kat. č. YG 0601-0101						
Hybridizační stanice – 1ks	Kat. č. YG 0001-0101-H						
PC s vyhodnocovacím software EUROArrayScan							

Za dodavatele (datum, jméno, podpis, razítko):

Za příjematele (nákl. stř., jméno, podpis, razítko pracoviště):

¹ Nepovinné pole.² Pravidelná bezpečnostně technická kontrola, případně revize dle předpisu výrobce a podmínek dle §65, §67 a §68 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění. Není-li předepsána, prosíme tuto skutečnost uvést.³ Dle Nařízení vlády č. 54//2015 Sb.⁴ Instrukce (u zdravotnických prostředků třídy IIb,a III a tam, kde to stanovuje výrobce) dle §61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích

POVINNOSTI PRO PŘIPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ DO LAN SÍTĚ VFN

1. Připojení každého zařízení do LAN sítě VFN musí být předem konzultováno s Úsekem Informatiky VFN. Info na telefonu 22496 2119.
2. Instalace a provozování jakéhokoli software v síti VFN musí být předem konzultováno s Úsekem Informatiky VFN. Info na telefonu 22496 2119.
3. Je zakázáno svévolně zapojovat zařízení do LAN sítě a jakkoli měnit LAN síť VFN.
4. Je zakázáno měnit, instalovat a nahrávat jakýkoli softwarový obsah na zařízení VFN.
5. Je zakázáno jakýmkoli způsobem měnit a zasahovat do hardware vybavení VFN.
6. Je zakázáno využívat pro vzdálený přístup na připojovaná zařízení jiných než Úsekem Informatiky VFN schválených metod - viz níže.
7. Při umístování IT zařízení (server, PC) do sítě VFN je vlastník IT zařízení povinen na své náklady, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, udržovat toto zařízení v aktuálním (aktualizace operačního systému, aktualizace antivirového programu) a bezpečném (nemožnost jednoduše zneužít, používání silných přístupových hesel...) stavu. Úsek Informatiky provádí náhodné testy zneužitelnosti zařízení. Vlastník IT zařízení je povinen na své náklady, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, případné zjištěné hrozby a nedostatky neprodleně odstranit.
8. Vlastník IT zařízení je povinen, na vyžádání Úseku Informatiky, předložit ke kontrole konfiguraci IT zařízení. V situaci, kdy připojené zařízení způsobuje vážné bezpečnostní a nebo technické problémy v síti VFN, má VFN možnost takového zařízení bez předchozího upozornění odpojit od sítě VFN.

Metody vzdáleného přístupu:

K připojovaným zařízením je možné, pokud tomu nebrání další důvody, zřídít vzdálený přístup. Vzdálené přístupy jsou tohoto typu:

- VPN připojení (IPSec tunel nebo jeho obdoba). Je nutná instalace CISCO VPN klienta. Info: <http://vpn.vfn.cz> nebo dispečink informatiky na telefonu 22496 2119.
- Webaccess. Přístup přes Remote Desktop (RDP, port TCP3389). Využívá se webového rozhraní, není nutná žádná instalace. Info: dispečink informatiky na telefonu 22496 2119.

Dodatek č.1

DYNEX LABORATORIES, s.r.o.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 87028.
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 791/41, PSČ 11000
IČ: 26682443 DIČ: CZ26682443
zastoupená: Ing. Zorou Hanzlíkovou, jednatelkou
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 67227007/2700
jako **půjčitel** na straně jedné (dále jen „půjčitel“)

a

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165
zastoupena: prof. MUDr. Davidem Feltlem, Ph.D., MBA, ředitelem
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 24035021/0710
jako **vypůjčitel** na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením čl. V, odst. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 14.1.2016, která je u vypůjčitele evidovaná pod sp.zn.: PO 2499/S/15 (dále jen „smlouva“), k této smlouvě tento

d o d a t e k č . 1 :

I. Předmět dodatku

1. Článek I. bod 1. smlouvy se nahrazuje novým zněním, následovně:


„Půjčitel je vlastníkem plně automatického analytického systému, který tvoří: **EuroArray scanner** YG 0601-0101, v.č. 14111, **Hybridizační stanice** YG 0001-0101-H, v.č. AS-BSH4-1126 a **Bio-Rad T100™ Thermal Cycler**, v.č. 621BR41035 s **příslušenstvím**, celková cena 450 000,- Kč bez DPH (dále jen „předmět výpůjčky“).“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z toho po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Seznam dodané zdravotnické techniky

V Praze dne 10. 10. 2016



DYNEX
LABORATORIES s.r.o.
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
vložka 87028, IČO: 26682443
791/41, 110 00 Praha 1
Telefon: 224 320 133
Telefax: 224 320 133
www.dynex.cz, www.dynex.cz

DYNEX LABORATORIES, s.r.o.
Ing. Zora Hanzlíková, jednatelka

V Praze dne

prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze



SEZNAM DODANÉ TECHNIKY

Popis dodané techniky:				
Název přístroje	Laserový mikrodisekční systém (LMD)	Hybridizační stanice	ThermoCycler	
Výrobce	EUROIMMUN	EUROIMMUN	Bio-Rad	
Typ	EuroArray Scanner	EuroArray (součást scanneru)	Bio-Rad T100TM Thermal Cycler	
Výrobní číslo/a	14111	AS-BSH4-1126	621BR41035	
Třída ZP ¹	IVD	IVD	IVD	
Instruktaž ²	<input type="checkbox"/> A / <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A / <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A / <input checked="" type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> A / <input type="checkbox"/> N
Požadované opakované činnosti (uveďte „Ne“ nebo požadovanou periodu)				
PBTK ³				
Validace	1xročně	1xročně	1xročně	
Kalibrace				
Elektrická revize				
Tlaková revize plynové nádoby				
Kontrola nařiz. výrobcem				

Dodáno na základě smlouvy / objednávky:	PO 2499/S/16 Dodatek č.1
Datum předání:	
Za dodavatele (Jméno, Podpis, Razítko)	<p>LABORATORIES s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87028, IČO: 26682443 Sídlo: Vodická 791/41, 110 00 Praha 1 Kontaktní adresa: Lidická 977, 273 43 Buštěhrad. Tel.: 220 303 500, Fax: 224 320 133 E-mail: office@dynex.cz, www.dynex.cz</p>
	Za příjemce (Jméno, Podpis, Razítko)

Vyplní dodavatel při předání, příjemce potvrdí správnost údajů a formulář předá OZT

¹ Dle Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., 55/2015 Sb a 56/2015 Sb.– uveďte – „není ZP“ nebo příslušnou třídu ZP – I, IIa, IIb, III, IVD

² Dle §61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích - u aktivních zdravotnických prostředků třídy IIb a III, AIZP a tam, kde to stanovil výrobce

³ Pravidelná bezpečnostně technická kontrola dle požadavku výrobce a zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích