

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 00843989

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
 IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989
 zastoupená: Ing. Ivo Žolnerčík, náměstek ředitele pro techniku a provoz
 na základě plné moci ze dne 15.12.2016
 bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 66332761/0710
 jako **objednatel** na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

BMT Medical Technology s.r.o.

se sídlem: Cejl 157/50, Zábrdovice, 602 00 Brno
 zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58436
 IČ: 463 46 996 DIČ: CZ46346996
 jednající: Ing. Milanem Krajcarem, jednatelem společnosti
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 10108-621/0100
 jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo číslo 00843989 po vzájemné dohodě k této smlouvě tento

Dodatek č. 1:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je nahrazení Přílohy č. 1 novou Přílohou č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Oproti původní příloze došlo k odstranění přístroje Sterimat Plus v.č. 061158. Tento přístroj není využíván.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha: Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 00843989

V Ostravě dne: 28.2.2017

V Brně dne: 20.02.2017

Ing. Ivo Žolnerčík,
 náměstek ředitele pro techniku a provoz
 na základě plné moci ze dne 15.12.2016

39
FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
 Tel.: +420 597 371 111, Fax: +420 596 917 340

Ing. Milan Krajcar
 jednatel zhotovitele

umístění přístroje	název přístroje	typ přístroje	výrobní číslo	Seznam přístrojů a ceny bez DPH:												Plán servisu	BTK	K / V	E	T	pašál bez DPH	BO	ZP
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/rok	Kč/měs.	Kč/hod	ano-ne			
Centrální sterilizace	Sterivap HP 6612-2FDED	sterilizační parní	5111010	m	P	m	Q	m	R	m	Q	13 380	14 500	1 200	2 200	31 280	2 607	750	ano				
Centrální sterilizace	Sterivap HP 6612-2FD	sterilizační parní	090907	m	P	m	Q	m	R	m	Q	13 380	14 500	1 200	2 200	31 280	2 607	750	ano				
Centrální sterilizace	Sterivap HP 6612-2FD	sterilizační parní	090919	m	P	m	m	m	R	m	m	11 450	14 500	1 200	1 500	28 650	2 388	750	ano				
Centrální sterilizace	Sterivap HP 669-2FDED	sterilizační parní	091113	m	P	m	Q	m	R	m	Q	13 380	14 500	1 200	2 200	31 280	2 607	750	ano				
Centrální sterilizace	Sterivap HP 669-2FD	sterilizační parní	090906	m	P	m	m	m	R	m	m	11 450	14 500	1 200	1 500	28 650	2 388	750	ano				
Lékárna	Sterivap HP 666-1FDED	sterilizační parní	100921	m	P	m	Q	m	R	m	Q	13 380	5 700	1 200	2 200	22 480	1 873	750	ano				
Centrální sterilizace	Venticeil 111	labor. sušárna	C092879						R			850	1 500	660	0	3 010	251	750	ne				
Centrální sterilizace	Venticeil 111	labor. sušárna	C092880						R			850	1 500	660	0	3 010	251	750	ne				
Centrální sterilizace	WEIGOMATIC CONCEPT	dávkovač	A0063		P				R			1 700	0	660	0	2 360	197	750	ne				
Centrální sterilizace	UZ čistička	Ultramatic 600	243039010									1 210	0	660	0	1 870	156	750	ne				
Pausál celkem bez cestovného, oprav a materiálů:																92 480	95 700	11 040	13 300	212 520	17 713		

ZP = zdravotnický prostředek podle Zákona č. 268/2014 Sb.

Cena práce pro nesjednané úkony nebo jiné přístroje: 750 Kč/hod

Cestovné: Nebude účtováno.

Připlatky za práci: v noci (22-6 h): 50 % hodinové sazby

v nepracovní dny: 100 % hodinové sazby

V rámci této servisní smlouvy je poskytnuta sleva na materiál a díly ve výši 5%

Specifikace servisu:	sjednáno:	v pausaš:	poznámka:	záznamy elektronicky:	měsíčně na e-mail: metrologie@fno.cz
m = měsíční servis	ano	ano	udržba těsnění a zkouška pojistného ventilu dle ČSN 690012	ano	ano
Q = čtvrtletní prohlídka a údržba	ano	ano	v termínu dle plánu	ano	ano
P = půlroční prohlídka a údržba	ano	ano	v termínu dle plánu	ano	ano
R = roční prohlídka a údržba	ano	ano	v termínu dle plánu	ano	ano
V = Validace a revalidace	ano	ano	v termínu po roční prohlídce	ne	ne
K = Kalibrace teplotních a tlakových čidel	ano	ano	v termínu roční prohlídky	ano	ano
BO = běžné opravy	ano	ano	nástup na opravu do : 24 hodin	ne	ne
T = provozní revize TNS	ano	ano	v termínu roční prohlídky	ano	ano
E = elektrorevize	ano	ano	v termínu roční prohlídky	ano	ano
IP = instruktáže personálu	ano	ano	v termínu dle dohody	ne	ne