

**DAŇOVÝ DOKLAD****FAKTURA 042210821****Dodavatel :** A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.Letohradská 369/3  
170 00 Praha

IČ : 63983524

DIČ: CZ63983524

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 40068

Variabilní symbol: **042210821**

Objednávka : 01-2620-2021-00030

E-mail: servis@amimedical.cz

**Pen. ústav :** UniCredit bank Czech Republic, a.s.**Bank. spojení :** 2104416851 / 2700**KS:** 0008**Příjemce :**

IČ :

DIČ:

**Místo určení :** Nemocnice Na HomolceRoentgenova 37/2  
150 00 Praha

IČ : 00023884

DIČ: CZ00023884

**Odběratel :** Nemocnice Na HomolceRoentgenova 37/2  
150 00 Praha

IČ : 00023884

DIČ : CZ00023884

**Forma úhrady :** Platebním příkazem

Popis dodávky :

Způsob dopravy : AMI

Zakázka : S001

**Datum splatnosti** : 20.07.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 21.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 21.05.2021

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky
		MJ	J. cena bez DPH

Celkem bez DPH

DPH %

Celkem s DPH

Servisní list: SL-1803/2021

Model: HAMILTON-C1, SČ: 11487

1	AB0015		BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1
			ks
2	396200		Kyslíkové čidlo C1, C2, C3, C6, T1, MR1
			ks
3	161275		Dust filter for HAMILTON-C1
			ks
4	160497		HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter
			ks
5	161236		HEPA FILTER
			ks

Servisní list: SL-1804/2021

Model: Galileo, SČ: 7384

6	AB0012		BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo
			ks
7	M-04		Kyslíkové čidlo - Raphael, Galileo, G5, S1
			ks
8	279166		dust filter
			KS
9	279676		Replacement filter element
			KS

Servisní list: SL-1805/2021

Model: Galileo, SČ: 7860

Vystavil :

Faktura : 042210821

Strana: 1 / 2

# DAŇOVÝ DOKLAD

# FAKTURA

**Dodavatel :** A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha

Variabilní symbol : **042210821**

Řádek č.	Označení Množství	Popis dodávky MJ J. cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	-------------------	----------------------------------	----------------	-------	--------------

Servisní list: SL-1805/2021

Model: Galileo, SČ: 7860

10	AB0012	BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo			
		ks			
11	M-04	Kyslíkové čidlo - Raphael, Galileo, G5, S1			
		ks			
12	279166	dust filter			
		KS			
13	279676	Replacement filter element			
		KS			

QR Platba



**Fakturace celkem Kč**

**39 809,00**

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	32 900,00	6 909,00	39 809,00
		<b>32 900,00</b>	<b>6 909,00</b>	<b>39 809,00</b>

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Ujišťujeme tímto, že dle zákona č. 268/2014 Sb. na výše uvedený výrobek, který je dodáván naší firmou, bylo vydáno dle zákona 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě.

Výrobky jsou zařazeny do klasifikační třídy I a II.

V případě, že zboží podléhá čtvrté části, dílu 8 (§ 37f - 37s) zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., je v ceně zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory.

Vystavil :

Faktura : **042210821**

Strana: 2 / 2

**A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
170 00, Praha 7, Letohradská 369/3, DIČ: CZ63983524  
Tel.: 257 325 606, e-mail: [servis@amimedical.cz](mailto:servis@amimedical.cz)



## **Protokol o prověření zdravotnického prostředku**

**dle zákona č. 268/2014 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353**

**Zdravotnické zařízení:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00  
Praha

**Typ kontroly:** BTK

**Výrobce:** Hamilton Medical AG

**Zdravotnický prostředek:** plicní ventilátor

**Model:** Galileo

**Moduly / sondy:**

**Výrobní číslo:** 7384

**Provozní hodiny:** 87 461

### **Výsledky kontroly**

**Vyhovuje:**

#### **FUNKČNOST**

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

**Ano**

#### **VIZUÁLNÍ KONTROLA**

**Ano**

#### **BEZPEČNOST**

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

**Celkové posouzení přístroje:**

Byla provedena kontrola dle doporučení výrobce. Přístroj vyhovuje.

**Poznámka:**

**Přístroje použité pro kalibrace a měření:**

Gas Flow and Pressure Gauge  
Electrical Safety Analyzer

**Termín příští kontroly do: 20.05.2022** nebo v případě zobrazení požadavku kontroly na přístroji

**Kontrola provedena dne: 21.05.2021**

**Kontrolu provedl:**

**Vystavil(a):**

## **Protokol o prověření zdravotnického prostředku**

**dle zákona č. 268/2014 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353**

**Zdravotnické zařízení:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00  
Praha

**Typ kontroly:** BTK

**Výrobce:** Hamilton Medical AG

**Zdravotnický prostředek:** plicní ventilátor

**Model:** HAMILTON-C1

**Moduly / sondy:**

**Výrobní číslo:** 11487

**Provozní hodiny:** 16 325

### **Výsledky kontroly**

**Vyhovuje:**

#### **FUNKČNOST**

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

**Ano**

#### **VIZUÁLNÍ KONTROLA**

**Ano**

#### **BEZPEČNOST**

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

**Celkové posouzení přístroje:**

**Byla provedena kontrola dle doporučení výrobce. Přístroj vyhovuje.**

**Poznámka:**

**Přístroje použité pro kalibrace a měření:**

Gas Flow and Pressure Gauge  
Electrical Safety Analyzer

**Termín příští kontroly do: 19.05.2022**

nebo v případě zobrazení požadavku kontroly na přístroji

**Kontrola provedena dne: 20.05.2021**

**Kontrolu provedl:**

**Vystavil(a):**

**A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
170 00, Praha 7, Letohradská 369/3, DIČ: CZ63983524  
Tel.: 257 325 606, e-mail: [servis@amimedical.cz](mailto:servis@amimedical.cz)



## **Protokol o prověření zdravotnického prostředku**

**dle zákona č. 268/2014 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353**

**Zdravotnické zařízení:** Nemocnice Na Homolce  
Roentgenova 37/2  
150 00  
Praha

**Typ kontroly:** BTK

**Výrobce:** Hamilton Medical AG

**Zdravotnický prostředek:** plicní ventilátor

**Model:** Galileo

**Moduly / sondy:**

**Výrobní číslo:** 7860

**Provozní hodiny:** 88 107

### **Výsledky kontroly**

**Vyhovuje:**

#### **FUNKČNOST**

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

**Ano**

#### **VIZUÁLNÍ KONTROLA**

**Ano**

#### **BEZPEČNOST**

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

**Ano**

**Celkové posouzení přístroje:**

**Byla provedena kontrola dle doporučení výrobce. Přístroj vyhovuje.**

**Poznámka:**

**Přístroje použité pro kalibrace a měření:**

Gas Flow and Pressure Gauge  
Electrical Safety Analyzer

**Termín příští kontroly do: 19.05.2022** nebo v případě zobrazení požadavku kontroly na přístroji

**Kontrola provedena dne: 20.05.2021**

**Kontrolu provedl:**

**Vystavil(a):**



# Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1803/2021**  
Číslo obj.: 01-2620-2021-00030  
Smlouva: NE  
Datum: 20.05.2021

DODAVATEL:

**A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.**

Letohradská 3/369

170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u  
Městský soud v Praze.

ODBÉRATEL:

**Nemocnice Na Homolce**

OZT

Roentgenova 37/2

150 00 Praha

Česká republika

## Typ činnosti: BTK

### Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	11487		

### Použité moduly/sondy:

Sč:

### Popis servisního zákroku:

SoH baterie <23 %, potřeba vyměnit interní baterii.

### Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	ks
---	----

### Použitý materiál:

Množství / j.

396200 - Kyslíkové čidlo C1, C2, C3, C6, T1, MR1	ks
161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	ks
161236 - HEPA FILTER	ks

.....  
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420 257 325 606

Web: www.amimedical.cz



# Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1805/2021**  
Číslo obj.: 01-2620-2021-00030  
Smlouva: NE  
Datum: 20.05.2021

DODAVATEL:

**A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
Letohradská 3/369  
170 00 Praha 7  
IČO: 63983524  
DIČ: CZ63983524

ODBĚRATEL:

**Nemocnice Na Homolce**  
OZT  
Roentgenova 37/2  
150 00 Praha  
Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u  
Městského soudu v Praze.

## Typ činnosti: BTK

### Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	Galileo	Inv. číslo:	
Sériové č.:	7860		

### Použité moduly/sondy:

Sč:

### Popis servisního zákroku:

### Provedené výkony:

Množství / j.

AB0012 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo	ks
---	----

### Použitý materiál:

Množství / j.

M-04 - Kyslíkové čidlo - Raphael, Galileo, G5, S1	ks
279166 - dust filter	ks
279676 - Replacement filter element	ks

.....  
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420 257 325 806

Web: www.amimedical.cz



# Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1804/2021**  
Číslo obj.: 01-2620-2021-00030  
Smlouva: NE  
Datum: 21.05.2021

DODAVATEL:

**A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.**  
Letohradská 3/369  
170 00 Praha 7  
IČO: 63983524  
DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u  
Městský soud v Praze.

ODBĚRATEL:

<b>Nemocnice Na Homolce</b> OZT Roentgenova 37/2 150 00 Praha Česká republika
---

**Typ činnosti: BTK**

---

**Předmět servisu:**

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	Galileo	Inv. číslo:	
Sériové č.:	7384		

---

**Použité moduly/sondy:**

Sč:

---

**Popis servisního zákroku:**

---

**Provedené výkony:**

Množství / j.

AB0012 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-Galileo	ks
---	----

---

**Použitý materiál:**

Množství / j.

M-04 - Kyslíkové čidlo - Raphael, Galileo, G5, S1	ks
279166 - dust filter	ks
279676 - Replacement filter element	ks

.....  
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420 257 325 606

Web: www.amimedical.cz