

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA 042210822

Dodavatel : A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 369/3
170 00 Praha

IČ : 63983524

DIČ: CZ63983524

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 40068

Variabilní symbol: 042210822

Objednávka : 01-2620-2021-00030

E-mail: servis@amimedical.cz

Pen. ústav : UniCredit bank Czech Republic, a.s. **Bank. spojení :** 2104416851 / 2700

KS: 0008

Příjemce :

IČ :

DIČ:

Odběratel : Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2
150 00 Praha

25. 05. 2021

Místo určení : Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2
150 00 Praha

IČ : 00023884

DIČ: CZ00023884

IČ : 00023884

DIČ : CZ00023884

Forma úhrady : Platebním příkazem

Datum splatnosti : 20.07.2021

Datum vystavení daňového dokladu : 21.05.2021

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 21.05.2021

Popis dodávky :

Způsob dopravy : AMI

Zakázka : S001

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	J. cena bez DPH	Celkem bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
----------	----------	----------	---------------	-----------------	----------------	-------	--------------

Servisní list: SL-1806/2021

Model: HAMILTON-C1, SČ: 12068

1	AB0015		BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1				
			ks				
2	161275		Dust filter for HAMILTON-C1				
			ks				
3	160497		HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter				
			ks				
4	161236		HEPA FILTER				
			ks				

Servisní list: SL-1807/2021

Model: HAMILTON-C1, SČ: 12038

5	AB0015		BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1				
			ks				
6	396200		Kyslíkové čidlo C1, C2, C3, C6, T1, MR1				
			ks				
7	161275		Dust filter for HAMILTON-C1				
			ks				
8	160497		HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter				
			ks				
9	161236		HEPA FILTER				
			ks				

Vystavil :

Faktura : 042210822

Strana: 1 / 2

DAŇOVÝ DOKLAD**FAKTURA****Dodavatel :** A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

170 00 Praha

Variabilní symbol : **042210822**

QR Platba

**Fakturace celkem Kč****24 703,36****Rekapitulace DPH**

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	20 416,00	4 287,36	24 703,36
		20 416,00	4 287,36	24 703,36

Zboží je až do úplného zaplacení majetkem dodavatele.

Ujišťujeme tímto, že dle zákona č. 268/2014 Sb. na výše uvedený výrobek, který je dodáván naší firmou, bylo vydáno dle zákona 22/1997 Sb. Prohlášení o shodě.

Výrobky jsou zařazeny do klasifikační třídy I a II.

V případě, že zboží podléhá čtvrté části, dílu 8 (§ 37f - 37s) zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., je v ceně zahrnut recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory.

Protokol o prověření zdravotnického prostředku

dle zákona č. 268/2014 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00
Praha

Typ kontroly: BTK

Výrobce: Hamilton Medical AG

Zdravotnický prostředek: plicní ventilátor

Model: HAMILTON-C1

Moduly / sondy:

Výrobní číslo: 12068

Provozní hodiny: 17 050

Výsledky kontroly

Vyhovuje:

FUNKČNOST

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

Ano

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

Ano

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Ano

BEZPEČNOST

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

Ano

Celkové posouzení přístroje:

Byla provedena kontrola dle doporučení výrobce. Přístroj vyhovuje.

Poznámka:

Přístroje použité pro kalibrace a měření:

Gas Flow and Pressure Gauge
Electrical Safety Analyzer

Termín příští kontroly do: 20.05.2022 nebo v případě zobrazení požadavku kontroly na přístroji

Kontrola provedena dne: 21.05.2021

Kontrolu provedl:

Vystavil(a):



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1806/2021**
Číslo obj.: 01-2620-2021-00030
Smlouva: NE
Datum: 21.05.2021

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.

Letohradská 3/369

170 00 Praha 7

IČO: 63983524

DIČ: CZ63983524

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u Městského soudu v Praze.

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce

OZT

Roentgenova 37/2

150 00 Praha

Česká republika

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	12068		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

SoH baterie <26 %, potřeba vyměnit interní baterii.

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1 ks

Použitý materiál:

Množství / j.

161275 - Dust filter for HAMILTON-C1 ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter ks
161236 - HEPA FILTER ks

.....
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420 257 325 608

Web: www.amimedical.cz

Protokol o prověření zdravotnického prostředku

dle zákona č. 268/2014 sb. v platném znění a ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353

Zdravotnické zařízení: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00
Praha

Typ kontroly: BTK

Výrobce: Hamilton Medical AG

Zdravotnický prostředek: plicní ventilátor

Model: HAMILTON-C1

Moduly / sondy:

Výrobní číslo: 12038

Provozní hodiny: 21 239

Výsledky kontroly

Vyhovuje:

FUNKČNOST

Kontrola technických parametrů, kalibrací a provozních vlastností dle metodických pokynů výrobce-servisního manuálu pro daný typ zdravotnického prostředku.

Ano

Celkové přezkoušení funkcí a provozních parametrů.

Ano

VIZUÁLNÍ KONTROLA

Ano

BEZPEČNOST

Kontrola elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601-1 a ČSN EN 62353v souladu s doporučením a metodickými pokyny výrobce pro daný typ zdravotnického prostředku.

Ano

Celkové posouzení přístroje:

Byla provedena kontrola dle doporučení výrobce. Přístroj vyhovuje.

Poznámka:

Přístroje použité pro kalibrace a měření:

Gas Flow and Pressure Gauge
Electrical Safety Analyzer

Termín příští kontroly do: 20.05.2022 nebo v případě zobrazení požadavku kontroly na přístroji

Kontrola provedena dne: 21.05.2021

Kontrolu provedl:

Vystavil(a):



Protokol o provedení servisní činnosti

Číslo SL: **SL-1807/2021**
Číslo obj.: 01-2620-2021-00030
Smlouva: NE
Datum: 21.05.2021

DODAVATEL:

A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o.
Letohradská 3/369
170 00 Praha 7
IČO: 63983524
DIČ: CZ63983524

ODBĚRATEL:

Nemocnice Na Homolce
OZT
Roentgenova 37/2
150 00 Praha
Česká republika

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou 40068 ze dne 28.09.1995 u
Městský soud v Praze.

Typ činnosti: BTK

Předmět servisu:

Typ:	plicní ventilátor	Oddělení:	ARO
Model:	HAMILTON-C1	Inv. číslo:	
Sériové č.:	12038		

Použité moduly/sondy:

Sč:

Popis servisního zákroku:

SoH baterie <27 %, potřeba vyměnit interní baterii.

Provedené výkony:

Množství / j.

AB0015 - BTK - plicní ventilátor Hamilton-C1/T1	ks
---	----

Použitý materiál:

Množství / j.

396200 - Kyslíkové čidlo C1, C2, C3, C6, T1, MR1	ks
161275 - Dust filter for HAMILTON-C1	ks
160497 - HAM-C1, C2 HPO inlet microfilter	ks
161236 - HEPA FILTER	ks

.....
Jméno a příjmení odběratele:

Provedl:

Vystavil:

Tel.: +420 257 325 606

Web: www.amimedical.cz