

Vaše značka:

Ze dne:

Naše značka:

LABINA, spol. s.r.o.

Pan Ing. Jan Srnec

Křížíkova 68

660 90 Brno

Vyřizuje: Petra Brandová

Telefon: +420 596 251 270

Mobil: +420 602 572 975

Fax: +420 596 237 957

E-mail: brandova@ozoostrava.cz

Datum: 24. únor 2017

Věc: Poptávkové řízení na dodání a instalaci laboratorní digestoře

Dovolujeme si Vás tímto požádat o zpracování a zaslání cenové nabídky na dodání, montáž a zprovoznění laboratorní digestoře. Detailní popis dodávky je uveden v příloze této poptávky.

Stručný rozsah dodávky a příslušenství:

- Dodávka digestoře včetně dopravy. Místo dodání: laboratoř v areálu společnosti OZO Ostrava s.r.o.
- Montáž
- Napojení vody, odpadu, elektro, plynu, mimo napojení na VZT
- Veškeré montážní prostředky a materiál
- Výchozí revize
- Další možné příslušenství, vybavení, služby
- Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy
- Doku
- mentace (písemně, elektronicky)

Ostatní podklady a poznámky:

- Demontáž a likvidaci staré digestoře si provedeme sami

Stav místa pro dodávku a montáž:

- V místě pro novou digestoř je připravena přípojka (nutno zaměřit a zhodnotit stav):
 - vody (pozink, prům. cca 30 mm, ventil, výška cca 200 mm nad podlahou)
 - odpadu (plast, prům. cca 40 mm, výška cca 300 mm nad podlahou)
 - elektro (stávající zásuvka 230V, ve výšce cca 1200 mm od podlahy)
 - plynu (ocel, prům. cca 30mm, ventil v druhé místnosti ve výšce cca 600 mm od podlahy, vzdálenost cca 3 m od ventilu k místu)
- Stávající VZT potrubí k napojení digestoře - není předmětem k cenové nabídce

Ostatní náležitosti nabídky:

- Podrobný technický popis a popis obsluhy digestoře
- Výkres s rozměry a foto nabízené varianty (pozn. měla by se barevně a typově přiblížit stávající digestoři), výška digestoře včetně ukončení s VZT sopouchem a s elektrickou klapkou
- Dodací termín, doba instalace - harmonogram
- Záruka na kompletní digestoř a práci
- Servisní podmínky
- Cenová nabídka bude obsahovat cenu za:
 - kompletní digestoř (podrobný popis digestoře) včetně veškerých revizí
 - montáž digestoře včetně napojení na přípojky (voda, odpad, elektro, plyn)
 - možné stavební úpravy (voda, odpad, elektro, plyn)
 - další možné příslušenství, vybavení, služby nad rámec cenové nabídky
 - dopravu
 - a cenu konečnou bez DPH
- Platnost cenové nabídky

V případě dotazů prosím kontaktujte paní Janu Greplovou, tel. 596 251 204, e-mail: greplova@ozoostrava.cz

Nabídku prosím zašlete na e-mail: brandova@ozoostrava.cz

Termín podání nabídky: nejpozději do **8.03.2016, 12:00**. V případě, že bude nabídka podána po tomto termínu, nebude brána v úvahu. Po termínu pro podání nabídek bude možno pouze doplňovat a upřesňovat již podané nabídky, a to pouze na základě požadavku zadavatele.

Vyhrazujeme si právo všechny nabídky odmítnout nebo poptávkové řízení zrušit. Dále si vyhrazujeme právo upravit nebo změnit podmínky řízení. O výsledku nebo zrušení řízení Vás budeme informovat - nejpozději do 15 pracovních dnů po ukončení výběrového řízení. Ze strany zadavatele se nejedná o nabídku smlouvy a podání nabídky, jakákoliv jednání ohledně technických, ekonomických a jiných podmínek nabídky, či ohledně obsahu zamýšlené smlouvy nejsou pro zadavatele závazná a pro navrhující stranu nabídky neplyne z předložení nabídky případných jednání nárok na uzavření smlouvy či jiné nároky.

Přílohy:

- Příloha č.1 - 1x Zadání pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku, montáž a zprovoznění digestoře v prostorách laboratoře společnosti OZO Ostrava s.r.o.
- Příloha č.2 - 1x Foto stávající digestoře a místa pro novou digestoř v laboratoři (pro barevné a typové přiblížení nové digestoře)
- Příloha č.3 - 1x Foto stávajících přípojek

Příloha č.1

Zadání pro vyhlášení výběrového řízení na dodávku, montáž a zprovoznění digestoře v prostorách laboratoře společnosti OZO Ostrava s.r.o.

Základní popis digestoře:

- Plechová, cca výška 2250 mm, šířka max. 1200 mm, hloubka 900 mm, pracovní prostor 700 mm
- El. Zásuvka 4 x 230 V / IP 44
- Světlo
- Manuální ovládání okna – (bez alarmu), okna vertikálně i horizontálně posuvná, bezpečnostní sklo
- Vyložení digestoře – keramika
- V digestoři vodní armatura – studená voda 2x (1x polypropylenová vpust'), plynová armatura 2x

Odsávání:

- Odsávání digestoře bude ukončeno sopouchem s klapkou a přípravou pro napojení na VZT potrubí. Klapku požadujeme elektricky ovládanou, dále přiložte její popis a průměr. Samotné napojení na VZT potrubí není součástí poptávky

STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘ

Novou digestoř přiblížit typově i barevně



Přípojka vody a odpadu



Přípojka odpadu



Přípojka vody, odpadu a původní plyn



Elektrická zásuvka



S pozdravem a přáním hezkého dne

Petra Brandová
obchodní referent nákupu a odbytu

•