



Objednávka č.: DIS2102209

DIS2102209

VYŘIZUJE Svozilová Radmila

☎ 588 444 311
FAX 588 442 529
E-MAIL Radmila.Svozilova@fnol.cz

DATUM 17.5.2021

F medical

Jana Krušinky 1737/6
500 02 Hradec Králové

Druh faktury FNOL:

* Objednáváme u Vás odborný servis: Zahájením objednané práce a přijetím této objednávky, firma potvrzuje, že splňuje všechny podmínky týkající se servisu ZP stanovené zákonem 268/2014 sb. v platném znění a i další platnou legislativu upravující tuto činnost. Zašlete nám potvrzení výrobce či dokladu k uvedenému přístroji, že toto oprávnění k servisu máte. "Tuto objednávku nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající".

Inventární číslo	Výrobní číslo	Název	Typ
I0027974-000	A5411002261	RTG PŘÍSTROJ POJÍZDNÝ DIGITÁLNÍ	DX-D 100+
Rok výroby: 2019		Cena pořizovací: 693935,0000	Cena zůstatková: 693935,0000

Nefunkční brzda závěsu rentgenky.

Technik informován.

Středisko: Radiologická klinika: RTG: IROP - Mod.obn.vyb.přístř.perinatologi

NS: 3473

Kontakt: Ing. Erich Radmacher, tel. 588 443 484

*Při částce nad 20 000,- Kč s DPH zašlete podrobnou CN ke schválení. FNOL hradí faktury 60 dnů od data vystavení. Upravte toto datum ve faktuře. Nemůžeme do evidence zadávat doklady se splatností nižší ani vyšší, pokud není ve smlouvě uvedena jiná doba splatnosti. Faktury zasílejte elektronicky na fin@fnol.cz, 3-10 dnů po provedení práce. Potvrzením objednávky nebo zahájením servisních prací, souhlasíte s podmínkami v této objednávce. Při nedodržení podmínek v objednávce, vám faktura bude vrácena zpět.

VYSTAVIL: