příloha č.2

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Fakoemulzifikátor - 1ks Centurion Vision System Active Sentry			
Parametry a technologie			
Operační fakoemulzifikační přístoj pro operaci katarakty (šedého zákalu).	ANO	ANO	Přístroj Centurion Vision System Active Sentry
Součástí dodávky bude dodávka ovládacího nožního bezdrátového pedálu k přístoji a dálkového ovladače.	ANO	ANO	Bezdrátový pedál má vlastní akumulátor a je dobíjen indukcí. Dálkový ovladač potřebuje 2 ks AA baterie.
Fakoelmulzifikační koncovka s longitudálním i oscilačním pohybem s integrovaným senzorem nitroočního tlaku - 2 kusy.	ANO, 2 kusy	ANO, 2 kusy	Záruční doba u fako-emulsifikačních koncovek je vzhledem k charakteru zboží 6 měsíců.
Možnost využít aktivní i gravitační fluidiky.	ANO	ANO	
Programovatelné nastavení cílového nitroočního tlaku (IOP).	ANO	ANO	Separátně pro jednotlivé kroky operace.
Možnost bezpečeného provedení celé operativy při nízkých hodnotách irigačního tlaku (< 60 torrů).	ANO, < 60 torrů	ANO < 60 torrů	Doporučená výchozí hodnota = 55 torrů
Duálně segmentovaná peristaltická pumpa.	ANO	ANO	
Možnost specifického nastavení vakua a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace.	ANO	ANO	
Kazeta fluidického modulu s citlivých irigačním a aspiračním senzorem.	ANO	ANO	Optické senzory.
Možnost specifického nastavení vakua minimálně v rozsahu 0-600 mmHg a rychlosti aspiračního toku ve všech krocích operace.	ANO, 0-600 mmHg	ANO, 0-650 mmHg	
Kontrola stavu hladiny irigační tekutiny, upozornění v případě nízké hladiny.	ANO	ANO	Video i audio upozornění na nízkou hladinu irigační tekutiny
Možnost kompenzace irigačního tlaku v případě netěsnosti rány, případně při bimanuální IA technice.	ANO	ANO	
Programovatelná funkce reflux.	ANO	ANO	Proporcionální a kontinuální reflux
Režim fakoemulzifikace lineární, pulsní a burst.	ANO	ANO	
Možnost nastavení počtu pulsů a jejich délky pro každý krok fako-emulsifikace.	ANO	ANO	
Integrovaná funkce inteligentního kombinování longitudinálního a oscilačního pohybu fako-hrotu.	ANO	ANO	Funkce IP - Inteligentní fako
Zadavatel požaduje možnost provádění bipolární diatermie.	ANO	ANO	Stávající bipolární kabely a pinzety jsou kompatibilní s nabízeným přístrojem.
Možnost zapojení 23 Ga anteriórního vitrektomu, sekací frekvence min. 4.000 CPM.	ANO, min. 4.000 CPM	ANO 4.000 CPM	Ne-pružinový vitrektom.
Integrovaný kompresor v konzole přístroje.	ANO	ANO	
Individuální nastavení funkcí přístroje na programovatelném pedálu přístroje.	ANO	ANO	
Možnost uložení nastavených hodnot operatérů s možností vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.	ANO	ANO	
Dotyková barevná LCD obrazovka s možností náklonu a otáčení obrazovky.	ANO	ANO	
Hlasové potvrzení a různé tóny zvukové signalizace.	ANO	ANO	Možnost regulace itnenzity zvukové signalizace.
Zadavatel požaduje ovládací menu přístroje v ČJ.	ANO, v ČJ	ANO, v ČJ	Menu přístroje v ČJ a AJ.
Kompatibilita se stávajícím vybavením operačních sálů ve Vsetínském pracovišti, např. stávající fako-koncovky,	ANO	ANO	Stávající fako-koncovky ve Vstínském pracovišti jsou plně kompatibilní s nabízeným přístrojem
Součástí dodávky bude instalace a zaškolení obsluhy v místě instalace technologie.	ANO	ANO	
Prohlášení o shodě (CE certifikát)	ANO	ANO	
Garance servisu po dobu životnosti přístroje – min. 10 let.	ANO, min. 10 let	ANO, min. 10 let	

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry.

Pokyny pro vyplnění:
1. Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
2. Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
3. Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
4. Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)

V Praze, dne 13.8..2021

.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx